



Poznań, 14.09.2022 r.

ADZP-381-55/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania w sprawie SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa fartuch operacyjnych"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1: Pytanie 1 dot. poz.1

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, uniwersalny wykonany z pięciowarstwowej, pełnobarierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Fartuch wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach, gramatura wzmocnienia 40g/m2
- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne –troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep
- Rękaw o kroju standardowym zapewniającym swobodę ruchu zakończony miękkim, poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem o długości min. 7cm. Mankiet nie powoduje ucisku na skórę.
- Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk, pozwalający na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem.
- Potrójne szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3
- Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze: karton zabezpieczony od wewnątrz folią
- Na opakowaniu 3 naklejki do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, serię, nazwę producenta oraz datę ważności.
- Do Fartucha dołączone 2 ręcznik 30x40cm
- Właściwości:

Odporność na przenikanie cieczy > 100cm H2O

Odporność na rozerwanie na sucho min. 150 kPa

Odporność na rozerwanie na mokro min. 162 kPa

• Rozmiar: M - min. 115 cm, L - min. 127 cm, XL - min. 135 cm, XXL - min. 140 cm

• Sterylizacja tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2: Pytanie 2 dot. poz.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, uniwersalny wykonany z pięciowarstwowej, pełnobarierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne –troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep
- Rękaw o kroju standardowym zapewniającym swobodę ruchu zakończony miękkim, poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem o długości min. 7cm. Mankiet nie powoduje ucisku na skórę.
- Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk, pozwalający na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem.
- Potrójne szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3
- Opakowanie jednostkowe: folia-papier, opakowanie zbiorcze: karton zabezpieczony od wewnątrz folią
- Na opakowaniu 3 naklejki do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, serię, nazwę producenta oraz datę ważności.
- Właściwości:
 Odporność na przenikanie cieczy > 40cm H₂O
 Odporność na rozerwanie na sucho min. 128 kPa
 Odporność na rozerwanie na mokro min. 142 kPa
- Rozmiar: M - min. 115 cm, L - min. 127 cm, XL - min. 135 cm, XXL - min. 140 cm
- Sterylizacja tlenkiem etylenu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3: Dot projekt umowy §6 ust.4

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 1%wartosci nie dostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SWZ.

Z poważaniem


 DYREKTOR NACZELNY
 Izabela Marciniak