



Poznań, 19.09.2022 r.

ADZP-381-55/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**II Odpowiedzi na pytania w sprawie SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa fartuch operacyjnych"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1 – dotyczy pozycji nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha, **nieznacznie różniącego się** od opisanego w SWZ?

Fartuch chirurgiczny wzmocniony z ręcznikami

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, włókniny **SMMMS** o gramaturze 35 g/m2 w kolorze **niebieskim**. Fartuch posiada wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach, gramatura materiał bazowy + wzmocnienie **85g/m2**

Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, długość mankietu  $\geq 6$  cm. Posiada oznakowanie rozmiaru **i rodzaju** w postaci **nadruku** bezpośrednio na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Wewnątrz rękawa **nie** znajduje się taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające **nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy**.

W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki **30,5x34cm**

Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania wysokie. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho/ na mokro min. **200/200** kPa. Odporność na przenikanie cieczy  $> 100$  cm H<sub>2</sub>O dla obszaru wzmocnionego. Rozmiar fartucha, do wyboru przez zamawiającego: rozmiar **M – 126cm, L – 137cm, XL – 147cm, XXL – 155cm**. Pakowany po 1 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 - dotyczy pozycji nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha, **nieznacznie różniącego się** od opisanego w SWZ?

Fartuch chirurgiczny standard

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, włókniny **SMMMS** o gramaturze 35 g/m2 w kolorze **niebieskim**.

Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, długość mankietu  $\geq 6$  cm. Posiada oznakowanie rozmiaru **i rodzaju** w postaci **nadruku** bezpośrednio na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji

zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki 30,5x34cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania standardowe. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho/ na mokro min. 200/200 kPa. Rozmiar fartucha, do wyboru przez zamawiającego: M – 125cm, L – 135cm, XL – 145cm, XXL – 155cm. Pakowany po 1 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

  
DYREKTOR NACZELNY  
Izabela Marciniak

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska +48 61 61 62 559, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)