

Kraków dnia: 2022-10-05

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SP ZOZ w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Szp.271.720-41/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (13 grup)"** – znak sprawy **ZP/41/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Grupa 2 – Wózek do transportu/przewożenia chorych, opis parametrów ogólnych

1.Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, odporną na mycie i dezynfekcję szpitalną? Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju gwarantującym stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe do 300kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści 810mm szerokości całkowitej wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.Ad. 12 – Czy Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 590-900mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.Ad. 16 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowane barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca, z elementami metalowymi oraz z wysokoodpornego na uszkodzenia tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5.Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z konstrukcją wózka wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 2 metalowe haczyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1 do SWZ Grupa 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane w 2021r ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 3

Dotyczy grupa 7 Defibrylator

1.pkt.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED oraz algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji, bez wykrywania ruchów pacjenta?

Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian PRC/ERC/AHA. Dodatkowo, defibrylator umożliwi również defibrylację dzieci poniżej 9 roku życia.

Odpowiedź: Nie

2.pkt.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 21 poziomów energii defibrylacji, przynajmniej 0 pkt.?

W trakcie resuscytacji/defibrylacji pacjenta zgodnie z protokołem RKO stosowane są 2, max. 3 wartości energii,.

Odpowiedź: Nie

3.pkt.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania pełnego codziennego autotestu na zasilaniu akumulatorowo-sieciowym lub sieciowym bez konieczności manualnego włączania urządzenia, bez udziału użytkownika z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu wraz z numerem aparatu (z możliwością wyłączenia wydruku)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4.pkt.19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 5 poziomów wzmacnienia sygnału ekg w wymaganym zakresie?

Proponowany defibrylator posiada również tryb autowzmacnienia, które automatycznie dopasowuje wielkość mierzonego sygnału ekg do wielkości okna wyświetlania.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z otwartą przestrzenią między szufladą, a kontenerem zamykanym drzwiczkami o wysokości 17, 5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z powierzchniami lakierowanymi proszkowo w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zadaniu: „Grupa 3: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie drugiej czaszy lampy kompatybilnej z istniejącą czaszą lampy Polaris 100 Lighthouse wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego”, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 24 tygodni od daty zawarcia umowy?

Prośba nasza jest wynikiem wydłużenia procesu produkcyjnego ze względu na braki komponentów i sytuację ogólnoswiatową.

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Nie

3. Dot. Wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 Kary umowne na następujący:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w

formie kar umownych.

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada

Dostawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3

Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia

odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia

brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki

3) w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki,

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na podstawie Umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia, na co Dostawca wyraża zgodę.

4. Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy.

5. Strony wyraźnie postanawiają, że jakiegokolwiek uprawnienia Zamawiającego określone w Umowie pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne sprzedanych rzeczy.

6. Maksymalna wysokości kar umownych jaką strony mogą dochodzić na podstawie umowy 10% wartości umowy.

Odpowiedź: Nie

Dot. Załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu pkt 11: Dokumentacja serwisowa - na potrzeby Zamawiającego (przy dostawie)

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że pod pojęciem dokumentacji serwisowej Zamawiający rozumie dostarczenie instrukcji użytkowania. Pragniemy zauważyć, że wyłącznie producenci i jego autoryzowane jednostki są podmiotami, które taką dokumentacją posiadają i nie jest ona udostępniana osobom trzecim z uwagi na fakt, iż zawiera dane poufne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji serwisowej i instrukcji użytkowania.

Pytanie nr 6

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca -

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy

3) w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7

1. Wnosimy o zmianę zapisów zał. nr 5 pkt. 5 do SWZ, tj.

„Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 48 h. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie. W przypadku braku możliwości stawienia się u użytkownika, urządzenie będzie przesłane do serwisu wykonawcy na jego koszt.”

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 8

Dotyczy wymaganych parametrów

1. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści pompę z mocowaniem strzykawki od przodu, manualnie, co znacząco skraca czas uruchomienia infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści pompę z czasem pracy akumulatora >11 godziny przy przepływie 5 ml/h co w praktyce może oznaczać spełnianie wymogu Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie

Dotyczy warunków umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca z wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto na 10 % wartości niezrealizowane umowy brutto?

Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia do 0,5% wartości wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 9

Dotyczy: Grupa 2 - Wózek do transportu/przewożenia chorych (1 sztuka)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu/przewożenia chorych z zakresem regulacji wysokości w zakresie 570 - 910 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu/przewożenia chorych, który posiada hamulec centralny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10

GRUPA 9

- Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z ręcznym mocowaniem strzykawki ? Proste, mechaniczne mocowanie ogranicza prawdopodobieństwo awarii sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową mocowaną w stacji dokującej za pomocą pojedynczej śruby stanowiącej część stacji dokującej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową mogącą pracować przy zasilaniu z akumulatora przez co najmniej 12 godzin przy przepływie 5ml/h? Dzięki mniejszemu akumulatorowi pompa waży jedynie 1,7 kg, a w warunkach szpitalnych, gdzie jest zapewnione zasilanie awaryjne, przypadkowe przerwy w zasilaniu nigdy nie przekraczają 12h. Jest to również okres wystarczający nawet w przypadku transportu pomiędzy szpitalami.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 13

1. Czy ze względu na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego tj. zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 13 do 8 tygodni od zawarcia umowy?

Odpowiedź: Nie

2. Zwracamy się z prośbą o określenie ilości poszczególnych produktów opisanych w pakiecie nr 13 pkt. 1-76.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie nr 13. Aktualny opis pakietu nr 13 stanowi załącznik do pisma.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu weryfikacji złożonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax. do 48h? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Nie

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie-podjęta naprawa) do 72h? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Nie

5. Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwarancji min. 5-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty dostawy?

Odpowiedź: Nie

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy kraju do 15 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wymiany uszkodzonego podzespołu na nowy do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie

8. (dot. wzoru umowy §9 ust.2 pkt. 1) Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za odstąpienie od umowy do 10%?

Odpowiedź: Nie

9. (dot. wzoru umowy §9 ust.2 pkt. 2) Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie do 0,5%?

Odpowiedź: Nie

10. (dot. wzoru umowy §9 ust.2 pkt. 3) Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w podjęciu lub wykonaniu naprawy do 0,2%?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik Nr 1 SWZ Grupa 9 Pompa infuzyjna

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp w których czas pracy z akumulatora przy szybkości 5 ml/h wynosi 11 godzin.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Grupa 1

1. Poz.nr 66 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki do polipów typ Heywood-Smith proste złącze śrubowe długość 260 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Poz. nr.211 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey zakrzywione pod kątem 90 stopni wymiary 55/85/200 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Poz.nr 339. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania hak operacyjny typ Roux długość 160 mm dwustronny wymiary łyżek 25x25 mm drugiej 28x38 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Poz.nr 73,251 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zacisk opatrunkowy typ Lane prosty długość 130 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14

GRUPA 2 Wózek do transportu/przewożenia chorych 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 850mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z poręczami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej chromowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

GRUPA 12 wielofunkcyjne łóżko elektryczne z szafka przyłóżkową (4 sztuki) .

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą w 6 punktach gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem wyposażonym w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych w postaci tworzywowej, przeźroczystej klapki, bez przycisku świadomego użycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV montowanymi na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi malowanymi proszkowo składanymi wzdłuż ramy leża zabezpieczającymi pacjenta na 3/4 długości z dodatkowym protektorem zabezpieczającym na całej długości?

Odpowiedź: Nie

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami, niezintegrowanymi ze szczytami, które nie wydłużają się w przypadku wydłużenia leża?

Odpowiedź: Nie

6. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne aluminiowe dzielone po dwie barierki po każdej stronie łóżka składane zabezpieczające pacjenta na całej długości o wysokości 375mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy zamawiający dopuści łóżko z uchwytami na worki urologiczne zawieszanymi na ramę leża z możliwością przesuwania na całej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi ogranicznikami materaca umiejscowione w takim miejscu że nie powodują urazów kończyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowych listew odbojowych?

Odpowiedź: Nie

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 400-800mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-780mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12.Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa z blatem głównym o wymiarach 430x430mm?

Odpowiedź: Nie

14.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 550x340mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15.Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16.Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie 760-1060mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17.Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wyposażonym w ranty w postaci tworzywowych półwałków ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18.Czy Zamawiający dopuści szafkę z drzwiami wyposażonymi w zatrzask magnetyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

19.Czy Zamawiający dopuści szafkę z drzwiczkami o wysokości 354mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15

GRUPA: 6

Przedmiot zamówienia: System ogrzewania pacjenta (1 sztuka)

1. do punktu 6 SIWZ dotyczącego terminu wykonania zamówienia zadania nr 6:

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. do punktu 2 OPZ „System działający w technologii włókien węglowych, zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza.”

Prosimy o dopuszczenie systemu działającego w technologii polimerów węglowych, zapewniających suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. do punktu 3 OPZ „Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym.”

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością podłączenia i sterowania jednym lub dwoma elementami grzewczymi jak materac, koc, czujnik temperatury ciała jak i dodatkowe źródła ogrzewania jak lampa radiacyjna, itp., co pozwala na większą elastyczność postępowania personelu i zwiększa możliwości pomocy pacjentowi w różnych sytuacjach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. do punktu 4 OPZ „Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 190x290x90mm”.

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej o wymiarach bardzo zbliżonych do wymaganych czyli 187x183x144.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. do punktu 7 OPZ „Napięcie wejściowe jednostki sterującej 220-240 VAC / 50 Hz”

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z napięciem wejściowym 100-240 V AC / 50-60 Hz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. do punktu 8 OPZ „Niskie wyjściowe napięcie jednostki sterującej - zasilania materaca - max. 24V”

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z niskim napięciem wyjściowym - zasilanie materaca 26V.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. do punktu 10 OPZ „Możliwość regulacji temperatury w zakresie 30-40°C ze skokiem co 0,1°C”

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 25-40°C ze skokiem co 0,5°C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. do punktu 11 OPZ „Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający następujące informacje: temperatura zaprogramowana, aktualna temperatura materaca grzewczego, temperatura ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego, moc grzania – wskaźnik słupkowy, nazwa podłączonego elementu grzewczego wyświetlana w języku polskim.” oraz do punktu 12 OPZ „Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi”

Prosimy o dopuszczenie 4,3 calowego, kolorowego ekranu dotykowego, który wyświetla w najprostszej formie graficznej cyfry, znaki i kolory pokazujące temperaturę zaprogramowaną, aktualny stan osiągnięcia temperatury zadanej, temperaturę ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego, oznaczenie gniazda, do którego podłączony jest element grzewczy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. do punktu 13 OPZ „Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – wejście w tryb ustawień uruchamiane jest osobnym przyciskiem i wymaga zatwierdzenia wybranej temperatury ogrzewania”

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów w formie wejścia w ustawienia oraz włączenie blokady przypadkowej zmiany temperatury, a każda zmiana temperatury zadanej wymaga zatwierdzenia tej zmiany dopiero po odblokowaniu co w zupełności zapobiega przypadkowej zmianie parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. do punktu 16 OPZ „Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim.”

Prosimy o dopuszczenie komunikatów alarmowych i ostrzegawczych wyświetlanych w formie prostych i zrozumiałych znaków graficznych oraz formie dźwiękowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. do punktu 18 OPZ „Kontrola temperatury realizowana za pomocą min 10 czujników wbudowanych w materac.”

Prosimy o dopuszczenie kontroli temperatury realizowanej za pomocą 1 czujnika wbudowanego w materac, który zapewnia pełną kontrolę temperatury na całej powierzchni jednolitej warstwy grzewczej wykonanej w technologii polimerów węglowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. do punktu 19 OPZ „Wymiary materaca dostosowane do wymiarów stołu operacyjnego: 80,0x50,0x3,0 cm.”

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 107x53,5x4 cm, które są dostosowane do wymiarów każdego stołu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. do punktu 23 OPZ „Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów.”

Prosimy o dopuszczenie materaca z powłoką zewnętrzną wykonaną z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilną w kontakcie ze skórą pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14. do punktu 25 OPZ „Materac wyposażony w wymienny poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. min.90OC i dezynfekcji powierzchniowej, posiadający zintegrowane troki do mocowania do relingów stołu.” oraz do punktu 26 „„W komplecie z dostawą dodatkowy pokrowiec zewnętrzny o parametrach j.w, do każdego materaca.”

Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające każdorazowego przywiązania materaca do stołu. Wymóg używania wielorazowych pokrowców, które personel musi zdejmować oraz zakładać po każdym, jednym zabiegu, przywiązywać i odwiązywać dodatkowo każdorazowo do stołu operacyjnego oraz koszty związane z praniem oraz dezynfekcją dodatkowego wyposażenia są uciążliwe dla personelu oraz podnoszą koszty użytkowania takiego urządzenia dla szpitala. Jednocześnie prosimy o wycofanie punktacji za ten parametr techniczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15. do punktu 27 OPZ „Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym.”

Prosimy o dopuszczenie materaca z wyraźnym oznaczeniem strony ciepłej w postaci piktogramu, ale bez dodatkowego pokrowca zewnętrznego – patrz pytanie 14 j.w.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. do punktu 28 OPZ „Długość zintegrowanego przewodu materaca: 0,5m \pm 0,1 m” oraz do punktu 29 OPZ „Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą: 2,5m \pm 0,1 m.”

Prosimy o dopuszczenie odłączanych przewodów łączących jednostkę kontrolną z materacami o długości 3 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17. do punktu 30 OPZ „Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem.”

Prosimy o dopuszczenie obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18. Czy Zamawiający wymaga, żeby materac był wyposażony w integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego, bezpiecznego, trwałego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające każdorazowego przywiązania materaca do stołu poprzez dodatkowy pokrowiec, który trzeba ściągać i zakładać po każdym zabiegu?

Odpowiedź: Tak

19. Czy Zamawiający wymaga, aby zewnętrzna powłoka materaca była szczelnie zamknięta przy użyciu technologii RF i stopniu ochrony minimum IP32, co zapobiegnie przedostaniu się płynów do wnętrza materaca oraz wyklucza możliwość tworzenia się ognisk bakterii.

Odpowiedź: Tak

20. Czy Zamawiający wymaga, aby ewentualne i przypadkowe uszkodzenie mechaniczne powłoki materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powodowało konieczności natychmiastowego zaprzestania jego użytkowania, a tym samym: konieczności przerwania lub zakończenia procedury?

Odpowiedź: Tak

21. Czy Zamawiający wymaga, żeby system do ogrzewania pacjenta nie wykluczał możliwości jednoczesnego zastosowania innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna lub inne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

22. Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było umieszczenie pacjenta bezpośrednio na elemencie grzewczym systemu bez konieczności zastosowania bariery ochronnej lub maty przeciwoodleżynowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23. Czy Zamawiający wymaga, żeby złącze przewodów materaca i przewodu jednostki kontrolnej było pyłoszczelne i wodoszczelne, wykonane w klasie ochrony IP61 lub wyższej?

Odpowiedź: Tak

24. Czy Zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu baterijnym) pozwalał na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji?

Odpowiedź: Tak

25. Czy Zamawiający wymaga, żeby materac był przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16

GRUPA: 2

Przedmiot zamówienia: Wózek do transportu/przewożenia chorych (1 sztuka)

1. (Ad. pkt 3) Czy Zamawiający dopuści najwyższej jakości wózek transportowo-zabiegowy światowego producenta sprzętów do transportu i pobytu pacjenta o całkowitej długości 2170mm co nie odbiega znacznie od wymaganych wymiarów i umożliwi komfortowy transport na terenie szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. (Ad. Pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie od wymaganego- leże wózka posiadające 2 segmenty: segment leża nożny stały z możliwością uniesienia w celu mycia i łatwej dezynfekcji oraz ruchomy segment oparcia pleców ze wspomaganie sprężyn gazowych aż do 90o?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. (Ad punkt 9) Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek, w którego narożnikach znajdują się zamiast kółek odbojowych specjalnie skonstruowane cztery osłony naroży wózka wykonane z obłego tworzywa niepozostawiającego śladów na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczającego przed uszkodzeniem samego leża i przedmiotów będących w ścisłym sąsiedztwie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. (Ad punkt 10) W związku z wymogiem posiadania przez wózek „Uchwytów po obu stronach wózka” czy obie pary uchwytów do prowadzenia mają być składane poniżej poziomu leża nie zaburzając badania, dostępu do pacjentek zarówno od strony nóg jak i głowy? W związku z

przeznaczeniem wózka uchwyty do prowadzenia nie powinny utrudniać personelowi dostępu do pacjentek i ułatwiać diagnostykę. Dodatkowo pragniemy dodać iż oferowany przez nas sprzęt ma również w standardzie dodatkowe wyposażenie- uchwyty na worki urologiczne i inne akcesoria po obu dłuższych stronach wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. (Ad. Punkt 12) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zakres regulacji wysokości leża $610\text{mm} \div 910\text{ [mm]}$? Regulacja w tym zakresie eliminuje możliwość zeskakiwania pacjenta z wózka a jednocześnie można podnieść leże wyżej, co polepsza dostęp personelu do pacjenta w trakcie badania, bądź używania wózka podczas zabiegów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. (Ad punkt 16) Czy Zamawiający dopuści lepsze konstrukcyjnie rozwiązanie- bariere boczne chromowane, chowane pod leże, które składając się zmniejszają szerokość wózka do 73,5 cm, ułatwiają do maksimum przekładanie pacjentek, o konstrukcji bezpiecznej dla personelu (wyklucza przytrzaśnięcie palców) i eliminujące przestrzeń transferową pomiędzy wózkiem a łóżkiem/stołem zabiegowym/operacyjnym? Całkowita szerokość wózka mieści się w wymaganym zakresie przez Zamawiającego. Bariere boczne dodatkowo wyposażone w tworzywowe elementy szczytowe na całej długości i wyprofilowane końce z dodatkowym miejscem do prowadzenia wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. (Ad. Pkt 17) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek z chromowanym wieszakiem infuzyjnym z regulacją wysokości, montowanym na stałe i składanym wszerz leża z dwoma chromowanymi haczykami oraz dodatkowym mobilnym składanym chromowanym wieszakiem na kroplówki montowanym bez narzędzi w każdym z czterech naroży wózka, posiadający regulację wysokości oraz 2 haczyki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. (Ad pkt.7) Czy w związku z oczekiwanym przez Zamawiającego leżem całkowicie przeziernym dla RTG czy oczekiwana jest możliwość wykonania zdjęć bez przewodnic na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od wszystkich 4 stron: wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (daje to nieograniczony przewodnicami lepszy dostęp dający 360-cio stopniowy akces dla Technika od wszystkich stron wózka, bezpieczeństwo pacjenta i możliwość szybkiego przesuwania kasety RTG bez ryzyka jej uszkodzenia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. (Ad. Pkt 15) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek z dźwigniami regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnymi od strony prawej i lewej leża? Takie rozwiązanie ułatwia wykonanie pozycji antyszokowej stojąc bezpośrednio przy pacjencie i nie odchodząc od niego, tym bardziej, że przechyły TL, AntyTL oraz opuszczanie leża dostępne jest z poziomu jednej dedykowanej dźwigni (umieszczonej z obu stron leża). Pozwala to na sterowania leżem do różnych pozycji intuicyjnie, stopami bez zaglądanania na dźwignie umieszczone na podwoziu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. (Ad pkt 16) Zamawiający wskazał na wymóg posiadania uchwytów ułatwiających łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. Czy wobec tego Zamawiający oczekuje aby wszystkie uchwyty były składane poniżej poziomu materaca w przypadku reanimacji i konieczności intubacji pacjenta nie utrudniając tym samym dostępu do głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. (Ad. Punkt 13) Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek, z systemem blokady centralnej, oraz gdzie dźwignie hamulca, jazdy swobodnej i kierunkowej umieszczone są w sposób poręczny na obu końcach wózka (zdj.) i są dostępne w każdym momencie w trakcie prowadzenia wózka przez operatora blokując wszystkie koła jednocześnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. (Ad. Punkt 16) Czy Zamawiający przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjentek i personelu oczekuje barierek bocznych o konstrukcji eliminującej dodatkowe przestrzeni transferowe i które są składane pod ramę leża? Takie barierki znacznie zwiększają bezpieczeństwo i komfort podczas przekładania pacjenta (brak przerw transferowych i zmniejszone ryzyko upadku pacjenta przy przekładaniu), oraz zapewnia personelowi jak najbliższy bezpieczny kontakt z pacjentem (ułatwione badanie, ułatwiona akcja reanimacyjna).

Odpowiedź: Tak

13. (Ad. Punkt 15 wyposażenie) Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wraz z wózkiem dedykowanej półki/podstawy na defibrylator/monitor wraz z uchwytem na dokumentację, nie wychodzącą poza obręb wózka montowana/demontowana bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14. (Ad punkt 13- koła) Czy Zamawiający będzie oczekiwał wózka ze wspomaganiem mobilności- wyposażonego w piąte koło z funkcją jazdy swobodnej bądź blokady kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża? Piąte koło umieszczone w centralnej części podwozia zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem, utrzymuje stabilnie wózek podczas transportu w osi jezdnej, oraz co bardzo istotne zabezpiecza personel podczas transportu przed wyrzucaniem wózka poprzez siłę odśrodkową na zakrętach. Jest to rozwiązanie wykorzystywane przez większość producentów wózków transportowych.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 17

1. Zadanie nr 9: Dot. par. 6 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy i parametru nr 2 Załącznika nr 5 do SWZ - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami Producenta, tj. pierwszy do 36 miesięcy od daty instalacji, kolejne co 24 miesiące. Zaznaczamy, że w przypadku dopuszczenia powyższego, zgodnie z wzorem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnego, bezpłatnego przeglądu okresowego przed upływem terminu gwarancji.

Odpowiedź: Nie

2. Zadanie nr 9: Dot. par. 6 ust. 9 wzoru umowy i parametru nr 3 Załącznika nr 5 do SWZ – Czy w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przestoju, okres gwarancji będzie ulegał przedłużeniu? Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, prosimy o stosowne dostosowanie zapisów, w szczególności wzoru umowy.

Odpowiedź: Nie

3. Zadanie nr 9: Dot. par. 6 ust. 13 wzoru umowy i parametru nr 5 Załącznika nr 5 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas podjęcia naprawy przez serwis wynosił maksymalnie 72h? Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisów w ten sposób, aby czas reakcji rozumiany był jako czas jaki upłynie od zgłoszenia awarii do nawiązania kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub mailową. Prosimy również o wykreślenie zapisu: Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie.

Odpowiedź: Nie

4. Zadanie nr 9: Dot. parametru nr 4 Załącznika nr 5 do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas weryfikacji złożonej reklamacji wynosił 72h od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Nie

5. Zadanie nr 9: Dot. parametru nr 8 (zestawienie warunków i parametrów wymaganych) – Czy Zamawiający dopuści pompy o wadze max. 2,3 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Zadanie nr 9: Dot. zestawienia warunków i parametrów wymaganych – Czy Zamawiający oczekuje, aby pompy wyposażone były w klawiaturę alfanumeryczną (nie wyświetlaną na ekranie pompy)? Wykonawca zaznacza, że takie rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces obsługi urządzenia i programowania infuzji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Zadanie nr 9: Dot. zestawienia warunków i parametrów wymaganych – Czy Zamawiający oczekuje, aby pompy wyposażone były w kolorowy ekran z funkcją dotykową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Zadanie nr 9: Dot. zestawienia warunków i parametrów wymaganych – Czy Zamawiający oczekuje, aby w pompach możliwe było stosowanie strzykawk m.in. 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Zadanie nr 9: Dot. zestawienia warunków i parametrów wymaganych – Czy Zamawiający oczekuje, aby pompy wyposażone były w ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

II. Zamawiający w oparciu o udzielone odpowiedzi modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w grupie 2, 6, 9, 13 i wprowadza aktualny załącznik nr 1 do SWZ w tym zakresie.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz