

Kraków dnia: 2022-10-06

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
SP ZOZ w Krakowie
Sekcja Zamówień Publicznych
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
SZP.271.724-41/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (13 grup)"** – znak sprawy **ZP/41/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie do punktu 36 OPZ „Szybki czas nagrzewania materaca–max. 15 min do temperatury 37°C”

Prosimy o dopuszczenie materaca z czasem nagrzewania do temperatury 37°C, który może być dłuższy niż 15 min, ale jest to zależne od warunków otoczenia oraz obecności pacjenta na materacu lub nie. Maksymalny czas nagrzewania materaca do temperatury 37°C w najbardziej niesprzyjających warunkach czyli bez pacjenta oraz w niskich temperaturach otoczenia może wynieść maksymalnie 30-45 min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz