



Poznań, 11.10.2022 r.

**Znak sprawy: ADZP-381-A-229/22**

## Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Sukcesywna dostawa drobnych wyrobów medycznych tj. kieliszki do leków, szpatułki, miski nerkowe, okulary ochronne, opaski identyfikacyjne dla Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**”.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.-10.10.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z rozdziałem 4 pkt. 15) Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią.

### Pytanie nr 1: Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

### Pytanie nr 2: Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

### Pytanie nr 3: Pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o następującym opisie:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S (obwód głowy 200-280 mm), M (obwód głowy 240-340mm), L (obwód głowy 300-400mm)
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia?


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie nr 4: Pozycja 4-6**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o następującym opisie:

- Wykonane z miękkiego materiału, nie podrażniają delikatnej skóry dziecka
- Specjalna struktura tkaniny zapewnia optymalną ochronę przed szkodliwym działaniem światła
- Regulowane paski umożliwiają dopasowanie okularów do główki dziecka
- Dostępne w 3 rozmiarach S (obwód głowy 200-280 mm), M (obwód głowy 260-340mm), L (obwód głowy 300-380mm)
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia?



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5: Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze różowym – dziewczynki oraz niebieskim – chłopcy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 6: Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie nr 7: Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 8: Pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9: Pakiet nr I, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 10: Pakiet nr I, pozycja nr 4**

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarze 20cm – 31cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11: Pakiet nr I, pozycja nr 5**

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarze 25cm – 35cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12: Pakiet nr I, pozycja nr 6**

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarze 30cm – 40cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13: Pakiet nr I, pozycja nr 7**

Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze różowym lub niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 14: Zał.2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 80 szt. lub po 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 15: Zał. 2 poz. 7,8**

Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze mlecznym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie nr 16: Zał. 2 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze różowym lub niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 17: Zał. 2, poz. 7-8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 18: Zał. 2**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, w zakresie załącznika 2 – na poszczególne pozycje (poz. 1-3,7-8) ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

**Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, +48 61 61 62 558, [agata.szulczyk@szoz.pl](mailto:agata.szulczyk@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)