



**SZPITAL POWIATOWY**  
w Limanowej  
**Imienia Miłosierdzia Bożego**  
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2022-10-17

**Znak sprawy: NZ/61/D/P/LW/2022**

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych."** – znak sprawy **NZ/61/D/P/LW/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Zestaw 2**

#### **Pytanie 1**

**Dotyczy Projektu umowy dzierżawy §1 ust. 3 oraz Formularz ofertowy pkt 3 oraz pkt 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji, gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

*„Obowiązek ubezpieczenia wydierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydierżawiającego (Wykonawcy).”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

1/8

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:  
BAKTERIOLOGICZNA

## Pytanie 2

**Dotyczy SWZ, Rozdział 9. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych pkt 9.2. ppkt 3):**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy dokumenty wymieniony w ww. punkcie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego czy dołączyć do oferty?

**Odpowiedź: Na wezwanie Zamawiającego**

## Pytanie 3

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: Tak, umowa może być podpisana w formie elektronicznej**

## Pytanie 4

**Dotyczy Projektu Umowy, Wzór dokumentu nr 2 (Załącznik do SWZ): §2 ust. 1**

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego terminu dostaw pilnych odczynników. Proponujemy następujący zapis:

*„przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.* Dodanie powyższego zapisu umożliwi Wykonawcy zaproponowanie krótkiego terminu dostaw odczynników.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

## Pytanie 5

**§5 ust. 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem

obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o wykreślenie zapisu „Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia faktury do każdej dostawy ”. i zastąpienie go przez zapis „„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur pocztą po wykonaniu zamówienia nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru”

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 6**

##### **§8:**

Prosimy o dodanie poniższego zapisu

„Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: ..... Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 7**

Dotyczy Projektu Umowy dzierżawy, Wzór dokumentu nr 1 (Zał. do SWZ):

##### **§3 ust. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 8**

##### **§6 ust. 3:**

Prosimy o poprawę omyłki poprzez zastąpienie: „dostawy podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych”, na: „dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych”.

**Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę w sposób wskazany przez Wykonawcę**

#### **Zestaw 3**

## Pytanie 1

### Pytania do przedmiotu zamówienia;

pkt. 7, dotyczy parametrów analizatora głównego

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora gdzie populacja niedojrzałych granulocytów będzie oznaczana symbolem IMG a nie IG? Różnica wynika tylko i wyłącznie z rodzaju użytego skrótu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## Pytanie 2

pkt. 9, dotyczy parametrów analizatora głównego

Prosimy o możliwość zaoferowania analizatora, w którym wartość Hematokrytu HCT pochodzi z pomiaru RBC metodą impedancyjną.

$HCT = RBC \times MCV / 10$ .

Składowe formuły obliczeniowej RBC i MCV są parametrami mierzonymi bezpośrednio. Metodą pomiarową jest impedancja, która polega na zliczaniu impulsu elektrycznego, którego wielkość jest proporcjonalna do objętości komórki.

Metoda impedancyjna jest metodą powszechnie stosowaną we wszystkich automatycznych analizatorach hematologicznych.

Jedyną metodą oznaczającą HCT w sposób bezpośredni nie wyliczany, jest metoda wykorzystująca wirowanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## Pytanie 3

pkt. 12, dotyczy parametrów analizatora głównego

Prosimy o możliwość dopuszczenia analizatora, który nie posiada parametrów stanu zapalnego do oceny stanu aktywacji neutrofili oraz liczby reaktywnych limfocytów syntetyzujących przeciwciała – są to parametry charakterystyczne dla analizatorów konkurencji. W analizatorze, który chcemy zaproponować, parametry stanu zapalnego są oznaczane jako HFC-komórki o wysokiej fluorescencji. Dodatkowo wyniki są prezentowane na trójwymiarowych skatergramach, które pokazują rozdział populacji na poszczególne frakcje, i umożliwiają Diagnostyce na podjęcie dalszych działań w celu postawienia diagnozy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## Pytanie 4

pkt. 13, dotyczy parametrów analizatora głównego

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora posiadającego osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów? (tryb uruchamia się automatycznie przez oprogramowanie analizatora).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 5**

pkt. 19, dotyczy parametrów analizatora głównego

Prosimy o możliwość zaaprobowania analizatora, który posiada oprogramowanie w języku polskim. Ponadto na zewnętrznym komputerze sterujących istnieje możliwość umieszczenia instrukcji w języku polskim w formie PDF, i wyszukiwanie określonej pozycji, polega na wpisaniu określonej numeru błędu, tak jak w klasycznej wyszukiwarce.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 6**

pkt. 7, dotyczy parametrów analizatora back-up

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora gdzie populacja niedojrzałych granulocytów będzie oznaczana symbolem IMG a nie IG? Różnica wynika tylko i wyłącznie z rodzaju użytego skrótu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 7**

pkt. 8, dotyczy parametrów analizatora back-up

Prosimy o możliwość zaoferowania analizatora, w którym wartość Hematokrytu HCT pochodzi z pomiaru RBC metodą impedancyjną.

$HCT = RBC \times MCV / 10$ .

Składowe formuły obliczeniowej RBC i MCV są parametrami mierzonymi bezpośrednio. Metodą pomiarową jest impedancja, która polega na zliczaniu impulsu elektrycznego, którego wielkość jest proporcjonalnego do objętości komórki.

Metoda impedancyjna jest metodą powszechnie stosowaną we wszystkich automatycznych analizatorach hematologicznych.

Jedyną metodą oznaczającą HCT w sposób bezpośredni nie wyliczany, jest metoda wykorzystująca wirowanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 8**

pkt. 10, dotyczy parametrów analizatora back-up

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora posiadającego osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów? (tryb uruchamia się automatycznie przez oprogramowanie analizatora).

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 9**

pkt. 17, dotyczy parametrów analizatora back-up

Prosimy o możliwość zaaprobowania analizatora, który posiada oprogramowanie w języku polskim. Ponadto na zewnętrznym komputerze sterujących istnieje możliwość umieszczenia instrukcji w języku polskim w formie PDF, i wyszukiwanie określonej pozycji, polega na wpisaniu określonej numeru błędu, tak jak w klasycznej wyszukiwarce.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 10**

pkt. 5, dotyczy parametrów analizatora back-up

Czy Zamawiający dopuści analizator, który aplikuje w trybie CBC+ 5 diff: 80 µl w trybie podajnikowym, oraz 35 µl w trybie z mikro podajnika?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację oferowanego urządzenia w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis z zastrzeżeniem, że wartość procentowa zmiany kursu dotyczy 10% i ma zastosowanie tak do wzrostów jak i spadków kursowych**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 14**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Uzasadnienie:**

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 15**

(§ 7 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

(§ 7 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Uzasadnienie:**

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia próg 10% przy czym wskazuje, że będzie od liczony od niezrealizowanej części umowy netto.**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?"

**Uzasadnienie:**

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 17**

Prosimy o modyfikację § 2. ust. 5 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

**Uzasadnienie:**

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 18**

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §6 adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Odpowiedź.** Zamawiający wskazuje adres mail Marian Wojtas [marian.wojtas@szpitallimanowa.pl](mailto:marian.wojtas@szpitallimanowa.pl), [ksiegowosc@szpitallimanowa.pl](mailto:ksiegowosc@szpitallimanowa.pl) - dla przesyłania faktur w formie elektronicznej

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Uzasadnienie:**

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź. Zgodnie z § 1 pkt. 4 Projektu umowy**