



**Znak sprawy: ADZP-381-A-235/22**

Poznań, dn.18.10.2022 r

### **Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Sukcesywna dostawa masek tlenowych, aerozolowych, oraz sprzętu do ran operacyjnych**” - znak sprawy ADZP-381-A-235/22

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-17.10.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z Regulaminem Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1: Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny dren tlenowy o następujących parametrach :

- Długość 2 m ze standardowymi łączami
- Przekrój gwiazdkowy, antyzagięciowy
- Materiał –bardzo delikatny medyczny PVC
- Produkt niesterylny
- Produkt jednorazowy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2: Pakiet nr 1: poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową z drenem dla dzieci o następujących parametrach :

- Anatomicznie ukształtowana maska w standardowym rozmiarze dla dzieci
- Materiał: delikatny medyczny PVC (nie zawiera lateksu)
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem
- Elastyczna taśma mocująca na głowie
- Błyszka dopasowująca do nosa
- Otwory boczne ułatwiające wydech
- Dobrze przylegająca do twarzy
- Produkt jednorazowy
- Produkt niesterylny

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3: Pakiet nr 1: poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową z drenem dla dorosłych o następujących parametrach :

- Anatomicznie ukształtowana maska w standardowym rozmiarze dla dorosłych
- Materiał: delikatny medyczny PVC (nie zawiera lateksu)
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) 2 m ze standardowym złączem
- Elastyczna taśma mocująca na głowie
- Błyszka dopasowująca do nosa
- Otwory boczne ułatwiające wydech
- Dobrze przylegająca do twarzy
- Produkt jednorazowy
- Produkt niesterylny

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4: Pakiet nr 1: poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważna maskę aerozolową z nebulizatorem dla dzieci o następujących parametrach :

- maska w standardowym uniwersalnym rozmiarze dla dzieci,
- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał PVC
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
- Taśma mocująca na głowie
- Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml)
- Dysza Venturiego
- Błazka dopasowująca do nosa
- Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)
- Produkt czysty mikrobiologicznie
- Produkt jednorazowy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie 5: Pakiet nr 1: poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważna maskę aerozolową z nebulizatorem dla dorosłych o następujących parametrach :

- maska w standardowym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych,
- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał PVC
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
- Taśma mocująca na głowie
- Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml)
- Dysza Venturiego
- Błazka dopasowująca do nosa
- Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)
- Produkt czysty mikrobiologicznie
- Produkt jednorazowy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie 6: Pakiet nr 1: poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważna maskę aerozolową z nebulizatorem dla dzieci o następujących parametrach :

- maska w standardowym uniwersalnym rozmiarze dla dzieci,
- Anatomicznie ukształtowana maska
- Materiał PVC
- Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
- Taśma mocująca na głowie
- Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml)
- Dysza Venturiego
- Błazka dopasowująca do nosa
- Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A)
- Produkt czysty mikrobiologicznie
- Produkt jednorazowy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie 7:** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 8 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 8 ust. 1b wskazał: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary Umowne: b) w wysokości 5 % wartości danego zamówienia w przypadku opóźnienia dostawy wynikającej z winy Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela

konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzi jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 8 ust 1b wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 2,5% wartości.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8: Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy wewnętrznej 5,6mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie 9: Część nr 2, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 10: Część nr 2, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 7mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11: Część nr 2, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści butelka do drenażu wykonaną z PE o pojemności 400 ml z przewodami z PCV, zaciskami oraz opaską mocującą, wytwarzającą podciśnienie na poziomie 66 mmHg, wyposażona w uniwersalny konektor z podziałką, umożliwiający po przycięciu przyłączenie drenów w rozmiarach Ch 6-18, jałowa, sterylizowana w tlenku etylenu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie 12: Część nr 2, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści opakowanie pojedyncze?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Agata Szulczyk, tel. +48 61 61 62 558, e-mail: [agata.szulczyk@szoz.pl](mailto:agata.szulczyk@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)