



ADZP-381-69/22

Poznań, 18.10.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ oraz modyfikacja

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w przedmiocie: **"Zakup i dostawa 10 szt. cystoskopów z wyposażeniem"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści sprzęt o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :
Cystoskop giętki o parametrach technicznych:

- Dł. robocza: 380mm
- Średnica robocza: 5,5 mm
- Średnica kanału roboczego: 2,3 mm
- Kat widzenia: 100°
- Artykulacja: góra/ dół 210°/ 120° Końcówka cystoskopu jest odchylana i porusza się w dwóch płaszczyznach (w górę/w dół 210°/120°), dzięki czemu endoskop jest bardzo poręczny podczas zabiegu. Posiada możliwość podłączenia światłowodów w standardach STORZ, WOLF, STRYKER. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

dot. zał. nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów – technicznych, pkt. 5 oraz zał. nr 5 do SWZ „PPU”, § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie wcześniej niż 2021?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 3

dot. zał. nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów – technicznych, pkt. 26

Czy w pkt. 26 nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie maksymalnej wagi źródła światła LED tj. „do 13 gram” i Zamawiający wymaga: Urządzenie kompatybilne z przenośnym akumulatorowym źródłem światła LED do endoskopów giętkich o wadze maksymalnej do 130 gram bez akumulatorów, z wbudowanym wskaźnikiem ich rozładowania, umożliwiającym badania z użyciem cytoskopu giętkiego przy łóżku pacjenta bez używania toru wizyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

Pytanie 4

dot. zał. nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów – technicznych, pkt. 29 oraz zał. nr 5 do SWZ „PPU”, § 5 ust. 5, pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów pkt. 29 na zapis następującej treści:
„Czas usunięcia usterki 5 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP do 12 dni roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

Pytanie 5

Cystoskop giętki – 10 szt., poz. 1-37 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu jednorazowych cystoskopów giętkich wraz z platformą medyczną o następujących właściwościach:

Skład jednego zestawu:

- 1 szt. platforma medyczna
- 100 szt. cystoskopów giętkich jednorazowego użytku

Parametry cystoskopu giętkiego:

- cystoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny
- technologia video (kamera, źródło światła)
- kierunek widzenia 0°
- pole widzenia 120°
- głębia ostrości 3-100 mm
- oświetlenie LED
- długość części roboczej 390 mm
- średnica zewnętrzna 5,4 mm/ 16,2 fr
- możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
- zakres regulacji: do góry 210°, do dołu 120°
- kanał roboczy o średnicy 2,2 mm / 6,6Fr
- średnica części roboczej 5,4 mm/ 16,2 Fr
- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy
- chropowata powierzchnia rękojeści
- produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo

Parametry platformy medycznej:

- obraz Full HD
- rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli
- wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza)
- podłączenie cystoskopu do procesora za pomocą przewodu
- funkcja wyostrenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła
- typ ekranu: 12,8" kolorowy TFT LCD
- funkcja automatycznego rozpoznawania cystoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy
- zapis filmów i zdjęć
- wbudowana pojemność przechowywania 32 GB
- 2 wyjścia USB
- zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne
- kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM
- antyrefleksyjny ekran dotykowy
- możliwość wyświetlenia obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć
- nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk
- wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów
- funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby
- złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
- tryb regulacji poziomu tonu kolorów
- uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z cystoskopem
- podgląd ustawień użytkownika
- tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego cystoskopu

- wyposażony w dwa wejścia do podłączenia dwóch cystoskopów, bronchoskopów, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym oraz endoskopów laryngologicznych
 - waga 2700 g
 - tryb zmiany ustawień kolorów
 - klawiatura medyczna z możliwością opisu badań
 - WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
 - zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 3h
 - wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%
- Zestaw nie wymaga myjni, kontenera do sterylizacji, testera szczelności i źródła światła (światłowodu). Cystoskop jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z opakowania.
- Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ) poprzez modyfikacji, załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych oraz załącznika nr 5 – Projektowe Postanowienia Umowy.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Poprawione załączniki są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/-/ Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke +48 61 61 62 559, karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl,
zampub@szoz.pl