



Poznań, dnia 15.11.2022 r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na sukcesywną dostawę gazów technicznych, gazów wysokiej czystości oraz wynajem butli wraz z transportem na okres 1 roku, nr sprawy ZP/4978/D/22.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

W wyniku przeanalizowania Państwa umowy proponujemy wprowadzenie następujących zmian w umowie:

§ 9 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych - proponujemy usunąć.

§ 9 4. Łączna maksymalna suma kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. – proponujemy usunąć.

Pytanie 2

Informujemy również, że nie posiadamy w naszej ofercie acetyleny analityczny N 2.0. W zamian proponujemy produkt wyższej czystości acetylen N 2.6.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 2 umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 4 umowy. Zgodnie z art. 436 pkt 3 pzp w umowie należy wskazać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

2. Specyfikacja acetyleny analityczny N 2.0 :

Rodzaj	skład	wymagania dodatkowe
acetylen analityczny N 2.0	$C_2H_2 \geq 99\%$	$PH_3 \leq 10 \text{ ppm}$

Jeśli zaproponowany gaz jak twierdzi Wykonawca jest nie gorszy i spełnia specyfikację powyżej to może taki gaz zaproponować.

ZASTĘPCA KANCLERZA
ds. Logistyczno-Administracyjnych
mgr Maria Buzińska