



Poznań, dnia 09.12.22r.

## POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **sukcesywną dostawę gazów technicznych, gazów wysokiej czystości oraz wynajem butli wraz z transportem na okres 1 roku, nr sprawy ZP/4978/D/22** najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

**Oferta nr 1 Linde Gaz Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17,**  
**31-864 Kraków**  
**z ceną brutto: 159.988,42 zł**

OFERTA (nr oferty, nazwa oferenta)	KRYTERIA (punkty)				Razem punktów
	Cena brutto:	Termin płatności faktury	Termin realizacji zamówienia	Termin składania reklamacji	
<b>1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o.</b> <b>ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17</b> <b>31-864 Kraków</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
2. Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona
3. Air Products Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona

### UZASADNIENIE:

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca otrzymał największą ilość punktów na podstawie zastosowanych kryteriów – cena - 60%, termin płatności faktury – 20%, termin realizacji zamówienia – 10%, termin składania reklamacji – 10%.

Oferta nr 2 firmy Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał tlenu N 5.0 ( $O_2 \geq 99,999\%$ ), podczas gdy Wykonawca zaoferował tlen N 4.5 ( $O_2 \geq 99,995\%$ ). Zamawiający wymagał powietrza syntetycznego  $H_2O \leq 5ppm$ , a Wykonawca zaoferował produkt  $H_2O \leq 67 ppm$ .

Oferta nr 3 firmy Air Products Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał acetyleny analityczny N 2.0 o zanieczyszczeniu fosforowodorem max 10 ppm, Wykonawca zaoferował produkt o zanieczyszczeniu 600 ppm. Zamawiający wymagał powietrza syntetycznego, gdzie górna granica tlenu wynosi 21%, Wykonawca zaoferował produkt o górnej granicy tlenu 21,9%.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293  
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00  
marek.sobczak@amu.edu.pl

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych  
Marek Sobczak

