



Poznań, 22.12.2022 r.

ADZP-381-89/22

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ,

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: „**Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych**” udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylizowane EO?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2: Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3: Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach 8 x 5 x 3,7 cm?

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o gęstości 20 kg/m3?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5: Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk pakowane po 30 sztuk w opakowaniu, które może służyć jako wygodny dyspenser / dozownik na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Zadanie 2, poz. 49-52 Czy zamawiający wydzieli poz.49-52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Pytanie nr 7: Zadanie 2, poz. 49-50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Zadanie 2, poz. 49-50 Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ..

Pytanie nr 9: Zadanie 2, poz. 51 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10: Zadanie 2, poz. 52 Prosimy o dołączenie zdjęcia, gdyż brak go w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź : Zdjęcie zostało dołączone.

Pytanie nr 11: Zadanie 2, poz. 1 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego zamówienia częściowego. Zamawiający domniemywa że chodziło o zamówienie częściowe nr 7 poz. 1 zgodnie zapisem SWZ.

Pytanie nr 12: Zadanie 2, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczechem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego zamówienia częściowego. Zamawiający domniemywa ze chodziło o zamówienie częściowe nr 7 poz. 2 zgodnie zapisem SWZ.

Pytanie nr 13: Zadanie 2, poz. 1-3,20-21,23, Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,20-21,23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydzieli pozycji.

Pytanie nr 14: Zadanie 2, poz. 20-21 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego zamówienia częściowego. Zamawiający domniemywa ze chodziło o zamówienie częściowe nr 7 poz. 20-21 zgodnie zapisem SWZ.

Pytanie nr 15: Zadanie 8, poz. 23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego Zamówienia częściowego. Niestety Zamawiający nie wie o jakie Zamówienie częściowe chodziło w pytaniu.

Pytanie nr 16: Pakiet 2, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści cewnik z plastikową zastawką? Reszta parametrów jak w swz.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17: Pakiet 2, pozycja 13-21

Czy Zamawiający dopuści Foley sterylizowany tlenkiem etylenu pakowany podwójnie : wewnątrz – folia, zewnątrz papier/folia?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18: Pakiet 2, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści Foley z balonem 30ml?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19: Pakiet 2, pozycja 34-36

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton bez zatyczki?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20: Pakiet 2, pozycja 37-38

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21: Pakiet 2, pozycja 49-50

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu o pojemności 100ml?
Reszta parametrów jak w swz.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22: Pakiet 2, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści wycenę zatyczek do cewników za opakowanie a'200 oraz przeliczenie zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 23: Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną do mycia rąk i przedramion bez detergentu, w rozmiarze 90 x 45 x 39 mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, włosie wykonane z medycznego polietylenu o jednakowej długości, gąbka wykonana z poliuretanu o gęstości min 21 kg m³, dodatkowo wyposażone w czyścik do paznokci, szczoteczka pakowana po 40szt/op. w karton służący jako podajnik, pasujący do dozowników BD?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24: Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną do mycia rąk i przedramion bez detergentu, w rozmiarze 78 x 48 x 34 mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, włosie wykonane z medycznego polietylenu o zróżnicowanej długości – krótsze pośrodku, dłuższe na zewnątrz, gąbka wykonana z poliuretanu o gęstości min 20 kg m³, szczoteczka pakowana po 40szt/op. w karton służący jako podajnik, pasujący do dozowników BD?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25: Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę łączników za opakowanie a'100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 26: Pakiet 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania o długości 210cm i średnicy wew. drenu 5,6mm z dodatkowo dołączonym do zestawu łącznikiem do kontrolowanego odsysania kapkon jak na zdjęciu?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27: Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o poniższym opisie:

- Dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym

zamykany niebieską klapką

- Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku
- Termin ważności: 5 lat
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28: Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności posiadania badań potwierdzonych oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29: Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez nazwy producenta na komorze kroplowej? Nazwa producenta jest na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30: Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o poniższym opisie:

- Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia
- ☐ Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- ☐ Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- ☐ Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- ☐ Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami

o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu

- ☐ Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- ☐ Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
- ☐ Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
- ☐ Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- ☐ Niepirogenny
- ☐ Jednorazowy, sterylizowany EO
- ☐ Opakowanie: papier/folia

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31: Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komora kroplową wykonaną z PCV, dostępny w wersji bez ftalanów?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32: Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie zestawu składającego się osobno z przyrządu do przetaczania bursztynowego oraz worka do osłony przed światłem?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33: Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy z komora kroplowa wykonaną z pcv o długości 55mm w części przezroczystej, z igłą biorczą ściętą w czterech płaszczyznach bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34: Pakiet 7, pozycja 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o poniższym opisie:

- Dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- Uniwersalne zakończenie luer-lock

zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu

- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku
- Termin ważności: 5 lat
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35: Pakiet 7, pozycja 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o poniższym opisie:

• Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia

☐ Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji

☐ Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką

☐ Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml

☐ Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu

☐ Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków

☐ Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass

☐ Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy

☐ Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

☐ Niepirogenny

☐ Jednorazowy, sterylizowany EO

☐ Opakowanie: papier/folia

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36: Pakiet 7, pozycja 5 i 7

Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty oceny wykonanej w laboratorium?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37: Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pompki?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38: Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z regulatorem o opisie:

- regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości.
- regulacja przepływu: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%.
- zakres błęd wynosi $\pm 15\%$.
- komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0.1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μ m
- kołec z odpowietrzeniem
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową kłapką
- długość drenu 145 cm
- zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren
- port Y
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- nie zawiera lateksu ani ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier/folia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39: Pakiet 7, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny niesilikonowany?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40: Pakiet 7, pozycja 13-15

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, który ma możliwość przetaczania tłuszczu i chemioterapeutyków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41: Pakiet 7, pozycja 16-19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z białym, kontrastującym tłokiem, ze skalą nominalną rozszerzoną o 10%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42: Pakiet 7, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'50szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43: Pakiet 7, pozycja 20-21,23

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44: Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowice USG w opakowaniach a'144 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45: Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny o długości całkowitej 52mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46: Część nr 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty łącznik do drenów i ssaków?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47: Część nr 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dren wyposażony w dodatkowy łącznik o długości całkowitej 5,2cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48: Część nr 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wew. 5,0mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 49 Część nr 4, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2100mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 50: Zadanie 7, poz. 16-24

Czy Zamawiający wydzieli poz. 16-24 (strzykawki) do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji.

Pytanie nr 51: Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacja , połączony z kablem dł. 3m, z wtyczką typ 3-pin w komplecie z elektrodą igłową, pakowany sterylnie, 25 szt/op?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie nr 52: Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych zgodnie z zapisem §6 ust. 4 do 1 % wartości niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53: Pakiet nr 9

Czy w punkcie nr 9 Zamawiający miał na myśli elektrodę monopolarną, jednorazową, końcówka igłowa z częścią tnącą powlekana materiałem antyadhezyjnym, trzpień elektrody izolowany, długość elektrody 50 mm, opakowanie 10 szt/op.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 54: Zadanie 9

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił pozycji.

Pytanie nr 55: Zadanie 9 Poz. 1

prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3,2m

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 56: Poz. 1 i 2

prosimy o dopuszczenie uchwytów w opakowaniach zbiorczych a'50 szt, oraz o możliwość podania ceny za 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 3750 szt. w poz. 1 i 125 szt. w poz. 2

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 57 – zamówienie częściowe nr 6:

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przyrząd pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,2 µm i cząsteczkowym 5 µm oznaczonego kolorem niebieskim, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ? Różnica pomiędzy zaproponowanym przedmiotem zamówienia, a wymaganym polega na zastosowaniu dodatkowo filtra bakteryjnego.

Pragniemy jednocześnie nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem kompatybilności z opakowaniem KabiPac.

Pytanie nr 58: Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania leków o poniższych parametrach:

Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiołce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiołki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiołce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu: 0,29 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm². Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59: Pakiet 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych - W celu identyfikacji nazwa firmy na zaciskaczu rolkowym Komora kroplowa elastyczna, jednocześnie długa - minimum 60 mm w części przezroczystej, bez PCV o wysokiej przezierności. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60: Pakiet 7 Poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do **przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem**, z igłą biorczą z wytrzymałego ABS. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61: Pakiet 7 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62: Poz. Pakiet 7 16,17,18,19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z rozszerzoną skalą co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63: Poz. Pakiet 7 20 i 21

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek do pomp z czterostronnym podcięciem tłoczyska, co ułatwia pewne i stabilne umocowanie w uchwycie pompy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64: Poz. Pakiet 7 26 i 27

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużacza przezroczystego do pomp z osłonkami łącznika męskiego i żeńskiego Luer lock.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

/ - / Marek Dakowski