

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Przeglądy i naprawy aparatury medycznej"** – znak sprawy **SZW/DZP/105/2022**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 urządzeń producenta Zoll i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis defibrylatorów Zoll dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Obecny kompleksowy kształt pakietu nie pozwala naszej firmie na złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 urządzeń producenta Hill Rom i utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis łóżek Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Obecny kompleksowy kształt pakietu nie pozwala naszej firmie na złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

W przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania nr 1 i 2.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń Zoll i łóżek Hill Rom zawartych w nowo powstałych pakietach? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń z nowo powstałych pakietów w przypadku konieczności sprowadzenia części - do 6 - 8 tygodni? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll i Hill Rom trwa od 6 do 8 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie 5 dni roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie nr 5

Dotyczy nowo powstałego pakietu Zoll. Zwracamy się z prośbą o dodanie wymogu posiadania przez serwisanta ważnego certyfikatu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia wystawionego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie dotyczy.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:

"W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kwestie ewentualnego wstrzymywania się ze świadczeniami regulują przepisy ogólne KC.

Pytanie nr 8

Dot. Umowa par.4 ust.7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku dostępności części zamiennych oraz spełnienia warunku powiadomienia Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji, nie będzie to rodziło dla Wykonawcy jakiegokolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej i postanowień o karach umownych określonych w SWZ, jak również wyłącza działanie zapisu Umowy par. 9 ust.7.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Jeżeli zajdzie okoliczność, w której umowa do wykonania stała się niemożliwa, w szczególności w rozumieniu art. 387 i 1 kc brak jest możliwości nakładania kar umownych.

Pytanie nr 9

Dot. zadanie 4

Wnioskujemy o wyłączenie z zadania nr 4 diatermii firmy Erbe, tj.

Diatermia chirurgiczna	ICC300H	F1996	2006	Erbe	Blok Operacyjny
Diatermia chirurgiczna	VIO 100 C	11341491	2011	Erbe	Blok Operacyjny
Diatermia chirurgiczna	VIO 100 C	11466293	2019	Erbe	Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
Diatermia chirurgiczna	VIO 300S	11332263	2011	Erbe	Blok Operacyjny
Diatermia chirurgiczna	VIO200S	11306068	2009	Erbe	Oddział Ginekologiczny
Diatermia elektrochirurgiczna	VIO 300D	11451136	2018	Erbe	Blok Operacyjny
Diatermia elektrochirurgiczna	VIO 300D	11451137	2018	Erbe	Blok Operacyjny
Platforma elektrochirurgiczna	VIO300D	11327425	2011	Erbe	Blok Operacyjny

tworząc dla tych urządzeń oddzielne zadanie.

Wnioskowana zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi autoryzowanemu oraz zastosowanie kryterium punktowego: autoryzacja.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.**Pytanie nr 10**

Dot. Zadanie 4 /lub inne po wyłączeniach

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producentów aparatury na którą Wykonawca składa ofertę oraz okazywania potwierdzeń na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Zamawiający

