

Suwałki, dnia 09/02/2023r.

L.dz. SZW.DZI.262.53/4/TP/MN/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 4/TP/MN/2023**

Dotyczy: **Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Zamawiający wymaga w załączniku nr 5:5. W celu weryfikacji wątpliwych wyników testów antygenowych Wykonawca, na czas trwania umowy, bezpłatnie użyć analizator, który w czasie do 15 minut wykryje materiał genetyczny SARS-CoV-2 metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT oraz w razie potrzeby bezpłatnie dostarczy do niego odczynniki (w ilości do 1% zakupionych testów antygenowych) dla części II. Czy doszło do pomyłki i powyższe wymaganie dotyczy części nr I? W części nr II Zamawiający wymaga testów kasetkowych a nie genetycznych.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 zapytanie do części nr II-poziom realizacji

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ. W załączniku nr 2 do SWZ, § 1 ust. 2 Zamawiający określił, iż „(...) Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.”

Pytanie 3 zmiany umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Umowa mogła być zmieniona w sytuacji:

- zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- zmiany numeru katalogowego produktu,
- wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego,
- zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wartość podatku VAT oraz wartość brutto, wartość netto pozostaje stała przez cały czas trwania umowy.
- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
- opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



h. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przewidywać i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
i. zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie / wydłużenie),
j. wstrzymaniem / przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
k. niewykorzystania wartości umowy przez okres zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,
l. zmiany cen netto po udokumentowaniu uzasadnionych przyczyn przez Wykonawcę np. - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, -zmiany cen producenta

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 Część II

Czy Zamawiający zaakceptuje test do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 w próbkach z nosogardzieli o czułości 91,4%, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak zamawiający akceptuje.

Pytanie 2

Projekt umowy § 2 pkt 1 Proszę o wskazanie oczekiwanego terminu dostawy.

Odpowiedź: Oczekiwany termin dostawy 2-3 dni robocze.

UCZESTNIK 3

Pytanie 1

Czy dla części numer 2 W celu weryfikacji testów antygenowych zamawiający dopuści analizator, wykrywający materiał genetyczny SARS-CoV-2 metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT, który posiada czas odczytu do 15 minut dla wyniku pozytywnego a, dla wyniku negatywnego do 35 minut? Dodatkowo oprócz wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 możliwe jest wykonanie testów na wykrycie wirusów: SARS-CoV-2+Grypa A+Grypa B, testu na wykrycie Grypa A+ Grypa B+RSV , testu na wykrycie RSV, testu na wykrycie Strep A, testu na wykrycie Strep B , testu na wykrycie S.pneumoniae oraz testu na wykrycie Mycoplasma pneumoniae.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w sytuacji, gdy ilość badań wymagających weryfikacji przekroczy 1% ilości wykonywanych badań. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga dodatkowo oprócz wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 możliwości wykonania testów na wykrycie wirusów: SARS-CoV-2+Grypa A+Grypa B, testu na wykrycie Grypa A+ Grypa B+RSV , testu na wykrycie RSV, testu na wykrycie Strep A, testu na wykrycie Strep B , testu na wykrycie S.pneumoniae oraz testu na wykrycie Mycoplasma pneumoniae.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmiany SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 4/TP/MN/2023 z dnia 06/02/2023r.

Z poważaniem,
Adam Szałanda
DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach