



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/01/D/N/AC/2023/23/2023

Limanowa dnia: 2023-02-09

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierzawą analizatora immunologicznego"** – znak sprawy NZ/01/D/N/AC/2023.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr

1. Dotyczy pkt 2 i 4 par. 1 projektu umowy dostawy

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis SIWZ, iż ilości zamawianego towaru stanowią wielkości szacunkowe i mogą być większe niż ogólna wartość zamówienia, nie będzie stanowiło podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem gdy zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Dotyczy pkt 7 par. 1 projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w dniu pierwszej dostawy i proponujemy, aby Państwo skorzystali z dostępu do ww dokumentów (aktualizowanych na bieżąco) bezpośrednio przez Internet.

Nasza prośba wynika również z faktu, iż platformy komercyjne, na których składane są oferty przetargowe mają ograniczenia w rozmiarach przesyłanych plików. A skany żądanych przez Zamawiającego dokumentów są dość dużych rozmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy pkt 4 par. 7 projektu umowy dostawy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu niniejszego paragrafu na "W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy pkt 1 par. 2 projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw cito z 2 dni na 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy pkt 3 par. 3 projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 6 m-cy na min. 4 m-ce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy paragraf 5 część dotycząca zasad zmiany wynagrodzenia oraz par. 9 projektu umowy dostawy

Prosimy o wykreślenie zasad zmiany wynagrodzenia z paragrafu 5 i pozostawienie obowiązujących zasad określonych w paragrafie 9.

Odpowiedź: Przewidziane w par 5 i 9 zasady waloryzacji wynagrodzenia mogą być stosowane alternatywnie.

7. Dotyczy pkt 1 paragraf 7 projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: " Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w par. 2 ust. 1 umowy oraz kolejne 14 dni w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia za każdy dzień, nie więcej".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy pkt 2 paragraf 7 projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w par. 4 ust. 10 umowy oraz kolejne 14 dni w wysokości 1% wartość brutto wadliwego towaru za każdy dzień , nie więcej.....".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Dotyczy par. 7 projektu umowy dostawy

Prosimy o poprawienie numeracji w niniejszym paragrafie (punkt 4 błędnie przypisany do dalszej części punktu 3).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje oznaczenia w par 7.

10. Dotyczy pkt. 3 par. 3 projektu umowy dzierżawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "W okresie trwania umowy Wykonawca będzie zapewniał serwis analizatora, w ramach opłaty dzierżawy, z wyjątkiem".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Zgodnie z zapisem pkt. 28 Parametrów techniczno-użytkowych, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta, Wykonawca można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

Odpowiedź: Wymaga dostarczenia podchlorynu.

13. Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Z poważaniem