



**SZPITAL POWIATOWY**  
w Limanowej  
**Imienia Miłosierdzia Bożego**  
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-02-21

**Znak sprawy: NZ/10/D/P/LW/2023**

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy implantów ortopedycznych oraz staplerów chirurgicznych ujęte w 4 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/10/D/P/LW/2023**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Zestaw 1:**

#### **Pytanie 1**

#### **Zadanie nr 4 - Staplery chirurgiczne**

##### **Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, długości 18 cm, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie:

- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 21mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;
- w zakresie od 1,4 mm do 2,2 mm. Rozmiar 24mm. Wysokość otwartej zszywki 4,5 mm;
- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 26mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;
- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 29mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm;
- w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm;

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA

## Pytanie 2

### Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, endostapler liniowy elektryczny jednorazowy zasilany baterią jednorazową, dołączoną do opakowania, bez załadowanego ładunku. Stapler rozpoznaje grubość tkanki i przy pomocy koloru diody podpowiada czy dobrany ładunek jest odpowiedni do grubości tkanki. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości ramienia: 6 cm, po podłączeniu ładunku długość ramienia 16,5 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w zakresie 45 stopni w każdą ze stron, średnica trzonu 12 mm. Stapler uniwersalny, z możliwością podłączenia ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Do 15 wystrzelen podczas jednego zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

## Pytanie 3

### Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, endostapler liniowy elektryczny jednorazowy zasilany baterią jednorazową, dołączoną do opakowania, bez załadowanego ładunku. Stapler rozpoznaje grubość tkanki i przy pomocy koloru diody podpowiada czy dobrany ładunek jest odpowiedni do grubości tkanki. Rękojeść do staplera endoskopowego o długości ramienia: 16 cm, po podłączeniu ładunku długość ramienia 26,5 cm, obrotowa 360°, z możliwością zginania w zakresie 45 stopni w każdą ze stron, średnica trzonu 12 mm. Stapler uniwersalny, z możliwością podłączenia ładunków 30 mm lub 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową. Do 15 wystrzelen podczas jednego zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

## Pytanie 4

### Poz. 4, 5, 6, 7

Czy Zamawiający ma na myśli ładunki do staplerów opisanych w pozycjach 2 i 3?

**Odpowiedź: Nie**

## Pytanie 5

Czy Zamawiający oczekuje w zestawie również trokara 12 mm? Czy też ładunki mają przechodzić przez trokar 12 mm?

**Odpowiedź: Tak**

## Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki ze stopu tytanu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

## Pytanie 7

### Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera elektrycznego, uniwersalnego, liniowy z nożem o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem w kolorze złotym do tkanki średniej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu, o wysokości 4,2 mm, po zamknięciu 1,8mm. Ładunek przechodzący przez trokar 12 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

## Pytanie 8

### Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera elektrycznego, uniwersalnego, liniowy z nożem o długości linii szwu 45 mm załadowany ładunkiem w kolorze złotym

do tkanki średniej, wyposażony w 6 rzędów zszywek, zszywki ze stopu tytanu, o wysokości 4,2 mm, po zamknięciu 1,8mm. Ładunek przechodzący przez trokar 12 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **Pytanie 9**

Poz. 8, 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania uchwytu wielorazowego użytku, ładowarki oraz kosza do sterylizacji, jeśli wykonawca zaoferuje rączkę staplera elektryczną, jednorazową, z dołączoną baterią, z możliwością użycia do 15 wystrzałów podczas jednego zabiegu, zgodnie z opisem w pytaniu do pozycji 2 i 3?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Zestaw 2**

#### **Pytanie 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Nabywca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości **0,5%** wartości brutto zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek..

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 2**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10 umowy w wysokości **0,5%** wartości brutto zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 3**

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1, 2 lub 3 umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie wskazanej umowy**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §3)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3 ust. 6)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie wskazanej umowy**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Zestaw 3**

**Pytanie 1**

**Zadanie nr 2**

Dot. zapis pod formularzem asortymentowo-cenowym oraz §3 ust. 6c projektu umowy – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż instrumentarium pozostające w dyspozycji Zamawiającego do usuwania implantów przez min. 1 rok po zakończeniu umowy będzie dowożone do konkretnych zabiegów a nie zdeponowane w siedzibie Zamawiającego ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby instrumentarium było dowożone do konkretnych zabiegów po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:**

**Pytanie 2**

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu terminu przydatności na opakowaniu w przypadku implantów niesterylnych? Dla implantów niesterylnych nie określa się wskazanych dat z uwagi na ich bezterminowy okres przydatności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 10, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający doda zapis w §5 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy

co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający w §8 ust. 3 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną oferowaną, a ceną zamówienia zastępczego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie 6**

§8 ust. 1 i 2- Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej z 1% na 0,5% ? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia wysokość kary umownej – vide odpowiedzi na wcześniejszy zestaw pytań.**

### **Zestaw 4**

#### **Pytanie 1**

dot. Zadanie nr 2 - Zestaw implantów do leczenia złamań odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa  
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zestawy do kręgosłupa były dostarczane na zabiegi po zgłoszeniu bez stałego pobytu zestawów w szpitalu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca dostarczył w terminie 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia 1 kompletnego instrumentarium wraz z narzędziami do usuwania implantów**