

Suwałki, dnia 28/03/2023r.

L.dz. SZW.DZI.262.193/17/TP/AK/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 17/TP/AK/2023**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn: Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn.: „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

UCZESTNIK 1

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ,

Pytanie Część V

pytanie 1. Pkt. 21 Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał integracji oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS w zakresie integracji systemowej DICOM/WL/Gabinet w celu zapewnienia archiwizacji danych obrazowych oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Placówce. Prosimy również o informację czy koszty licencji i usług serwisowych ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 2

Pytanie Część V

Pytanie 1

Ad. Załącznik nr 2 do SWZ par. 1 ust. 14

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. Ponadto czas niezdolności sprzętu do pracy dodaje się od terminu biegu gwarancji.” na „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. Ponadto czas niezdolności sprzętu do pracy dodaje się od terminu biegu gwarancji, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Ad. Załącznik nr 2 do SWZ par. 1 ust. 17

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca zapewni aparat zastępczy, umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, t.j.

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).” na „Wykonawca zapewni aparat zastępczy, umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, t.j. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Ad. Załącznik nr 2 do SWZ § 1 ust. 18, Załącznik nr 5 do SWZ – informacje dodatkowe pkt. 2

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę sprzętu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.” na „W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują wymianę elementu/podzespołu na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 8 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik nr 2 do SWZ § 1 ust. 18 otrzymuje nowe brzmienie „W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują wymianę elementu/podzespołu na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 8 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”

Pytanie 4

Ad. Załącznik nr 2 do SWZ par. 2 ust. 7

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Jeśli Zamawiający w trakcie eksploatacji sprzętu stwierdzi iż towar zawiera wady, Zawiadamia telefonicznie bądź pisemnie (w tym drogą elektroniczną) Wykonawcę o zaistniałym fakcie a Wykonawca w terminie trzech dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar bez wad.” na „Jeśli Zamawiający w trakcie eksploatacji sprzętu stwierdzi iż towar zawiera wady, Zawiadamia telefonicznie bądź pisemnie (w tym drogą elektroniczną) Wykonawcę o zaistniałym fakcie a Wykonawca w terminie siedmiu dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar bez wad.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Ad. Załącznik nr 2 do SWZ par. 5 ust. 1, 2, 3

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,5% na 0,2%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Ad. Załącznik nr 5 do SWZ pkt. 22

W związku z wymogiem określonym przez Zamawiającego polegającym na możliwości podłączenia aparatu do systemu RIS / PACS wraz z zapewnieniem niezbędnej licencji, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wolną licencję, która umożliwi wykonanie przez Wykonawcę stawianego wymogu lub alternatywnie w przypadku braku wolnej licencji podanie jakiego producenta rozwiązanie informatyczne Zamawiający posiada w swojej placówce.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wolnych licencji – należy je przewidzieć. Producentem systemu RIS (KS-SOMED) jest Kamsoft S.A., producentem systemu PACS (ArPACS) jest firma Synektik S.A.

UCZESTNIK 3

Pytanie Część IV

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada następujące wymiary : wysokość : 55 mm , szerokość : 420 mm i głębokość 400 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający dopuści mobilny wózek aparaturowy na 4 kółkach , wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo : kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 4

Pytanie Część II

Dot. część 2 pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rejestracją 4 kanałów: tętna, SpO2, jakoś SpO2, pletyzmogram z pulsoksymetru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z plastikową końcówką do podłączenia kaniuli?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przycisku sygnalizacyjnego pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości próbkowania 2000Hz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 35x75x168mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. część 2 pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 260 gram?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez technologii Bluetooth?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem pracy min. 12 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. część 2 pkt. 28 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanego urządzenia do porównywania ocen snu tworzonych przez kilku użytkowników systemu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. Część 2 - Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było kompatybilne z posiadanym przez niego oprogramowaniem polisomnograficznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie Część II

Dot. Część 2 - Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie do aparatu było w języku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem oraz posiadaną bazą danych z aktualnie używanego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Dot. Część 2 - Czy Zamawiający wymaga aby EEG było bezpośrednio podłączane do jednostki centralnej (głównej), bez użycia dodatkowego modułu zbierającego EEG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Dot. Część 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby na klatce piersiowej było mocowane tylko jedno urządzenie w postaci jednostki centralnej zbierającej dane?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. Część 2 - Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie zapisywało wynik w EDF?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dot. Część 2 - Czy Zamawiający dopuści urządzenia z pasami pneumatycznymi zamiast RIP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 6

Pytanie Część IV

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Pytanie nr 1 – poz. 6

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej 7 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości 800 x 480 pikseli i odchylony pod kątem względem podstawy aparatu w celu ułatwienia obserwacji i obsługi urządzenia? Jest to minimalna różnica względem aktualnie wymaganej wielkości ekranu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 – poz. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 361x262x135 (+/-2) [mm]? Jest to minimalna różnica względem wymaganych rozmiarów, a co więcej sam rozmiar urządzenia nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ zgodnie z punktem 38 Opisu minimalnych wymagań parametrów technicznych, aparat EKG będzie zamocowany na mobilnym wózku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 – poz. 14 i 15

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o dużo lepszych parametrach niż wymagane, czyli z częstotliwością próbkowania i detekcji pików rozrusznika serca na poziomie aż 64 000 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 – poz. 25

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w obsługę papieru termicznego, dowolnego producenta, ze znacznikiem lub bez, w rozmiarach 210x140 [mm] – rozmiar preferowany, zapewniający wydruk w rozmiarze A4, a także papieru o szerokościach 210x295 [mm], 215x280 [mm]? Jest to lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – poz. 28

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat EKG wyposażony był w szerokie pasmo przenoszenia od 0,01 Hz do 500 Hz oraz filtr dolnoprzepustowy 350, 300, 270, 150, 100, 75 [Hz] co zgodnie z zaleceniami AHA pozwala na bezpieczne dokonanie pełnej diagnostyki EKG spoczynkowego u dorosłych, dzieci i noworodków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 6 – poz. 29

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez automatycznej analizy EKG po zmianie danych demograficznych? W zestawieniu z pozostałymi wymaganiami Zamawiającego, niniejszy parametr nie ma większego znaczenia klinicznego, ponieważ zgodnie z punktem 28 Opisu minimalnych wymagań parametrów technicznych, jedynie grupa wiekowa ma wpływ na automatyczną analizę i interpretację.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytania do projektowanych postanowień umowy

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 7

Pytanie Część I

Informacje dodatkowe Pytanie 1. Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie zapewnienia gwarancji części zamiennych na oferowane rozwiązanie (Duplikator) w okresie po sprzedaży urządzenia na okres min. 3 lat. Uzasadnienie: Zwyczajowo zakres wsparcia pogwarancyjnego na elementy części zamiennych do urządzeń komputerowych (w tym elementów peryferyjnych jak drukarki, etc.) obejmuje okres max. 5 lat od sprzedaży. Zmieniająca się technologia jak również możliwości techniczne, powodują iż zakres tych zmian / modernizacji jest dużo szybszy niż innych standardowych rozwiązań, co za tym idzie wymagany przez Zamawiającego okres 10 lat zapewnienia ciągłości dostępności części zamiennych nie jest możliwy do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraż zgodę na gwarancję dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia w okresie **min. 5 lat.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 17/TP/AK/2023 z dnia 23/03/2023r.

Z poważaniem
Włodzimierz Zaworonok
Zastępca Dyrektora ds.
Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach