

Suwałki, dnia 30/03/2023 r.

L.dz. SZW.DZI.262.195/17/TP/AK/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 17/TP/AK/2023**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn.: „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

UCZESTNIK 1

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ,

Pytanie Część II

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 5 polisomnografu z wbudowanym modulem bezprzewodowym Bluetooth łączącym się bezprzewodowo z pulsoksymetrem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 6 polisomnografu rejestrującego 3 kanały danych z pulsoksymetru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 8 polisomnografu bez metalowej, wbudowanej w aparat końcówki Luer? Do urządzenia podłączana jest kaniula z filtrem zapobiegającym dostawianiu się wilgoci do urządzenia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 10 polisomnografu bez przycisku sygnalizującego pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 15 polisomnografu o nieznacznie większej głębokości max 2,6 cm? Pozostałe wymiary to 8,2 cm (szer), 6,2 cm (wys)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 20 polisomnografu ze wzmacniaczem zasilanym 1 baterią AA lub wielokrotnie ładowanym akumulatorkiem o czasie pracy 10-12 godz przy ogniwie alkaicznym / akumulatorem NiMh, 20-30 godz przy baterii litowej? Akumulatory wielokrotnego ładowania dostarczone będą wraz z urządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 23 polisomnografu wraz z tabletem stanowiącym integralne wyposażenie polisomnografu umożliwiającego kontrolę podłączenia czujników i pomiaru oporności elektrodu oraz

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

podglądu przebiegów? Takie rozwiązanie umożliwia bezprzewodowe podglądanie stanu rejestracji nawet spoza sali, w której przebywa pacjent, nie zakłócając jego snu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 pozycji 30 polisomnografu z zestawem startowym wyposażonym w 40 par pasów RIP pakowanych parami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

UCZESTNIK 2

Pytania do Załącznika nr 5 do SWZ

Dotyczy CZEŚĆ IV

Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem o przekątnej 4.3" 8 bitowy z podświetleniem LED o rozdzielczości 480 x 272 pikseli?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 81 x 263 x 208 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z klawiaturą numeryczną ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez detekcji stymulatora serca?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 12. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z impedancją wejściową $>10[\text{M}\Omega]$

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z CMRR $> 100 \text{ dB}$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwością próbkowania 2 000 Hz na kanał ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z formatem wydruku 4* po 2.5s, 4*po2,5s+1 odp. Rytmu, 4*po 3s, 4*po 10s, Autorytm (10s danych EKG dla 3 odpr.), Ciągły rytm 3 kanałowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z czułością 2,5, 5, 10, 20 mm/mV bez AUTO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o szerokości papieru: 157mm w formie rolki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 32. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pkt 36. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Informacje dodatkowe:

pkt 2 Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy załącznika nr –Projekt Umowy

Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 9

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 14

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe i naprawy zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas niezdolności sprzętu do pracy, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ostatniego zdania w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 15

Zwracam się z prośbą o dołączenie do dokumentacji załącznika nr 2 do umowy – „warunki gwarancji i serwisu”, na który Zamawiający powołuje się w § 1 ust. 15 umowy. Bez dokonania analizy tego załącznika Wykonawca nie jest w stanie właściwie ocenić kosztów i ryzyka oraz oszacować ceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Załącznik nr 2 do umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 17

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez Zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania.

Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Czy Zamawiający zmodyfikuje nieznacznie wymóg dotyczący czasu naprawy w następujący sposób: „Łączny czas naprawy, t.j. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, czas trwania napraw w przypadku konieczności zastosowania części zamiennych i podzespołów dostępnych w Polsce nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. Czas trwania napraw w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 1 ust. 18

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu wymaganej dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail sekretariat@szpital.suwalki.pl

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 6

Prosimy o usunięcie postanowienia § 12 ust. 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób

zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID- 19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę,

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 7

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 30% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie mu następującej treści:

„Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.2 Umowy. przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 Umowy (...)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy § 6 ust. 1

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni”. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

UCZESTNIK 3

Pytania do Załącznika nr 5 do SWZ

Dotyczy CZĘŚĆ III

Pkt. 27

Waga detektora < 3,2 kg

Prosimy o dopuszczenie detektora 43x43 cm o wadze 3,74 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3 Ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy

Termin składania ofert 04/04/2023 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 04/04/2023 godz. 11:00

Termin związania ofertą 03/05/2023r.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 17/TP/AK/2023 z dnia 23/03/2023r.

Z poważaniem

Włodzimierz Żaworonok

Zastępca Dyrektora

ds. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach