



**Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Poznaniu**

ul. Adama Wrzoska 1, 60-663 Poznań  
ePUAP: /SZOZ\_Poznan/skrytkaESP  
ING Bank Śląski S.A. Nr 93 1050 1520 1000 0005 0332 1192

tel. 61 6162000  
e-mail: kancelaria@szoz.pl  
www.szoz.pl  
NIP: 778-11-28-565  
REGON: 630863147

Poznań, 04.05.2023 r.

ADZP-381-31/23

## **II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie: „**Zakup sprzętu medycznego**” – znak sprawy ADZP-381-31/23.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

**PYTANIE 1: Dot. Załącznik nr 2 do SWZ- formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych. Inkubator hybrydowy**

Ad. 12

Czy Zamawiający dopuści inkubator z max poborem mocy 1000W?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i uzna 5 pkt za inkubator bez regulacji wysokości oraz kąta nachylenia ekranu LCD?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.**

Ad. 16

Czy Zamawiający dopuści inkubator z pojedynczą ścianką? W razie potrzeby promiennik może ogrzewać kopułę celem minimalizacji skraplania lub radiacyjnej straty ciepła. A pojedyncza ścianka umożliwia łatwiejsze czyszczenie i dezynfekcję.

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 17

Czy Zamawiający dopuści inkubator z hydraulicznym mechanizmem otwierania i zamykania kopuły bez funkcji reagowania na przeszkody? W oferowanym rozwiązaniu otwarcie realizowane jest w czasie krótszym niż 2 sek, ponadto jest możliwość uniesienia kopuły w sytuacjach krytycznych dla noworodka nawet w przypadku braku zasilania w energię elektryczną

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 18

Czy Zamawiający dopuści inkubator bez mechanizmu z tłumikiem, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 19

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie ścianki zabezpieczające są z dwóch stron materacyka – udostępniając w ten sposób wygodny dostęp w czasie procedur?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 20

Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania w którym zespół grzewczy trybu otwartego jest samodzielny, dzięki czemu proces przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym jest wyjątkowo szybki co zapewnia ciągłe ogrzewanie pacjenta?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.**

Ad. 22

Czy Zamawiający przyzna 5 pkt za konstrukcję urządzenia, która umożliwia łatwa obserwację filtra podczas każdorazowego przygotowywania inkubatora do pracy z łatwą oceną wizualną przydatności filtra do dalszego stosowania, dostęp do filtra bez użycia narzędzi?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzyma zapisy SWZ.**

Ad. 23

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony dla rozwiązania, w którym wymaga się lekkiego podniesienia ścianki a następnie jej opuszczenia? Nie ma wtedy możliwości przypadkowego otwarcia ścianki.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.**

Ad. 31

Czy Zamawiający dopuści inkubator z elektryczną regulacją realizowaną z obydwu stron bez konieczności otwierania ścianki bocznej?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.**

Ad. 35

Czy Zamawiający wymaga aby kurtyna uruchamiana była automatycznie po wykryciu otwartej ścianki?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

Ad. 36

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku poziomu głośności w przedziale pacjenta w czasie pracy 40 dB (pomiar dokonany bez dodatkowego tlenu)?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie uzna wymogu za spełniony.**

Ad. 38

Czy Zamawiający przyzna 5 pkt. za zakres szerszy, tj. 30 do 99% wilgotności względnej lub wyłączony (OFF) lub AUTO?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Ad. 41

Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym elementy nawilżacza nie podlegają wyciąganiu, a ich czyszczenie odbywa się dzięki specjalnemu trybowi autoczyszczenia?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 43

Czy Zamawiający dopuści inkubator, który pracuje w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym - woda doprowadzana jest do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.**

Ad. 51

Czy Zamawiający przyzna 5 pkt. za zakres szerszy, tj 13-43°C?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Ad. 52

Czy Zamawiający przyzna 5 pkt. za zakres szerszy, tj 13-45°C?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Ad. 64

Czy Zamawiający uzna za równoważny alarm: Uszkodzony wentylator, grzanie wył.?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie uzna.**

Ad. 72

Czy zamawiający dopuści inkubator w którym ścianki są w pełni uchylne co zabezpiecza przed ich uszkodzeniem podczas wyjmowania a jednocześnie gwarantuje dobry dostęp do mycia.?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 73

Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za rozwiązanie, w którym elementy nawilżacza nie podlegają wyciąganiu, a ich czyszczenie odbywa się dzięki specjalnemu trybowi autoczyszczenia?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Ad. 78

Czy Zamawiający dopuści inkubator bez zegara CPR?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 80

Czy Zamawiający dopuści inkubator hybrydowy bez wbudowanego pulsoksymetru?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Ad. 82

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w przypadku zaoferowania urządzenia, które nie wymaga napełniania nawilżacza a pracuje na wodzie sterylnej dostępnej na każdym oddziale?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuści.**

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

**/ - / Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Karolina Hetmanowska-Prentke +48 61 61 62 559, [karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl](mailto:karolina.hetmanowska-prentke@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)