



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-06-19

Znak sprawy: NZ/38/D/P/LW/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 6 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/38/D/P/LW/2023**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 1: Pytanie 1. Poz. 1

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion po 17,5 cm z każdej strony, siatka z dodatkową górną wypustką; wymiary siatki: szerokość 6,3 cm x 12 cm, wypustka o wymiarze: szerokość 6,3 cm x 4,0 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm. W zestawie znajduje się igła wielorazowego użytku do implantacji siatek przez pośladki? Długość 27 cm. Igła 1/2. Ø 10,5 cm. Otwór dla nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. Technika z dojścia przezpośladowego?

Poz. 2 Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w siatek przez pośladki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 2:

Poz. 1 Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implanty o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm, 6 cm, 7,5 cm oraz 9 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm?

Poz. 1a

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w siatek metodą przezasłoną techniką "out-in"?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3, Poz. 2 Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implanty o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm, 6 cm, 7,5 cm oraz 9 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm?

Poz. 2a

Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w siatek metodą przezasłoną techniką "out-in"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 3: Pytanie 4. Poz. 1

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości 0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), taśma o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², taśma o atraumatycznych, laserowo ciętych brzegach, bez osłonki.

Poz. 2 Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w taśm metodą przezasłoną. Długość 22 cm. Igła 1/2. \varnothing 6,5 cm. Otwór do przeciągnięcia nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. TOT; technika in-out i out-in lub długość 22 cm. Igła 1/2. \varnothing 8,5 cm. Otwór do przeciągnięcia nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. TOT; technika in-out i out-in?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 2 Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 1:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentową, polipropylenową, w plastikowej osłonce, jednorodną, niewchłaniającą, o gramaturze 48 g/m², grubości nici 0,08 mm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, symetrycznych zwężeniach na końcach,

wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca zapewniająca

odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy), implantacja igłą wielorazowego użytku metodą przezasłoną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 3 Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- Zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- Wykonane z miękkiej tkaniny
- Strona pacjenta – kolor biały, zewnętrzna-żółty
- Unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- Mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- Odporne na płyny
- Brak zawartości lateksu
- Przejierne dla promieni RTG

- Uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Baig Hugger, Mistral – Air, Equator, (system mocowania za pomocą na velcro)

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195x100 cm)

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający