

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Dostawy**  
**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790319362

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Szpitalna 60

**1.5.2.) Miejscowość:** Suwałki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 16-400

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@szpital.suwalki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.suwalki.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2ce92465-14ca-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00277555

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-06-27

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00048801/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych oraz okulistycznych

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

#### 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://e-propublico.pl>

#### 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

#### 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy <https://e-propublico.pl>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie

#### 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

#### 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

#### 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Zamawiający informuje, że: udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego

zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania poinformowania o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/TP/WU/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

### 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

#### Część 1

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stapler laparoskopowy liniowy tnący kilkukrotnego użytku z możliwością zginania 22 i 45 stopni w obu kierunkach, z obrotowym trzonem 360 stopni, do resekcji przecinania i zespołań, ładowalny, trzon 12 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek po między nimi. szt 3

Ładunek jednorazowego użytku 45 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku szt 3  
 Ładunek jednorazowego użytku 60 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku szt 3  
 Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpłatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesięcy

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

"Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem, rozmiar: 24mm, 26mm, 29mm, 32mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła o parametrach:

- stapler o średnicy 24mm: zszywka o wysokości 4,5mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

-stapler o średnicy 26 mm: zszywka o wysokości 4,8mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

-stapler o średnicy 29 mm: zszywka o wysokości 4,8mm, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

- stapler o średnicy 32mm: zszywka o wysokości 5,0mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. " szt 16

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpłatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

"Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem

3,8mm, po zamknięciu 1,5mm.

Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

" szt 20

Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5mm szt 12

"Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm.

Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B." szt 9

Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm szt 9

"Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm.

Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System

zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. " szt 30

Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 80 mm– zszywki 3,8, po zamknięciu 1,5mm szt 30

"Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespoleń 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B.

Wysokość zszywki 3.5mm pozwalający na zespolenie tkanki do 1.5mm" szt 24

Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 3,5 mm przed zamknięciem szt 6

Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespoleń 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, wysokość zszywki 4,8mm pozwalający na zespolenie tkanki do 2,0mm szt 12

Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 4,8 mm przed zamknięciem szt 6

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpłatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 4

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długości 37 mm, średnicy 5 mm, z prostymi, tępymi szczękami pokrytymi powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii. Aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym. Narzędzie z wbudowanym nożem z przewodem, obracany trzonem o 180 stopni,

kompatybilne z generatorami Valleylab /Ligasure szt 24

Precyzyjne kleszczki do uszczelniania naczyń i pęczków, długość 18-19 cm, długość elektrody 17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 st, aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym, z przewodem, kompatybilne z generatorem Valleylab/Ligasure szt 6  
Jednorazowe narzędzie do zabiegów laparoskopowych służące do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 5 mm, długość trzonu 37 cm, trzon obracany o 350 stopni, szczęki zakrzywione typu Maryland, powłoką antyadhezyjna w nanotechnologii na powierzchni elektrod, szczęki z wbudowanym nożem, niezależna aktywacja noża, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorami Valleylab/Ligasure szt 60

Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Valleylab/Ligasure szt 6

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpłatnie u Zamawiającego stały depozyt narzędzi w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 5

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Nożyczki zakrzywione, preparacyjne typu Metzenbaum, wielokrotnego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe, trzon śr. 5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm szt 2

Kleszczki preparacyjne typu Meryland, wielorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe z ergonomiczną rekojeścią bez blokady, trzon śr.5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm szt 2

Kleszczki atraumatyczne typu Grasper okienkowe wielorazowego użytku, rozbieralne 4-częściowe z ergonomiczną rekojeścią z blokadą, średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31cm szt 3

Kleszczki chwytające typu Babcock, wielorazowego użytku rozbieralne 4-częściowe, długość 31cm, srednica trzonu 10mm, trzon obrotowy 360st., uchwyt z blokadą zatraskową szt. 1

Laparoskopowa elektroda haczykowa dł 330 mm szt 4

Końcówka do elektrody haczykowej typu J oraz typu L (do wyboru przez zamawiającego) szt 4

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 6****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

"Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklawowalna, kompatybilna z kaniulą szybkoprzepływową, kodowana kolorem żółtym, o średnicy 6.0 mm i obturatorem oraz końcówkami drenów pompy,model Dyonics, posiadanym przez szpital" szt 2

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 7****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Optyka laparoskopowa szerokokątna 0 st lub 30st, śr. 10mm (do wyboru przez zamawiającego) dł 33cm, kompatybilna ze sprzętem Aesculap szt 1

Przewód do insuflatora z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny ze sprzętem Aesculap; długość 3m szt 4

Zestaw drenów autoklawowalnych do pompy płuczącej, kompatybilny ze sprzętem Aesculap szt 4

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 8

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Uchwyt do elektrod monopolarnych długość 145mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem elektrod 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m., wtyczka współosiowa KOAX lub 3 pin - do wyboru przez Zamawiającego szt 30

Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. op 6

Elektroda szpatułkowa, prosta, długość 66mm, trzonek Ø4mm, wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. op 1

Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø4mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. op 1

Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø2mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. op 1

Elektroda kulkowa, prosta, długość 49mm, kulka Ø6mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. op 1

Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. op 4

Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji szt 3

Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 220mm, końcówka 8mm x 2mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji szt 2

Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji szt 4

Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 2mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji szt 4

Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z zagiętą końcówką, długość 160mm, końcówka 6mm x 1mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji szt 3

Kabel bipolarny do szczypiec, długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu żeńska symetryczna Ø2/6mm (typ Martin) lub 2-bolcowa 28,58mm lub okrągła typ Erbe ; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - do wyboru przez Zamawiającego szt 4

Elektroda kulkowa, prosta śr. 4mm, długość 122mm, trzpień 4mm szt 2

Elektroda kulkowa, prosta śr. 6mm, długość 124mm, trzpień 4mm szt 2

Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium lub Erbe znajdującymi się na wyposażeniu Szpitala

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych



**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 9

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta szt 4

Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza delikatnie zagięta szt 2

Ostrze do wielorazowego instrumentu do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm - fi 10 mm po 6 szt op 2

Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm, średnica 5 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta szt 4

Ostrze do wielorazowego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm - fi 5 mm po 6 szt op 2

Kleszcze bipolarne wielorazowego użytku zagięte dł 16 cm szer. branszy 2,5 mm z rozpoznawaniem instrumentu szt 2

Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm, średnica 5 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza zagięta (maryland) szt 2

Ostrze do wielorazowego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm - fi 5 mm po 10 szt szt 2

Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, o długości 18 cm, końcówka robocza zagięta o długości 17 mm szt 2

Ostrze do wielorazowego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń o długości 18 cm i końcówce roboczej zamkniętej o długości 17 mm, opakowanie 10 szt szt 2

Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium znajdującą się na wyposażeniu Szpitala

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** TERMIN DOSTAWY I UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)– załącznik nr 3 do SWZ;)

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ. Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem). Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 974.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy) Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 974) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Tak**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

Aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ. Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem). Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 974.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy) Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 974) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Formularz oferty.

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.

Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ

pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz; Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 7

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Nie

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:

- b. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- c. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
- d. ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania.

12.3. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

12.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp .orazart. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

12.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 8, Zamawiający będzie oceniał łącznie.

12.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

12.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

12.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zostały określone w załączniku nr 2 i 2a do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

**8.1.) Termin składania ofert:** 2023-07-07 11:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** <https://e-propublico.pl>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2023-07-07 12:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2023-08-05