



ADZP-381-61/23

Poznań, 20.07.2023 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), prowadzonym w trybie **podstawowym bez negocjacji** w przedmiocie: „**Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych**” udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1: Pakiet 1, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznej różnicy w grubości wynoszącej na palcu  $0,11 \pm 0,02$  mm. Rękawice dostępne w rozmiarach XS- XL, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2: Pakiet 1, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubość zgodnej z EN 455-2 (mierzonej podwójnie) wynoszącej na palcu i dłoni min. 0,10 mm, bez zawartości DEHP (DOP) – informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu, dostępne w rozmiarach XS- XL, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3: Pakiet 1, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, syntetycznych, winylowych bezpudrowych, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od akceleratorów, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, dostępność rozmiarów S-XL, opakowanie a'150 sztuk (XL-130 szt.) z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

**/ - / Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, tel. +48 61 61 62 559, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)