



Poznań, 01.08.2023 r.

**ADZP-381-59/23**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

#### **IV WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych"** – znak sprawy **ADZP-381-59/23**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Pakiet 2, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 21G o głębokości nakłucia 2,4mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2:** Pakiet 2, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz 23G o głębokości nakłucia 1,8mm, spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3:** Pakiet 14, pozycja 1-3- Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 500mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4:** Pakiet 14, pozycja 4-12- Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 1050mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5:** Pakiet 14, pozycja 19- Czy Zamawiający dopuści sterylny worek wraz z drenem do lewatywy?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6:** Pakiet 15, pozycja 1-2- Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7:** Pakiet 15- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8:** Pakiet 17, pozycja 13-21 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowany, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w opakowania wew. folia, zew. papier-folia ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 9:** Pakiet 17, pozycja 37-38- Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 10:** Pakiet 17, pozycja 49-50- Czy Zamawiający dopuści woreczki o pojemności 100ml?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści jeżeli spełniają pozostałe wymagania swz.

**Pytanie nr 11:** Pakiet 18, Pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści przyrząd z nazwą producenta wyłącznie na zacisku rolkowym, białym, matowym kolcem komory kroplowej oraz z filtrem powietrza o wysokiej skuteczności, wyposażony na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12:** Pakiet 18, Pozycja 1- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13:** Pakiet 18, Pozycja 2-Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez gumki/opaski, jego ciasne ułożenie w opakowaniu uniemożliwia jego przemieszczanie się?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14:** Pakiet 18, Pozycja 2 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy, w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15:** Pakiet 18, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:** Pakiet 18, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv o długości 55mm w części przeźroczystej, z igłą biorczą ściętą czteropłaszczyznowo, wykonaną ze wzmocnionego ABS, z przeźroczystą przednią ścianą opakowania umożliwiającą identyfikację oraz niebieskim koreczkiem filtra powietrza, spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17:** Pakiet 18, Pozycja 5 - Czy Zamawiający wydzieli w.w. pozycję co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty na czym Zamawiającemu powinno zależeć?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji.

**Pytanie nr 18:** Pakiet 18, Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający:

- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym, standardowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu, bez nazwy Producenta na przyrządzie?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19:** Pakiet 18, Pozycja 7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20:** Pakiet 18, Pozycja 13-15 - Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 21:** Pakiet 19, Pozycja 16-19 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego pakietu. Brak możliwości odpowiedzi.**

**Pytanie nr 22:** Pakiet 19, Pozycja 20-21, 23 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tego pakietu. Brak możliwości odpowiedzi.**

**Pytanie nr 23:** Pakiet 20, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę z drenem o średnicy wew. 5,6mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24:** Pakiet 22, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę 0,9x40? Argumentem jest fakt, że rozmiar ten powtarza się w pozycji 13.

**Odpowiedź: Brak pozycji 13 w pakiecie 22.**

**Pytanie nr 25:** Pakiet 22, Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igłę bez filtra?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26: Pakiet nr 21**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert w poz. 1-7 na dren do jamy otrzewnej wykonany z silikonowanego tworzywa o optymalnej sprężystości i giętkości z otworem centralnym oraz 3 lub 7 otworami bocznymi.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27:** Pakiet 22, poz. 12 Czy zamawiający wydzieli poz.12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty

zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił do osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 28:** Pakiet 17, poz. 49-52 Czy zamawiający wydzielił poz.49-52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił do osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 29:** Pakiet 17, poz. 49-50 Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylne, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 30:** Pakiet 18, poz. 1-3,20-21,23 Czy zamawiający wydzielił poz. 1-3,20-21,23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzielił do osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 31:** Pakiet 18, poz. 1 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32:** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorecznej, natomiast kołec igły biorecznej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33:** Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34:** Pakiet 18, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorecznej, natomiast kołec igły biorecznej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35:** Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 36:** Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37:** Pakiet 18, poz. 20-21,23 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 38: – dotyczy części 11 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z generatorem, dedykowanego do urządzeń typu Infant Flow, ramię wdechowe ze spiralą grzejącą, o długości 1,2 m i średnicy wewnętrznej 10 mm (z wyjątkiem fragmentu pozbawionego spirali grzejącej), przystosowane do nawilżaczy Fisher&Paykel model MR730, odcinek przedłużający do inkubatora o długości 0,3m. Generator IF połączony na stałe z ramieniem wdechowym, z dwoma elastycznymi tasiemkami do podłączenia układu czapeczki. Rura typu Superset do skutecznego odprowadzenia gazów. Linia do monitorowania ciśnienia o długości 1,6m. Dodatkowa gałąź o długości 0,8m.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 39– dotyczy części 27**

Czy Zamawiający oczekuje przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy. Zestaw j.uż. do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią, zawierający podwójny system przepływkiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustek.

Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz – zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie ciśnieniowe -grubościenne bez barwnych pasków długości: min: 122cm+ 30cm; dwa kraniki trójdrożne. W zestawie kontrastowo żółte koreczki w celu uniknięcia kontaminacji. Linia przepływająca trwale połączona z zestawem. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, 1szt.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 40 – dotyczy §6 ust. 4**

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 1% od wartości niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**



**Pytanie nr 41- Pakiet 18**

Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych . Posiadający odpowietrznik z filtrem powietrza w filtr powietrza o wysokiej antybakteryjnej (BFE) i antywirusowej (VFE) zdolności filtracyjnej ( minimum 99,999 % ) zabezpieczony klapką o zbadanej skuteczności bariery mikrobiologicznej ( poświadczone badanie w niezależnym laboratorium ). Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na zaciskaczu rolkowym Komora kroplowa jednoczęściowa elastyczną o długości 60 mm , bez PCV. iejsce na zamocowanie drenu oraz port do zaparkowania kolca po zakończeniu infuzji. Długość drenu 150 cm .

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 42- Pakiet 18 - Poz. 4**

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowanym osobno ,worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa bez PCV o dł.min60 mm( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów( informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z wzmoczonego ABS zacisk rolowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia papier, sterylne.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

2)Prosimy Zamawiającego o wycenę worka w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę VAT (23%) .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43- Pakiet 18 -Poz. 14 i 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników wykonanych z poliwęglanu.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 44- Pakiet 18 -Poz. 16-19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z czarną rozszerzoną skalą pomiarową

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 45- Pakiet 18 - Poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 46 - Pakiet 20 - Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niskociśnieniowego mieszka o objętości 200 ml z drenem łączącym zakończonym uniwersalnym łącznikiem pozwalającym na zmianę średnicy bez konieczności przycinania.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 47 - Pakiet 20 - Poz.2**

Pyt. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer z ekstrudowaną rączką, przezroczysta, typ zakrzywiony, końcówka perforowana 6 otworów bocznych. Pakowany osobno dren o długości 3000 mm o średnicy wewn. 6mm, powierzchnia uźebrowana na zewnątrz. Opakowanie podwójne, sterylne.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 48 - Pakiet 20 - Poz.2**

Pyt. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer, typ zakrzywiony, rączka uźebrowana przezroczysta, końcówka perforowana 4 otwory boczne. Dren pakowany osobno o długości 3000mm i średnicy wewn. 6mm, powierzchnia uźebrowana na zewnątrz. Opakowanie podwójne, sterylne

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.****Pytanie nr 49 - Pakiet 20 - Poz.2**

Pyt. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer, typ zakrzywiony, rączka uźebrowana przezroczysta, końcówka perforowana 4 otwory boczne. Dren pakowany osobno o długości 1800mm i średnicy wewn. 6mm, powierzchnia uźebrowana na zewnątrz. Opakowanie podwójne, sterylne

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.****Pytanie nr 50 - Pakiet 20 - Poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego zestawu do drenażu ran składającego się z skalowanego mieszka 500 ml, z własnym systemem podwieszania, drenem łączącym 100 cm z klamrą zaciskową, uniwersalnego łącznika do drenów pooperacyjnych z możliwością zmiany średnicy bez konieczności docinania. Zestaw bez ftalanowy, pakowany pojedynczo w torebkę foliową, zgrzewaną, sterylne.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.****Pytanie nr 51 - Pakiet 15 - Pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rurki intubacyjnej bez mankietu, wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15 mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos. Podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji: dla rozmiarów 2,0 - 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm od zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5 - 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.****Pytanie nr 52 - Pakiet 15 - Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankiem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankiem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 53 - Pakiet 15 - Pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 54 - Pakiet 15 - Pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rurka ustno - gardłowa **dla dorosłych** sterylna, wykonana z półsztywnego, nietoksycznego polietylenu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, zabezpieczona przed wypadaniem, kolorowe oznaczenie rozmiaru, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku w rozmiarach:

- 4 (długość 100 mm)

- 3 (długość 90 mm)

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 55 - Pakiet 15 - Pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rurka ustno - gardłowa **dla dorosłych** dzieci, wykonana z półsztywnego, nietoksycznego polietylenu, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, zabezpieczona przed wypadaniem, kolorowe oznaczenie rozmiaru, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku w rozmiarach:

- 1 (70 mm)

- 0 (60 mm)

- 2 (80 mm)

- 00 (50 mm)

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

**Pytanie nr 56 - Pakiet 15 Pozycja 1, 2, 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby oferowane rurki intubacyjne były wyprofilowane w kształcie bawolego nosa, co minimalizuje traumatyzację?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z swz.**

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
/ - / Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, tel. +48 61 61 62 559, [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)