

Suwałki, dnia 11/12/2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ” **Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania**” – znak sprawy 52/PN/MN/2023.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1 do Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania usługi przeglądu oraz naprawy w siedzibie Wykonawcy (urządzenie wysyłane kurierem na koszt wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

UCZESTNIK 2

Pytanie 1.

Z uwagi na fakt, iż nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów USG firmy ESAOTE, a w Pakiecie nr 117 wyszczególnione są aparaty również innych firm, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie aparatu Esaote z pozycji nr 21 MyLab SIX i utworzy oddzielny Pakiet. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta do serwisowania wyszczególnionej aparatury medycznej w Pakiecie 117? Posiadanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Ponadto firmy, które nie posiadają autoryzacji zazwyczaj nie mają dostępu do części zamiennych i zlecają naprawy autoryzowanemu serwisowi, przez co koszt jaki ponosi Zamawiający zwiększa się, gdyż w koszt naprawy wliczona jest marża autoryzowanego serwisu oraz marża Wykonawcy, który wygrał przetarg. Pragniemy zauważyć, że wymóg autoryzacji jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji, gdyż każdy podmiot może o taką autoryzację się ubiegać i otrzymać ją po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania autoryzacji dla zadania 117

UCZESTNIK 3

Dotyczy: Pakiet 126, pkt. 1,2

Pytanie:1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu reakcji serwisu do 72 godzin (dni robocze)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania naprawy do 30 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie:3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości miesięcy gwarancji na wykonane usługi (do 3 miesięcy)

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Uczestnik 4

Pytanie 1

zwracam się z prośbą o wydzielenie: - z Pakietu 45 poz. 10 i 11 - z Pakietu 54 poz. 9 - z Pakietu 85 poz. 6

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Uczestnik 5

Pytanie 1 Grupa 33, poz. 7

Zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie, że diatermia chirurgiczna z pozycji nr 7 to aparat produkcji EMED i prosimy o podanie typu urządzenia EMED (podanego typu GN 640 nie ma w ofercie EMED), a jeśli urządzenie nie jest produktem firmy EMED, wnioskujemy o wykreślenie go z pakietu, w celu umożliwienia złożenia oferty przez autoryzowany serwis.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Uczestnik 6

Dot. Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 12, Pakiet 100

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wykonania przeglądów oraz napraw przez osobę posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony, aparatury będącej przedmiotem przeglądów/napraw w zakresie Pakietu nr 100, gdyż są to urządzenia powszechnie dostępne w placówkach medycznych i ich serwis nie wymaga umiejętności, zarezerwowanych jedynie dla autoryzowanego serwisanta. Jednocześnie wymóg ten jest niezgodny w obecnym kształcie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1 pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg Zamawiającego, wykonania przeglądów oraz napraw przez osobę posiadającą autoryzowany certyfikat szkoleniowy w zakresie Pakietu nr 100, z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta, importera lub dystrybutora nie warunkuje możliwości należytego wykonania zamówienia) a z drugiej – utrudnia uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów lub nie, wymagane szkolenia).

Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. Akt KIO 1859/19. W cytowanym orzeczeniu Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego zamówienia), to wymóg wykonania przeglądów oraz napraw przez osobę posiadającą autoryzowany certyfikat szkoleniowy w zakresie Pakietu nr 100, może stanowić bezzasadne ograniczenie konkurencji w postępowaniu. Ponadto Izba wskazała, iż art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów autoryzowanych.

Dodatkowo posiadane przez Zamawiającego urządzenia w Pakiecie nr 100 są już po okresie gwarancji, a także nie są urządzeniami medycznymi ratującymi życie i stosowane są jedynie do zaplanowanych zabiegów operacyjnych – nie ma więc uzasadnienia dla wymogu autoryzacji w tym przypadku.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, wnosimy o odstąpienie od wymogu wykonania przeglądów oraz napraw przez osobę posiadającą autoryzowany certyfikat szkoleniowy w zakresie Pakietu nr 100 i dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach Pakietu nr 100 złożenia imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015 dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Dodatkową weryfikację sam Zamawiający będzie przeprowadzał na podstawie dostarczonych przez wykonawcę referencji, za należyte wykonanie usług w zakresie tego samego typu urządzeń. Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie, co najmniej 2 ofert w w/w Pakiecie, co z pewnością przeloży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta dla pakietu 100

Pytanie 2 Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie sformułowania: „Preferowana autoryzacja producenta w pakietach”. Czy w tych pakietach posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta stanowi kryterium oceny? Jeżeli tak, to wnosimy o zweryfikowanie kryteriów oceny w wymienionych w punkcie 14 Pakietach, poprzez przyznanie odpowiedniej wagi. Jeżeli nie, to wnosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż zapisy Ustawy PZP nie przewidują wyboru oferty na podstawie preferencji, odczuć lub upodobań, o ile nie są one mierzalne i wyrażone w kryteriach oceny.

Odpowiedź: Preferowana autoryzacja producenta czyli nie jest wymagana i nie stanowi kryterium oceny oferty

Pytanie 3 Dot. Zapisów SWZ rozdz. 8 pkt 2 ppkt 3 lit. b2, b3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, poprzez podanie konkretnych numerów, których Pakietów dotyczy wymóg w podpunkcie b2 i podpunkcie b3.

Odpowiedź: Dotyczy wszystkich pakietów wykazanych do postępowania przetargowego.

Pytanie 4 Dot. zapisów SWZ rozdz. 34, Umowy § 2 ust.1 (między ust. 7 a ust. 8)

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punktach SWZ i Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy.”

Uzasadniając -z aktualnego brzmienia w/w zapisów SWZ i Umowy wynika, że Wykonawca, przy wykonywaniu czynności w zakresie prowadzonego postępowania, musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę.

W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają bezpośrednio wykonywać usługi serwisowania, znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).” Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ i Umowie tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: „zatrudnienie na podstawie stosunku pracy dotyczy osób, które wykonują wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zaś zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Przy czym o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę, nie decyduje formalne zawarcie (podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy (tak m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16).

Innymi słowy, elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę.

Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu i urządzeń medycznych nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:

- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego elementu stosunku pracy);
- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;
- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę, praca nie jest świadczona w sposób ciągły - brak podstawowej cechy stosunku pracy). Czas, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, określa szczegółowo art. 129. § 1. Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisanymi w nim przepisami przeciętny czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Przeprowadzenie prac serwisowych u Zamawiającego, to świadczenie pracy przez serwisanta najwyżej kilka razy w okresie zawartej umowy, a nie praca codzienna przez 5 dni w tygodniu, czyli bez określonych ram czasowych.

W związku z powyższym, pracę wykonywaną przez serwisantów sprzętu i urządzeń medycznych należałoby porównać raczej do pracy wykonywanej np.: przez prawników, doradców (czyli bez określonych ram czasowych), a nie do pracy np.: osób sprzątających, które wykonują pracę w określonych ramach czasowych co do dnia i godziny. Dodatkowo pracownik świadczący pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako zasób własny pracodawcy, jest tak samo traktowany jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, będzie zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

[Odpowiedź: zgodnie z SWZ.](#)

Pytanie 5 Dot. Formularz cenowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych pozycji (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.](#)

Pytanie 6 Dot. zapisów Umowa § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

[Odpowiedź: ...Zamawiający wyraża zgodę. Dokumenty księgowe można przysyłać na adres : \[faktury@szpital.suwalki.pl\]\(mailto:faktury@szpital.suwalki.pl\)](#)

Pytanie 7 Dot. zapisów umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Uczestnik 7

Pytanie 1 Dot. pakiet 100

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądu w siedzibie Wykonawcy? Koszt wysyłki urządzenia ponosi Wykonawca.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Uczestnik 8

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności do 30 dni?

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 2 dot umowy:

Celem Miarkowania kar za zwłokę w wykonaniu prac prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto do 0,2%. Kary mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto w niektórych

pakietach jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia i jest przyczyną związaną z problemami dostaw części zamiennych od producenta.

5.Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.7 Umowy. W przypadku, gdy wartość kar umownych przekroczy 30% Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przyczyny odstąpienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 10%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 pakiet 6

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Fabius GS, których częstotliwość przeglądu zgodnie z instrukcją producenta przypada co 6 miesięcy. Czy Zamawiający mając dwa Fabiusy GS zmieni ilość przeglądów w umowie dwu letniej z 4 na 8? Podobnie jest z monitorem Vamos gdzie częstotliwość przeglądu również przypada co 6 miesięcy zatem ilość przeglądów powinna wynosić 4 w przypadku jednego monitora i umowy dwu letniej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę częstotliwości wykonania przeglądów technicznych w zadaniu 6 poz. 2 na 4 i modyfikuje część 6. W przypadku aparatów do znieczulenia Fabius GS jest wykazana prawidłowa ilość przeglądów 2 aparaty po 4 przeglądy to stanowi 8 przeglądów technicznych w umowie na 2 lata.

6				Ilość sztuk	ilość
Lp	Nazwa aparatury	Typ(model aparatury)	Producent		przeglądów
1	Aparat do znieczulenia ogólnego	Fabius GS	Drager Medical	2	4
2	monitor	Vamos	Drager Medical	1	4
3.	Aparat do znieczulenia ogólnego	ATLAN A350	Drager Medical	1	2

Pytanie 3 pakiet 6

W przedmiotowym pakiecie znajduje się aparat do znieczulania Atlan wyposażony w moduł zwiótkowania mięśni tofscan i kardiomonitor Vista 120. Czy Zamawiający będzie wymagał również kalkulacji tych urządzeń stanowiących pełne stanowisko do znieczulania?

Odpowiedź: Tak wycena powinna być z uwzględnieniem kardiomonitora Vista

Uczestnik 9

Pytanie 1 Par. 2 ust. 4

Wnosimy o wydłużenie obu terminów do 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 Par. 2 ust. 6

Firmy serwisujące urządzenia medyczne nie świadczą co do zasady usług wypożyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania w razie potrzeby Zamawiającemu). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z ust. 6 będzie wiązać się z nadmiernymi (nieproporcjonalnymi do wartości przedmiotu umowy) kosztami, które będą musiały zostać wliczone do ceny oferty Wykonawców. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ust. 6 zgodnie z propozycją: „W przypadku konieczności naprawy dłuższej niż określona w § 2 ust. 5, Wykonawca zapewni aparat zastępczy, umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt, o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje taką aparaturą zastępczą”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 Par. 2 ust. 12 i par. 7 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie co zdaniem Zamawiającego oznacza i co obejmuje „gwarancja należytego wykonania umowy”?

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że TOWAR jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości można udzielić wyłącznie na towary/rzeczy czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego na części zamienne. Natomiast, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku wadliwego

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



wykonania usługi, wykonawca z mocy samej ustawy jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie. Dlatego w naszej ocenie § 2 ust. 12 powinien zostać wykreślony, a w § 7 ust. 1 wzoru umowy powinien zostać wykreślony fragment dotyczący gwarancji wykonania umowy i pozostawiona powinna być gwarancja na wymienione części, wskazana w par. 7 ust. 1.

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 Par. 2 ust. 13 i par. 7 ust. 2

Wnosimy o wydłużenie do 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 7 dni, co stanowi ugruntowaną praktykę w tym zakresie.

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 Par. 7

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia § 4 ust. 4 wzoru umowy, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie)
- f. normalnego zużycia wymienionych części;
- g. awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę.”.

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ

Pytanie 6 par. 7 ust. 3

Wnosimy o wyjaśnienie czym różnią się sytuacje, w których naliczane będą kary na podstawie par. 7 ust.3 i par. 8 ust. 1 lit.a, gdyż wydaje się, że ich zakres może się pokrywać. Prowadziłoby to do niedopuszczalnej sytuacji podwójnego naliczania kar za to samo przewinienie Wykonawcy.

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartości kar są w naszej ocenie rażąco wygórowane już w dacie zastrzeżenia (0,5%). Kara umowna określona ww. punktem może być naliczana kilkakrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Nadto, uprawnienie do naliczania kar umownych znajduje swoją wyraźną podstawę kodeksową w art. 483 k.c., natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogólnych zasad kodeksowych. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia umowy poprzez zastrzeżenie kary umownej w wysokości 0,2% zamiast 0,5%?

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ

Pytanie 7 Par. 8 ust. 1 lit. a

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Zaproponowane wartości kar są w naszej ocenie rażąco wygórowane już w dacie zastrzeżenia (0,5%). Kara umowna określona ww. punktem może być naliczana kilkakrotnie w trakcie trwania umowy, odwołując się za każdym razem do pełnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy, co zaburza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Nadto, uprawnienie do

naliczania kar umownych znajduje swoją wyraźną podstawę kodeksową w art. 483 k.c., natomiast zaproponowane zapisy Wykonawca postrzega, jako pomijanie ogólnych zasad kodeksowych. Dodatkowo, wysokość możliwych do poniesienia przez Wykonawcę kar umownych jest całkowicie nieproporcjonalne do potencjalnych odsetek za opóźnienie Zamawiającego w płatności, co pogłębiałoby brak równowagi pomiędzy stronami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. postanowienia umowy poprzez zastrzeżenie kary umownej w wysokości 0,2% zamiast 0,5%?

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ

Pytanie 8 Par. 8 ust. 5

Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 30% wartości brutto umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) PZP i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia, a dodatkowo kumulowanie ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawców, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 20%.

Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ

Pytanie 9 Dot. pakiet 49

Prosimy o informację jaki jest producent inkubatora oraz podanie numeru seryjnego i daty instalacji.

Odpowiedź: : Producentem inkubatora jest firma GE Datek Ohmeda data instalacji 12.06.2013 r. numer seryjny HDHR53147

49				Ilość sztuk	ilość
Lp	Nazwa aparatury	Typ(model aparatury)	Producent		przeglądów
1	Inkubator zamknięty	Girafe	GE Datek Ohmeda	1	2

Pytanie 10 Dot. pakiet 58

Zwracamy się z prośbą o podanie numerów seryjnych.

Odpowiedź: Kardiomonitor Carsepe: B 450 s/n SS719140105HA, SS719140101HA, SS719140101, SS719140108HA, SS719110036HA

Lampy do fototerapii LED PT Lullaby: SGT19080078PA, SGT1909004PA, SGT19080028PA

Stanowiska do resuscytacji noworodka Panda: PBWY70482, PBWY70483, PBWZ70936

Pytanie 11 Dot. pakiet 49 i 58

Dla urządzeń będących przedmiotem umowy, starszych niż 10 lat, producent nie gwarantuje dostępności wszystkich części zamiennych zarówno przy przeglądach jak i naprawach. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy dany przegląd lub naprawa będzie niemożliwa do zrealizowania ze względu na brak dostępnych części zamiennych. W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z przeglądu czy też naprawy urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje sytuację opisaną powyżej oraz o potwierdzenie, że wystąpienie tej sytuacji nie będzie rodziło jakichkolwiek roszczeń ani jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy, w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych, takich jak termin naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje

Pytanie 12 Dot. pakiet 49 i 58

Dot par. 2 ust.2: Co Zamawiający ma na myśli przez „całodobowe utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej”?

Odpowiedź: Z uwagi na dużą ilość pomp infuzyjnych i różne daty dostaw urządzeń przeglądy techniczne pomp infuzyjnych będą realizowane każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem po wcześniejszym wysłaniu zlecenia przez Zamawiającego

Pytanie 13 Dot. wydzielenia Pakiet 117 poz. 19, 20

„Będąc przedstawicielem producenta sprzętu GE Healthcare zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu następujących pozycji: 19,20 Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 (dalej: „nowe Pzp”), Zamawiający powinien udzielić zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość usług oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia. Gwarantem efektywności jest jak najszerza konkurencja podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Opisanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w ramach wskazanego pakietu, poprzez objęcie jednym świadczeniem usług serwisowania wszystkich aparatów jest sprzeczne z przytoczoną powyżej zasadą efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ doprowadzi do otrzymania przez Zamawiającego mniejszej liczby konkurencyjnych ofert. Wnosimy zatem prośbę do Zamawiającego jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Uczestnik 10

Pakiet 117

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 117 pozycja 16:

Prosimy o informację czy aparat V8 z pozycji 16 to aparat o numerze seryjnym S2QKM3HW400003V gdyż zgodnie z umową zakupu, aparat ten jest na gwarancji do 04.05.2025 i do tego czasu przysługują coroczne, bezpłatne przeglądy techniczne / konserwacje.

Odpowiedź: Zamawiający przewidział przegląd gwarancyjny i w pakiecie 117 poz. 16 przewidziany jest 1 przegląd techniczny po okresie gwarancyjnym.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 117 pozycji 13-16:

Z uwagi na fakt, że nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Samsung a w pakiecie 117 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatów USG z pozycji 13-16 w oddzielnym pakiecie, co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 Dotyczy pakietu 117 oraz załącznika nr 6 punkt 13:

Czy zamiast certyfikatu ISO 13485 wykonawca może przedstawić dokumenty autoryzacji producenta. Dokument autoryzacyjny jest nadrzędny w stosunku do certyfikatów ISO.

Odpowiedź: dla części 117 Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4 Dotyczy SWZ rozdział 8 punkt 2 tabela wiersz 3 oraz rozdział 9 punkt 4 tabela wiersz 2b:

Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie doświadczenia z zakresu obsługi i pomiarów elektrycznych. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych (tzn. SEP) – zgodnie z zapisem w SWZ czy też konieczne jest posiadania przez osoby oddelegowane do realizacji umowy również uprawnień do dozoru urządzeń elektrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania uprawnień SEP i dozoru urządzeń elektrycznych dla aparatury, która jest przewidziana do takich pomiarów zgodnie z zaleceniami producenta

Pytanie 5 Dotyczy umowy § 2 ust. 4 oraz opisu przedmiotu zamówienia załącznik 6 pkt. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze. Czas reakcji 36 godzin wymusza przyjazd serwisu na drugi dzień po otrzymaniu zlecenia, co czasem może być niemożliwe z uwagi na zaangażowanie inżynierów serwisu w innych lokalizacjach lub niedostępność aparatu np. w Poradni, która jest otwarta tylko w określonych godzinach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6. Dotyczy umowy § 2 ust. 7:

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednorazowe przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi aparatury realizowane było podczas przeglądu?

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Pytanie 7. Dotyczy umowy § 2 ust. 13 oraz opisu przedmiotu zamówienia załącznik 6 pkt. 11:

Prosimy o modyfikację zapisów na „48 godzin w dni robocze” zgodnie z § 7 ust. 2 umowy.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 8. Dotyczy umowy § 5 ust. 2, 3:

Czy koszt roboczogodziny ma również zawierać koszt dojazdu?

[Odpowiedź: Koszt dojazdu do napraw i okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej ponosi Wykonawca](#)

Pytanie 9. Dotyczy umowy § 7 ust. 2:

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego przesłania uszkodzonego urządzenia do serwisu, ponieważ w przypadku aparatu USG, urządzenie jest duże i przesyłka generuje dodatkowe problemy logistyczne. W praktyce tego typu urządzenia są naprawiane w miejscach instalacji.

[Odpowiedź: Zamawiający nie praktykuje wysyłania aparatów USG, zapis dotyczy aparatów o mniejszych gabarytach.](#)

Pytanie 10. Dotyczy umowy § 2 ust. 3, § 3, § 5 ust. 2:

Czy w przypadku naprawy można przedstawić ofertę kompleksową na wymianę części tzn. zawierającą jedną kwotę będącą sumą kosztów części netto i robocizny netto zamiast określonej w umowie oferty, która zawiera odrębne koszty robocizny i części. W pierwszym wypadku cała zryczałtowana usługa może zostać objęta obniżoną stawką VAT 8% w drugim przypadku 8% stawka VAT może być naliczona tylko w przypadku roboczogodzin natomiast zakup części zostanie objęty stawką VAT 23%, co podniesie koszt wykonanej usługi.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Pytanie 11 Dotyczy umowy § 3:

Prosimy o informację, w jaki sposób będzie rozliczana diagnostyka w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy?

[Odpowiedź: Zgodnie ze stawką roboczogodziny](#)

Uczestnik 11

Pytanie 1 - dotyczy treści SWZ

Jako autoryzowany serwis wnosimy o uwzględnienie dla pakietu nr 79 i 113 w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w rozdziale 8 pkt. 3 b2), b3) jako alternatywy dla imiennego certyfikatu autoryzacji producenta dopuszczającą świadczenie usług serwisowych. Prośba wynika stąd, że niektórzy producenci nie wystawiają imiennych certyfikatów, a ogólne autoryzacje uprawniające do realizacji czynności serwisowych.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Uczestnik 12

Pytanie 1 Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia – pakiet 81, 121 Punkt 2 d.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu w pakiecie 81 i 121 gdyż producent urządzeń zawartych w nich nie zapewnia tego typu dokumentów?

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Pytanie 2 Punkt 2n.

Prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych testerów wymaganych do wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych, jeśli dotyczy”

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 3 Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści: Termin do 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści: Termin do 5 dni roboczych licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5 Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści: Termin do 10 dni roboczych licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6 Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści 6 miesięcy gwarancji należytego wykonania naprawy zgodnie z zaleceniami Producenta urządzeń?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 13

Pytanie 1 dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 2, lit. a) dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o weryfikację zapisu. Zwracamy uprzejmie uwagę, że przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego a nie utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej. Ponadto zwracamy uwagę, że w Formularzu cenowym Wykonawca podaje jedynie cenę za wykonywanie przeglądów a nie za utrzymanie pełnej sprawności technicznej urządzeń.

Mając na uwadze powyższe prosimy o doprecyzowanie zapisu przez dopisanie na końcu: "w ramach wykonywanych przeglądów".

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ , każda dodatkowa usługa jest wykonywana na podstawie oferty/kosztorysu przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji

Pytanie 2. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 2, lit. a) dot. pakietów: 5, 12, 16

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa: „całodobowego”. Wykonanie przeglądu okresowego jest objęte określoną przez producenta procedurą z konkretnymi do wykonania czynnościami. Wymóg zawarty przez Zamawiającego w postanowieniu wykracza poza standardową procedurę czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych, mających na celu ocenę stanu technicznego aparatu, wskazanie zauważonych nieprawidłowości w działaniu aparatu, a nie wykonywanie innych czynności (w tym całodobowe utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej- w ruchu). W przeciwnym wypadku prosimy o wyjaśnienie na czym polega całodobowe utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej (w ruchu).

Odpowiedź: Całodobowe utrzymanie aparatury w ruchu jest podyktowane tym, że w przypadku aparatury medycznej niezbędnej do zapewnienia ciągłości badań Zamawiający oczekuje całodobowego kontaktu w przypadku nieprawidłowego działania aparatury medycznej z serwisem w celu uzgodnienia przyczyny wadliwego działania lub zdalnej naprawy.

Pytanie 3. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 2, lit. l)

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wystawić dokument dopuszczający urządzenie bądź aparaturę medyczną do dalszej eksploatacji, o ile będzie to zgodne ze stanem faktycznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4. Pytanie dot. SWZ i Załączników

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający używają każdorazowo terminologii w SWZ: w dni robocze od poniedziałku do piątku, ma na myśli dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie 5. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 4 dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia awarii do 72 godzin.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 6 dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 4 oraz Załącznika nr 6 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 6, dot. pakietów: 5, 12, 16

Zwracamy uwagę, że niejednokrotnie podczas telefonicznej (będącej już przystąpieniem do naprawy) weryfikacji zgłoszenia udaje się usunąć usterkę, co w konsekwencji sprawia, że awaria zostaje usunięta w czasie znacznie krótszym niż 36 godzin.

Nadto zwracamy także uwagę, że każdorazowa konieczność przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego wymusza odpowiednie zmiany organizacyjne po stronie Wykonawcy, czego bezpośrednim efektem jest wzrost ceny oferowanej usługi. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że przez przystąpienie do usuwania awarii Zamawiający rozumie również wywiad telefoniczny.

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza](#)

Pytanie 7. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 6, dot. pakietów: 5, 12, 16

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów rentgenowskich, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in. przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych dla aparatów wymienionych w pakietach 5, 12, 16.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aparatów zastępczych dla pakietu 5,12,16](#)

Pytanie 8. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 7, dot. pakietów: 5, 12, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jednorazowe przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi aparatury było realizowane podczas realizacji przeglądu?

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę](#)

Pytanie 9. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 12 oraz Załącznika nr 6 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 10, dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o weryfikację zapisów w powyższym punkcie, przez usunięcie tego punktu.

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 10. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 2, ust. 13 oraz Załącznika nr 6 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 11, dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia wad w trybie gwarancyjnym do 96 godzin od zgłoszenia.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 11. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 3 dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o potwierdzenie, że zapis: Koszty dojazdu oraz transportu sprzętu i urządzeń od i do Zamawiającego, ponosi Wykonawca we własnym zakresie, dotyczy dojazdów dotyczących przeglądów, a dojazdy dotyczące diagnostyki usterki na miejscu i naprawy będą rozliczane wg stawki roboczogodziny podanej w punkcie 19 Opisu przedmiotu zamówienia. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, gdyż informacja jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji.

[Odpowiedź: Dojazdy do napraw, diagnostyki i przeglądów technicznych ponosi Wykonawca](#)

Pytanie 12. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 3 dot. pakietów: 5, 12, 16

Celem doprecyzowania prosimy o dodanie na końcu § 3 zapisu: „o ile będzie to zgodne ze stanem faktycznym”.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 13. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 5, ust. 2 dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o informację gdzie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ)/bądź cenowym (zał. nr 5 do SWZ) Wykonawca ma podać oferowaną stawkę roboczogodzin.

[Odpowiedź: w załączniku nr 5 do SWZ pod tabelą z wybraną częścią zamówienia](#)

Pytanie 14. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 5, ust. 8 dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o dopisanie po słowach „zaległości płatniczych” słów „nie przekraczających jednak 21 dni po terminie płatności”.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 15. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 7, ust. 1 dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o skrócenie gwarancji do 6 miesięcy zgodnie z gwarancją jaką udziela producent. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z dłuższą gwarancją niż gwarancja producenta ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 16. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, § 7, ust. 1 dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o weryfikację zapisów w powyższym punkcie, przez usunięcie części pierwszej zdania.

Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 17. Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 12

Prosimy o rozszerzenie wymogu autoryzacji producenta dla pakietu nr 12.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że aparaty w pakiecie nr 12 są wysokospecjalistyczną aparaturą medyczną, która wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczególności sprawdzenia najdroższych elementów aparatu, w tym układu lampy RTG wg instrukcji wytwórcy w trybie serwisowym. Zwracamy uwagę, że niepełna procedura przeglądu może skrócić żywotność aparatu, spowodować, że eksploatacja będzie niebezpieczna dla pacjentów i operatorów oraz może być przyczyną wcześniejszego zużycia się szczególnie kosztownych podzespołów jak lampy rtg, detektorów promieniowania. Podmioty nieautoryzowane w swojej działalności nie ponoszą wysokich kosztów związanych z przestrzeganiem zaleceń wytwórcy sprzętu medycznego (w szczególności: nie szkolą inżynierów serwisowych w surowym reżimie bezpieczeństwa i częstotliwości, nie używają oryginalnych części zamiennych zalecanych przez wytwórcę, nie posiadają praw do używania własności intelektualnej polegającego na instalowaniu najnowszych wersji oprogramowania aplikacyjnego i diagnostycznego podczas przeglądów technicznych). Linia orzecznictwa potwierdza powyższe stwierdzenia; KIO w orzeczeniu dot. sprawy nr 2184/17 stwierdza: „Przystępujący (GE Medical Systems Sp. z o.o.) trafnie zauważył także, że nie jest tak, że przewaga podmiotu autoryzowanego jest większa. Wynika to z faktu, że podmioty autoryzowane ponoszą wyższe koszty, zatem kryteria mogą się równoważyć. Sam fakt, że Zamawiający różnicuje podmioty autoryzowane i nieautoryzowane, lub też, że oczekuje autoryzacji, nie stanowi ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.”

Mając na uwadze powyższe prosimy o wyrażenie zgody na rozszerzenie wymogu autoryzacji producenta dla pakietu nr 12.

[Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący wymogów: Wymaga autoryzacji producenta lub certyfikatu ISO 13485 i nr 9001](#)

Pytanie 18. Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 19, dot. pakietów: 5, 12, 16

Prosimy o informację czy dojazd ma być wliczony w cenę roboczogodziny, czy ma być liczony dodatkowo. Powyższa informacja jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dojazd ma być wliczony w roboczogodzinę](#)

Pytanie 19 dot. Załącznika nr 5 do SWZ, pakiet 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie aparatów usg z pozycji 2, 3, 4 oraz 6 do oddzielnego pakietu.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta. Nadto może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty przez producenta aparatury) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów usg.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 20. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 21. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 22. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.](#)

UCZESTNIK 14

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w wykonaniu prac, za którą nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niewykonaną część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od przyjętego w umowie terminu jej wykonania, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto należnego za niewykonaną część przedmiotu umowy

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1;

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 2 Dotyczy Załącznika Formularz asortymentowo cenowy :Aparatura medyczna, podział na pakiety z wyceną: pakiet 123 poz. 1,2,3,5,6

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poszczególnych pozycji pakietu nr 123 : **1,2,3,5,6** W skład zestawów z pewnością wchodzi różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

[Odpowiedź:](#)

Nr pozycji pakiet 123	Nazwa aparatury	Typ numer seryjny
<u>1</u>	System napędowy do neurochirurgii czaszki – zestaw s/n 4121,4117,4116	GB300R/33060,GB302R/42266, GB304R/39723 GA820/5614,GA172/5930,GD411/4047,GB125R/8372 GD670/4138,GD672/4463,GD672/4467 GD670/4121,GB740R/3219,GD672/4476 GD670/4116,GD670/4117,GD672/4525, GD670/342333 GD668/1382,GD675/758,GD685/767, GD675/731, GD675/735, GD665/754, GD665/756, GD685/751, GD675/734 GD685/752, GD668/1330, GD668/1311 GD668/1308, GD685/4047
<u>2</u>	Wiertarka akumulatorowa – zestaw	GA 620D/1957+GA627M GA613/2157,GA616/4673
<u>3</u>	Dermatom Acculan 3Ti GA670	GA670x2/712,244, GA677/4611 GA666x3/1906,1867,3411
<u>5</u>	Wiertarka, frezarka, piła Acculan 3TI	GA 672/5239, GA673/4582, GB654R/2322 GB634R/1098, GB643R/4357, GA677/8299 GA676x2 szt./26932,26306
<u>6</u>	Laparoskop- zestaw	OP932/2228, PG080/0801CE147, PG070/811CE153, GF060/4779, PV944/08-125046, PE889A/516564, PV881/10920 PV470+PV472/593556+592913

Pytanie 3 Dotyczy zapisów wzoru umowy Załącznik nr 2 paragraf 2 pkt.4

Zwracamy się z prośbą o zmiany zapisu co do terminu usunięcia awarii na 72 h w przypadku konieczności przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego, lub w przypadku konieczności przesłania urządzenia do siedziby Wykonawcy na przesłanie kosztorysu naprawy ciągu 36 godzin od daty otrzymania sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu zastępczego na prośbę Zamawiającego.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 4 Dotyczy zapisów wzoru umowy Załącznik nr 2 paragraf 2 pkt.5

Prosimy o zmianę terminu z 7 dni roboczych na 10 dni roboczych.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Dotyczy Załącznika Formularz asortymentowo cenowy :Aparatura medyczna, podział na pakiety z wyceną: pakiet 123 poz. 1,2,3,5,6

Pytanie 5

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poszczególnych pozycji pakietu nr 123 : 1,2,3,5,6 W skład zestawów z pewnością wchodzi różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

[Odpowiedź: Wykaz zgodnie z odpowiedziami do pytania 2](#)

Pytanie 6. Dotyczy zapisów wzoru umowy Załącznik nr 2 paragraf 2 pkt.4

Zwracamy się z prośbą o zmiany zapisu co do terminu usunięcia awarii na 72 h w przypadku konieczności przyjazdu Wykonawcy do Zamawiającego, lub w przypadku konieczności przesłania urządzenia do siedziby Wykonawcy na przesłanie kosztorysu naprawy ciągu 36 godzin od daty otrzymania sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu zastępczego na prośbę Zamawiającego.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 7 Dotyczy zapisów wzoru umowy Załącznik nr 2 paragraf 2 pkt.5

Prosimy o zmianę terminu z 7 dni roboczych na 10 dni roboczych.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

UCZESTNIK 15

Pytanie 1

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 30 i 87 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

[Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga](#)

Pytanie 2

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 30 i 87 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 3

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 30 i 87 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

[Odpowiedź: Usługa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta](#)

Pytanie 4

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

[Odpowiedź: W przypadku rozszerzonego przeglądu technicznego Wykonawca przedstawi kosztorys do akceptacji Zamawiającego](#)

Pytanie 5

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett co 12 miesięcy należy wymienić w nich czujnik tlenu, a akumulator co 24 m-ce (w Bennett 840). Czy Zamawiający wymaga aby ceny powyższych akcesoriów zostały uwzględnione w wycenie?

[Odpowiedź: W cenie przeglądu technicznego niezawarte są części do wymiany, odbywa się to na podstawie przedstawionego kosztorysu](#)

Pytanie 6

Ponieważ zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, uprawnienia wynikające ze świadectwa SEP kat. dozoru nie są wymagane do wykonania przeglądu/konserwacji/napraw urządzeń, to czy Zamawiający zezwoli na usunięcie tego zapisu dla Pakietów 30 i 87?

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w SWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

1) wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu SWZ dotyczącego wymogu zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych.”

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Odpowiedź:

UCZESTNIK 16

Dotyczy zadania 67, 117,122

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 5 pakiet 117

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 17 i 18 do odrębnego pakietu z pakietu nr 117 ?

117				Ilość sztuk	ilość
Lp	Nazwa aparatury	Typ(model aparatury)	Producent		przeглядów
17	Ultrasonograf	Flex Focus 500	BK Medical	1	2
18	Ultrasonograf	BK Spectro	Varimed Wrocław BK Medical	1	2

UZASADNIENIE:

Wydzielenie sprzętu marki BK Medical do odrębnego pakietu pozwala na przeprowadzenie przeglądu zgodnie z wymaganiami Producenta. Jako jedyny autoryzowany serwis mamy dostęp do kodów serwisowych, not serwisowych oraz oryginalnych części zamiennych, a także posiadamy wykwalifikowany personel. Dodatkowo spółka Varimed ma wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością w oparciu o normy ISO 13485 :2016 oraz ISO 9001:2015

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 5 pakiet 67,117,

Proszę o podanie nr seryjnych oraz typów urządzeń dla pakietów 67 i 117.

Odpowiedź:

67	Nazwa aparatury	Typ(model aparatury)	Producent
1	Laser operacyjny	Quanta B s/n DNL0259-110	Quantum Systems
2.	Laser operacyjny	Holmowy s/n LTH0027-0116	Quantum Systems

17			
Lp	Nazwa aparatury	Typ(model aparatury)	Producent
17	Ultrasonograf	Flex Focus 500 s/n 5004017	BK Medical
18	Ultrasonograf	BK Spectro 5015697	Varimed Wrocław BK Medical

Pytanie 3

Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 2b

Czy zamawiający dokona zmiany zapisu z uwag na zmiany ustawodawcze:

- a) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. z dnia 7 kwietnia 2022 z późn. zm (Dz. U. 2022 poz.974) oraz w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 4

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść:

4. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usuwania niezwłocznie po zgłoszeniu ich przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub w formie drogi elektronicznej – nie później jednak niż w ciągu ~~36 48~~ godzin od otrzymania zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zakończenie naprawy powinno nastąpić w ciągu ~~24 godzin~~ **maksymalnie 5 dni roboczych** od zaakceptowania kosztów naprawy przez Zamawiającego – ~~w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)~~, lub gdy jest to niemożliwe, zakończenie naprawy powinno nastąpić w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 13

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść:

13. Termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym – ~~48 godzin~~ **maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia/ pozytywnego rozpatrzenia złożonej reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od zgłoszenia.**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Dotyczy wzór umowy § 5 ust. 8

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść:

8. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową, w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego **o ile zwłoka w płatności nie przekracza 30 dni od terminu wskazanego na fakturze**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 1

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść :

1. Wykonawca udziela na okres ~~12 6~~ **miesięcy gwarancji należytego wykonania usługi**, a na wymienione części zamienne, co najmniej **12 miesięcznej gwarancji lub gwarancji przewidzianej przez producenta**, jeżeli jest ona dłuższa

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 2

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść

2. Wykonawca zobowiązuje się że w okresie gwarancji będzie usuwać bezpłatnie wszelkie wady i usterki wynikające z nienależytego wykonania wcześniejszej wykonanej usługi w terminie ~~48 godzin~~ **maksymalnie do 5 dni roboczych** (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu dostarczenia uszkodzonego urządzenia do serwisu, na koszt Wykonawcy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 3

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującą treść

3. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, w terminie określonym w ust. 2 oraz w każdym przypadku nie przystąpienia do usuwania awarii w terminie określonym w przedmiotowej umowie, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości ~~0,5%~~ **0,2%** wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień niesprawności aparatury po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 oraz § 2 ust. 4.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Dotyczy wzór umowy § 7

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie?

4. **Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający nie ma podstaw do naliczania kar w przypadku dostarczenia aparatury zastępczej

Pytanie 10

Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie zmniejszenia kar umownych ?

- a) z 0,5% na **0,2%**
b) z 20% na **10%**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 17

Pytanie 1 Pytania do pakietu nr. 101 - dotyczą załącznika nr.2 - wzoru umowy oraz załącznika nr. 6 do SWZ - opisu przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na następujące zmiany w § 2 wzoru projektowanych postanowień umowy : punkt 4 – przystąpienie do usunięcia awarii nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin. punkt 5 – w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych termin usunięcia awarii wynosi 14 dni. Punkt 6 - urządzenia w pakiecie 101 znajdujące się w centralnej sterylizacji wbudowane są na stałe, Wykonawcę nie ma możliwości zapewnienia aparatu zastępczego w przypadku wydłużającej się naprawy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego punktu umowy. Punkt 12 – gwarancja należytego wykonania naprawy – 6 miesięcy Punkt 13 – termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym - 72 godziny

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 18

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietów nr 13 i 16; pkt. 12 i 13 załącznika nr 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakietach nr 13 i 16 wykonawców z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Wdrożenie systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 jest równoznaczne z posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej, co producent aparatury medycznej, a jednocześnie nie stanowi ograniczenia zasady uczciwej konkurencji (o certyfikację w zakresie w/w norm może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą). Brak zgody Zamawiającego uniemożliwi udział w postępowaniu wykonawcom niezależnym od producenta, równie profesjonalnym, posiadającym stosowną wiedzę i doświadczenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Dotyczy ust. 1 pkt 3 lit. b) rozdziału 8 SWZ w związku z pkt. 12 i 13 załącznika nr 6 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dla Wykonawców posiadających wskazane przez Zamawiającego certyfikaty ISO, wystarczające będzie spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jedynie w zakresie podpunktu b1) i b3)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietów nr 14, 15, 16, 17; ust. 1 pkt 3 lit. a) rozdziału 8 SWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że dla Pakietów nr 14, 15, 16, 17 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu wskazany w ust. 1 pkt 3 lit. a) rozdziału 8 SWZ, jeśli wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie konkretnych modeli aparatów będących przedmiotem zamówienia: - dla pakietu nr 14 - na kwotę co najmniej: 600,00 zł brutto każda, - dla pakietu nr 15 - na kwotę co najmniej: 600,00 zł brutto każda, - dla pakietu nr 16 - na kwotę co najmniej: 2 000,00 zł brutto każda, - dla pakietu nr 17 - na kwotę co najmniej: 2 000,00 zł brutto każda. Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietów nr 12, 13, 111, 114; ust. 1 pkt 3 lit. a) rozdziału 8 SWZ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że dla Pakietów nr 12, 13, 111, 114 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu wskazany w ust. 1 pkt 3 lit. a) rozdziału 8 SWZ, jeśli wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie co najmniej 1 konkretnego modelu aparatu stanowiącego część przedmiotu zamówienia: - dla pakietu nr 12 - na kwotę co najmniej: 1 300,00 zł brutto każda, - dla pakietu nr 13 - na kwotę co najmniej: 1 800,00 zł brutto każda, - dla pakietu nr 111 - na kwotę co najmniej: 1 800,00 zł brutto każda, - dla pakietu nr 114 - na kwotę co najmniej: 4 500,00 zł brutto każda. Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietów nr 12, 13, 111, 114 Prosimy Zamawiającego o podanie dat planowanych przeglądów poszczególnych urządzeń w ramach powyższych pakietów.

[Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.](#)

UCZESTNIK 19

Pytanie 1 Dotyczy zapisów SWZ, załącznik nr 5 formularz cenowy dla pakietu 114:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu posiadania certyfikatu ISO nr 13485, który jest tożsamy do ISO 9001, którego Zamawiający również wymaga.

[Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu ISO 9001.](#)

UCZESTNIK 20

Dotyczy Umowy:

Pytanie 1. § 1 punkt 2. Dotyczy pakietu 76.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu: „Usługa polegać będzie na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych, oceny stanu technicznego urządzeń oraz diagnostykę awarii urządzeń medycznych objętych niniejszą umową z zastrzeżeniem §2 ust.3. Proszę o wykluczenie słowa drobne naprawy – ten zapis nie jest precyzyjny można go rozumieć dwojako.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 2. § 1 punkt 3. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Zapis ten jest własnym zaprzeczeniem, ponieważ elementy zużywalne takie jak np. lampki sygnalizacyjne są częściami zamiennymi.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 3. § 1 punkt 4 Prosimy o wykreślenie zapisu.

Przeгляд nie jest jednoznaczny z wymianą części o charakterze prewencyjnym. Podczas przeglądu Wykonawca stosuje się do wytycznych od Producenta i jego zaleceń. Części, które są wymieniane podczas przeglądu są zgodną z dokumentacją techniczną urządzenia i mają na celu utrzymać urządzenie w pełni gotowości, jak również zachować wszystkie parametry jakie musi spełniać urządzenie medyczne.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 4. § 1 punkt 5.

Prosimy o wykreślenie zapisu. Harmonogram przeglądów wynika z zaleceń producenta i Zamawiający ma obowiązek stosować się do nich w celu utrzymania urządzenia medycznego w pełni sprawnego.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 5. § 2 punkt 2 a).

Prosimy o wykreślenie zapisu. Wykonawca nie ma możliwości całodobowo utrzymania urządzenia w pełni sprawności. Jeśli awaria wymaga wymiany części zamiennych, czego nie obejmuje umowa, Wykonawca nie będzie wstanie przywrócić urządzenia do pełnej sprawności, a czas oczekiwania na akceptację kosztów ze strony Zamawiającego uniemożliwi podjęcie działań naprawczych urządzenia przez Wykonawcę.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 6. § 5 punkt 2 Prosimy o modyfikację zapisu i dodanie informacji o koszcie dojazdu się siedziby Zamawiającego. Zapis ten nie obejmuje dojazdu, zatem mógłby zostać uwzględniony w koszcie jednej roboczogodziny co byłoby bardzo niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie 7. § 7 punkt 1

Prosimy o modyfikację zapisu i zmianę okresu gwarancji do 6 miesięcy.

Przeglądu (dotyczy pakietu 76) wykonywane są 6 miesięcy, więc sprzeczne jest aby gwarancja trwała dłużej niż ważność przeglądu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 21

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy §2 ust. 2, pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej (w ruchu), przy wykorzystaniu własnych narzędzi, materiałów oraz drobnych części zamiennych w dni robocze (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy §2 ust. 2, pkt. g) oraz i)

Czy Zamawiający dopuszcza przysyłanie raportów oraz dokumentacji w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy §2 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 12 dni roboczych z powodu, obiektywnych ograniczeń ze strony łańcuchów logistycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 dot. załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy §7 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się urealnić termin usunięcia usterki gwarancyjnej i wydłużyć go do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 dot. załącznika nr 5 do SWZ, Pakiet nr 63

Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie wszystkich urządzeń, które wchodzi w skład zestawów oraz podanie numerów seryjnych każdego urządzenia? Laparoskop zestaw(s/n 7943130), OTV 400 Laparoskop zestaw (s/n 7932882,701) OTV 3007uy Diatermia elektrochirurgiczna ESG-400 Videoendoskop 3D ENDOEY3D

Odpowiedź:

<u>Pakiet 63</u>	<u>Nazwa aparatury</u>	<u>Typ numer seryjny</u>
<u>Poz.1</u>	<u>Laparoskop – zestaw OTV 400</u>	<u>OTV 400 s/n 7943130, CH-S400 s/n 7923621, CLV s/n 7912910, LMD-X310 s/n 8003355, LP-100 s/n 1907E1327, OSH-26N 1900642, WM-NP2 s/n 21983657</u>
<u>Poz.2</u>	<u>Laparoskop- zestaw</u>	<u>s/n 7932882, 7012660,8002665,1909CF01,117946477,212991132</u>
<u>Poz.3</u>	<u>Diatermia elektrochirurgiczna</u>	<u>ESG-400 B006725</u>
<u>Poz 3</u>	<u>Videoendoskop</u>	<u>3D s/n 635472</u>

UCZESTNIK 22

Pytanie1 dot. pakiet 95

Prosimy o podanie numeru seryjnego aparatu.

Odpowiedź: nr seryjny aparatu 72369

Pytanie 2.

Prosimy o podanie daty wykonania ostatniego przeglądu technicznego.

Odpowiedź:

Pytanie 3.

Prosimy o informację czy aparat jest sprawny?

Odpowiedź: 20.03.2023 r.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający może podać datę wymiany akumulatorów?

Odpowiedź: Akumulatory wymieniane były w 18.03.2021 roku

Pytanie 5.

Czy Zamawiający oczekuje wliczenia w koszt przeglądu kosztu akumulatorów które powinny być wymieniane co 2,5 roku?

Odpowiedź: Wymiana akumulatorów odbywa się na podstawie przedstawionego kosztorysu

Pytanie 6.

Czy Zamawiający potwierdza że w powołaniu na zapis SWZ OPZ punkt 5 „Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami w tym bhp i p/poż. Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty aktualnego certyfikatu imiennego ze szkolenia u producenta urządzenia.

Odpowiedź: zamawiający potwierdza.

Pytanie 7. Pytanie do zapisu projektu umowy &2 podpunkt 4:

Wykonawca w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SWZ podaje cenę jednostkową netto za przegląd. Wziąwszy pod uwagę zapis z umowy &2 podpunkt 4 prosimy o potwierdzenie że wykonawca w ramach wyceny za przegląd wlicza również koszt dojazdu inżyniera do Szpitala oraz diagnostyki awarii do której winien przystąpić w ciągu 36 godzin od otrzymania zgłoszenia?

Odpowiedź:

UCZESTNIK 23

Dotyczy zadania nr 64

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej pkt. a, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi na serwisowanie/przeglądy aparatury medycznej o wartości min. 16 000,00 PLN Brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Czy w pakiecie nr 64 Zamawiający w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuści wykonywanie usługi w siedzibie serwisu stacjonarnego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Czy w pakiecie nr 64 Zamawiający dopuści 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 64 odstąpi od terminu naprawy w trybie gwarancyjnym 48h od momentu zgłoszenia, w sytuacji dostarczenia w tym czasie urządzenia zastępczego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 64 wydłuży czas naprawy do 72 godzin i uzgodnienia w sprawie wypożyczenia sprzętu zastępczego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 64 wydłuży czas naprawy do 30 dni z możliwością wypożyczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji sposobu naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu prac (§7 ust. 1 pkt. a wzoru umowy) w taki sposób aby kary były naliczane od usługi której dotyczy zwłoka a nie od całej wartości umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za odstąpienie od umowy z 20% do 10%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 24

Pytanie 1

Dotyczy SWZ Rozdział 6 pkt 2 oraz wzoru umowy w § 5 pkt 6

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy SWZ Rozdział 34 pkt 2 oraz wzoru umowy w § 2 pkt 8

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów terminów przedłożenia wykazu osób w w/w punktach, proponujemy jak we wzorze umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę”.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 2

Skoro usługa polegać będzie na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych, oceny stanu technicznego urządzeń **oraz kalibracji** i drobnych napraw bez części zamiennych, urządzeń medycznych objętych niniejszą umową z zastrzeżeniem §2 ust.3, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostępu do legalnego oprogramowania producenta, potwierdzonego przez wytwórcę danego aparatu.

Informujemy, aby móc usunąć, np. bad pixele, które mają ogromny wpływ na jakość obrazowania, trzeba posiadać odpowiednie klucze serwisowe, dedykowane imiennie wykwalifikowanemu personelowi po ukończonym szkoleniu u producenta aparatu. Bez w/w kluczy serwisowych nie ma możliwości wykonania prawidłowej kalibracji urządzenia w trakcie procedury przeglądu. Źle przeprowadzony przegląd techniczny może narazić pacjenta jak i użytkownika na błędną interpretację obrazu i co za tym idzie doprowadzić do tak zwanego incydentu medycznego. Dopuszczając serwisowanie sprzętu medycznego nieodpowiednim firmom odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje spadają na osoby podejmujące decyzję o wyborze czyli Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 4 i 5

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np.

wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 4 i 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do usuwania awarii do 72 godzin od otrzymania zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem postępowania są wysoce specjalistyczne aparaty - RTG z ramieniem C oraz densytometr i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem C oraz densytometru jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C oraz densytometru.

[Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczania sprzętu zastępczego w przypadku aparatów RTG i Densytometru](#)

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 12

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie okresu gwarancji należytego wykonania naprawy do 6 miesięcy.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 13 i § 7 pkt 2

Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia wad w trybie gwarancyjnym do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego termin na uwzględnienie reklamacji w okresie gwarancji wynosi do 14 dni od daty jej zgłoszenia.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie okresu gwarancji należytego wykonania usługi do 6 miesięcy, a na wymienione części zamienne do 6 miesięcy na RTG z ramieniem C i 3 miesięcy na densytometr zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta aparatu.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy w § 8 pkt 1 lit b)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy w § 8 pkt 1 lit b)

Mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Stronę, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi

odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy w § 8 pkt 5

Zwracamy się z prośbą o obniżenie łącznej wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust.7 Umowy.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika 5a) do SWZ - OPZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający **wymaga autoryzacji producenta** w pakiecie 16, a w pakiecie 17 certyfikatu ISO? Czym zatem różni się pakiet 16 od pakietu 17? W obydwu pakietach są aparaty RTG.

Wyjaśniamy, że system zarządzania jakością podaje tylko ogólne wytyczne w zakresie serwisu sprzętu i aparatury medycznej i nie gwarantuje, że dana firma spełnia wszystkie aktualne wymagania producenta aparatu, które są znane tylko jemu oraz podmiotowi przez niego wskazanemu.

Ponadto w punktach w OPZ, SWZ oraz umowie, Zamawiający wymaga wykonania usługi wg zaleceń producenta aparatury, określonych przez wytwórcę wyrobu, wynikających z instrukcji użytkowania oraz instrukcji i dokumentów serwisowych, wykonania w ramach przeglądu wszelkich możliwych do wykonania regulacji i kalibracji urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych testerów wymaganych do wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych, usługa powinna być wykonana fachowo zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia i zakończona testem bezpieczeństwa.

Poprzez powyższe chcemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych rzeczy w procesie serwisowania i naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Jako autoryzowany serwis firm Hologic i Ziehm czujemy się w obowiązku poinformować, że dopuszczanie do serwisowania aparatury medycznej firm, które nie posiadają przeszkolonego personelu potwierdzonego certyfikatami szkoleń wystawionych przez producenta, oraz zaplecza w postaci dostępu do oryginalnych części zamiennych, kodów serwisowych, może wiązać się z naruszeniem Ustawy o Wyrobach Medycznych jak i instrukcji producentów sprzętu wraz z wymaganiami Dokumentacji Techniczno – Ruchowej.

[Odpowiedź: W przypadku pakietu 17 Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący wymogów: Wymaga autoryzacji producenta lub certyfikatu ISO 13485 i nr 9001](#)

UCZESTNIK 25

Pytanie 1 Zadanie nr 84: Dot. załącznika nr 5 do SWZ

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami Producenta wykonywanie regularnych przeglądów technicznych (przez autoryzowany serwis) urządzeń objętych pakietem nr 84 powinno odbywać się co 24 miesiące. Wobec tego, a także mając na uwadze termin obowiązywania przyszłej umowy, prosimy o potwierdzenie liczby przeglądów podanej przez Zamawiającego w Formularzu cenowym. Ewentualnie Wykonawca wnosi o dostosowanie wskazanego załącznika poprzez podanie właściwej (zgodnej z zaleceniami Producenta) liczby przeglądów, tj. 1 przegląd na urządzenie w trakcie trwania umowy.

[Odpowiedź: w zadaniu 84 przeglądy techniczne zgodnie zaleceniem producenta powinny być co 24 miesiące\(1 raz w obowiązującej przyszłej umowie\). Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo cenowy nanosząc zmianę.](#)

Pytanie 2. Zadanie nr 84: Dot. załącznika nr 5 do SWZ i rozdz. 9 pkt 4 SWZ

Wykonawca wskazuje, że do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia wymagane jest posiadanie specjalistycznych przyrządów oraz oprogramowania, ponadto czynności te wykonane mogą być jedynie przez przeszkolony lub fabryczny serwis. Wszystkie nieautoryzowane działania w zakresie serwisowania lub modyfikacji urządzeń Medima przenoszą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego działania urządzeń na osoby lub organizacje zlecające i wykonujące te czynności. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadanie stosownej autoryzacji producenta lub posiadania w swych zasobach osób/y, które legitymują się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych pakietem nr 84?

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Pytanie 3. Zadanie nr 84: Dot. załącznika nr 5 do SWZ

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w cenie przeglądu należy uwzględnić koszt wymiany akumulatorów w pompach?

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami producenta wymiana akumulatora winna następować co 2 lata.

Odpowiedź: W cenie przeglądu nie uwzględnia się wymiany części eksploatacyjnych i zamiennych. Konieczność wymiany części będzie odbywała się na podstawie zatwierdzonego kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę.

Pytanie 4. Zadanie nr 84:

Wykonawca prosi o udostępnienie wstępnego harmonogramu przeglądów. 5. Zadanie nr 84: Dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas ewentualnej naprawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Poniżej wykaz pomp infuzyjnych i objętościowych z datą ostatniego przeglądu technicznego.

Wykaz pomp infuzyjnych Medima						
Lp	nr paszportu	nazwa oddziału	nazwa aparatury medycznej	typ	numer seryjny	Data ostatniego przeglądu technicznego
1	721	GASTROENTEROLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101609/07	15.12.2022
2	320	NEONATOLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101396/07	15.12.2022
3	327	NEONATOLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101601/07	15.12.2022
4	731	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101606/07	15.12.2022
5	730	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101602/07	15.12.2022
6	742	O.I.T. DZIECI	Pompa infuzyjna	S2	0101393/2007	08.09.2023
7	431	O.I.T. DZIECI	Pompa infuzyjna	S2	0101605/2007	15.12.2022
8	265	O.I.T. DZIECI	Pompa infuzyjna	S2	0101397/2007	19.05.2023
9	266	ONKOLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101603/07	15.12.2022
10	651	ONKOLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0101607/07	15.12.2022
11	924	NEONATOLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0120150/14	15.12.2022
12	932	NEONATOLOGIA	Pompa infuzyjna	S2	0119750/14	15.12.2022
13	1163	UROLOGIA	pompa infuzyjna	S-PCA	40084616	24.04.2023
14	68/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010553	08.09.2023
15	69/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010554	08.09.2023
16	70/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010555	08.09.2023
17	71/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010556	08.09.2023
18	72/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010557	08.09.2023
19	73/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010558	08.09.2023
20	74/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010559	08.09.2023
21	75/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010560	08.09.2023
22	76/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010561	08.09.2023
23	77/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010562	08.09.2023
24	78/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010563	08.09.2023
25	79/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010564	08.09.2023
26	80/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010565	08.09.2023
27	81/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010566	08.09.2023
28	82/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010567	08.09.2023
29	83/2019	S O R	Pompa infuzyjna	S300	300010568	08.09.2023
30	118/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015657	08.07.2022

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
 NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
 nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



31	119/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015658	08.07.2022
32	120/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015659	08.07.2022
33	121/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015660	08.07.2022
34	122/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015661	08.07.2022
35	123/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015662	08.07.2022
36	124/2020	REUMATOLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300015663	08.07.2022
37	145/2020	SOR- Karetka	Pompa infuzyjna	S100	300015395	19.07.2022
38	146/2020	SOR- Karetka	Pompa infuzyjna	S100	300015394	19.07.2022
39	3/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019261	21.12.2022
40	4/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019262	21.12.2022
41	5/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019263	21.12.2022
42	6/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019265	21.12.2022
43	7/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019266	21.12.2022
44	8/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019267	21.12.2022
45	9/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019268	21.12.2022
46	10/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019269	21.12.2022
47	11/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019270	21.12.2022
48	12/2021	NEFROLOGIA ze St. Dializ	Pompa infuzyjna	S300	300019271	21.12.2022
49	13/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019272	21.12.2022
50	14/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019273	21.12.2022
51	15/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019274	21.12.2022
52	16/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019275	21.12.2022
53	17/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019276	21.12.2022
54	18/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019277	21.12.2022
55	19/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019278	21.12.2022
56	20/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019279	21.12.2022
57	21/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019281	21.12.2022
58	22/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300019282	21.12.2022
59	23/2021	NEUROLOGIA	Pompa infuzyjna	P300 objętości owa	300013030	21.12.2022
60	24/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021127	21.12.2022
61	25/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021128	21.12.2022
62	26/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021129	21.12.2022
63	27/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021130	21.12.2022
64	28/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021131	21.12.2022
65	29/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021132	21.12.2022
66	30/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021133	21.12.2022
67	31/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021134	21.12.2022
68	32/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021135	21.12.2022
69	33/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021136	21.12.2022
70	34/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021137	21.12.2022
71	35/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300021138	21.12.2022
72	36/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	P300 objętości owa	310013551	21.12.2022

73	37/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	P300 objętości owa	310013552	21.12.2022
74	38/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	P300 objętości owa	310013553	21.12.2022
75	39/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	P300 objętości owa	310013554	21.12.2022
76	95/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027417	30.08.2023
77	96/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027418	30.08.2023
78	97/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027419	30.08.2023
79	98/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027420	30.08.2023
80	99/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027425	30.08.2023
81	100/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027426	30.08.2023
82	101/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027427	30.08.2023
83	102/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300027428	30.08.2023
84	107/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027421	30.08.2023
85	108/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027422	30.08.2023
86	109/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027423	30.08.2023
87	110/2021	KARDIOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027424	30.08.2023
88	113/2021	PULMONOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027429	30.08.2023
89	114/2021	PULMONOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027430	30.08.2023
90	115/2021	PULMONOLOGIA	Pompa infuzyjna	S300	300027434	30.08.2023
91	116/2021	PULMONOLOGIA	Pompa infuzyjna	P300 objętości owa	310015088	30.08.2023
92	117/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300027431	30.08.2023
93	118/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300027432	30.08.2023
94	119/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300027433	30.08.2023
95	120/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300027435	30.08.2023
96	121/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300027436	30.08.2023
97	122/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300027437	30.08.2023
98	134/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028665	21.11.2023
99	135/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028666	21.11.2023
100	136/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028667	21.11.2023
101	137/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028668	21.11.2023
102	138/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028669	21.11.2023
103	139/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028670	21.11.2023
104	140/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028671	21.11.2023
105	141/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028672	21.11.2023
106	142/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028673	21.11.2023
107	143/2021	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300028674	21.11.2023
108	148/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028675	21.11.2023
109	149/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028676	21.11.2023
110	150/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028677	21.11.2023
111	151/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028678	21.11.2023
112	152/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028679	21.11.2023
113	153/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028680	21.11.2023

114	154/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028681	21.11.2023
115	155/2021	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	Pompa infuzyjna	S300	300028682	21.11.2023
116	20/2022	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	pompa infuzyjna	S300	300032285	30.06.2022
117	21/2022	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	pompa infuzyjna	S300	300032286	30.06.2022
118	22/2022	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	pompa infuzyjna	S300	300032287	30.06.2022
119	23/2022	ANESTEZJOLOG. Bl.Operac.	pompa infuzyjna	S300	300032288	30.06.2022
120	15/2022	GASTROENTEROLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300032281	30.06.2022
121	16/2022	GASTROENTEROLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300032282	30.06.2022
122	17/2022	GASTROENTEROLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300032283	30.06.2022
123	18/2022	GASTROENTEROLOGIA	pompa infuzyjna	S300	300032284	30.06.2022
124	5/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032273	30.06.2022
125	6/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032274	30.06.2022
126	7/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032275	30.06.2022
127	8/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032276	30.06.2022
128	10/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032277	30.06.2022
129	11/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032278	30.06.2022
130	12/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032279	30.06.2022
131	13/2022	O.I.T. DOROSŁYCH	Pompa infuzyjna	S300	300032280	30.06.2022

UCZESTNIK 26

Dotyczy Projekt Umowy

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez „całodobowe utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej”, zawartej we wzorze projektowanych postanowień umowy w §2 ust. 2 pkt a.

Odpowiedź: Całodobowe utrzymanie aparatury w ruchu jest podyktowane tym, że w przypadku aparatury medycznej niezbędnej do zapewnienia ciągłości badań Zamawiający oczekuje całodobowego kontaktu w przypadku nieprawidłowego działania aparatury medycznej z serwisem w celu uzgodnienia przyczyny wadliwego działania lub zdalnej naprawy.

Pytanie 2 Dot. § 2 ust. 4 i 5.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na przystąpienie do wykonywania naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zakończenia naprawy w terminie do 14 dni w przypadku naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy oraz 21 dni w przypadku naprawy, która wymaga sprowadzenia części z zagranicy. Powyższa propozycja wynika z faktu, iż terminy wskazane w projekcie umowy są terminami trudnymi do zrealizowania przez serwis wykonawcy. Umowa w przedmiotowym postępowaniu zawierana jest na okres 2 lat, niemożliwe jest oszacowanie dostępności i czasu oczekiwania na części zamienne niezbędne do wykonania naprawy. Ponadto, klientami wykonawcy są ośrodki ochrony zdrowia, które są placówkami użyteczności publicznej, serwis sprzętu będącego w ich posiadaniu bezwzględnie wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu przyjazdu (m. in. przez konieczność relokacji pacjenta do udostępnienia serwisantowi wyrobu). Zmiana planów serwisantów jest zarówno trudna logistycznie, jak i obciążona wysokim ryzykiem niedotrzymania bieżących zobowiązań wykonawcy. Brak wprowadzenia zmiany w zakresie proponowanym przez wykonawcę znacznie wpłynie na koszt całkowity oferty, gdyż wykonawca będzie obowiązany do skalkulowania w cenie oferty wysokości ewentualnych rekompensat czy kar umownych, które mogą wynikać z obecnego sformułowania zapisów umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 Dotyczy pakiet nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 60: fotela ginekologicznego Gracie do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia do procedury przetargowej autoryzowanemu serwisowi i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00
http://szpital.suwalki.pl, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Pytanie 4 Dotyczy pakiet nr 108

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji odnośnie terminów nadchodzących przeglądów technicznych stołów.

Odpowiedź: poz. 1 pakiet 108 termin przeglądu technicznego w czerwcu 2024 r., poz2 pakiet 108 grudzień 2024 r.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2023-12-15 godz. 12:00 na dzień 2023-12-19 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2023-12-15 godz. 13:00 na dzień 2023-12-19 godz. 13:00.
- Termin związania ofertą, z dnia 2024-03-13, na dzień 2024-03-17

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 52/PN/MN/2023 z dnia 13/11/2023r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach