



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

fax: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-12-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy odczynników laboratoryjnych ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych.
Numer referencyjny: NZ/75/D/P/AC/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

dot. treści formularza asortymentowo-cenowego dla zadania nr 2 - Czy zamawiający zgodzi się na utworzenie osobnego pakietu dla produktów z punktu A - testów lateksowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

dot. treści paragrafu 2 Projektu umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na opłatę za transport wys. 156 zł naliczaną jednorazowo do każdego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu bez kontroli pozytywnej w zestawie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli pozytywnej do poz. 1 i wycenienie jej w odrębnej pozycji ze względu na inną stawkę podatku VAT?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści test bez kontroli pozytywnej w zestawie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowej kontroli pozytywnej w postaci wymazówki i wycenienie jej w odrębnej pozycji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów bez kontroli pozytywnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu bez kontroli pozytywnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bez kontroli pozytywnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bez kontroli pozytywnej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 1 Testy immunochromatograficzne kasetkowe 3 lata – poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o nast. parametrach:

Całkowita Czulość: 85%

Czulość w odniesieniu do GI: 87%

Czulość w odniesieniu do GII: 85%

Swoistość: 96%

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowej kontroli pozytywnej poza zestawem w poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowej kontroli pozytywnej poza zestawem w poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający odstąpi w poz. 4 od wymogu zaoferowania dodatkowej kontroli pozytywnej?

Odpowiedź: Nie .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2,3 zaoferowanie końcówek do pipet oraz mikropipety na 150ul poza zestawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 test o czulości 85% dla GI i 87% GII i swoistości 96% określonej względem metody referencyjnej RT-PCR?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 4

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 2: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie podłóż z dodatkiem krwi z terminem ważności 3-5 tyg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin ważności 3-5 tygodni tylko dla pożywek zawierających krew.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w poz G2 zezwoli na zaoferowanie testu immunochromatograficznego do wykrywania 5 klas mechanizmów oporności w jednym oznaczeniu na dwóch kasetkach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy z wbudowaną kontrolą pozytywną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający