

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,
ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy endoprotez stawu kolanowego.
Numer referencyjny: NZ/09/D/P/AC/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 2-2i

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 1

Poz. 1a,1b,1c

Czy Zamawiający dopuści endoprotezę kolana o następujących parametrach:

Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chrom kobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużeń standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnie stabilizowanego. Endoproteza pozwala na zgięcie do 155 st. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 1 Poz. 1e

Czy Zamawiający dopuści ostrza kompatybilne z napędem Zimmer Biomet, wykonawca do każdego zabiegu użyje odpowiedni napęd ortopedyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający