



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-02-28

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów medycznych, akcesorii do aparatu Erbe i elektrochirurgii oraz siatek przepuklinowych niewchłaniających ujęte w 9 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ/12/D/P/E/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1 Zadanie 3, pozycja 1.1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową I-gel w rozmiarze:

Rozmiar	1
Waga (kg)	2-5
Pacjent	noworodki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie 3, pozycja 1.2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową I-gel w rozmiarze:

Rozmiar	1.5
Waga (kg)	5-12
Pacjent	niemowlęta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

1/3

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

ZESTAW 2

Umowa – kary – par. 7

Pytanie nr 1 Prosimy o obniżenie kar do 0,5% - dot. pkt. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 Prosimy o obniżenie kar do 100% - dot. pkt. 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszył karę umowną przewidzianą w tym ust z 1% do 0,5%, pozostawiając górną granicę kary w dotychczasowej wysokości.

Pytanie nr 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszył karę umowną przewidzianą w tym ust z 1% do 0,5%, pozostawiając górną granicę kary w dotychczasowej wysokości.

Pytanie nr 3 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od niniejszej umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1, 2 lub 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 4

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9:

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/m², z możliwością docinania w kształtu w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 5

Pakiet nr 8 – Akcesoria do elektrochirurgii

Pytanie nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 4 mm, ale o dł. 4,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk 5 mm, ale o dł. 4,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do laparoskopu, gniazdo żeńskie 4 mm, wtyk męski USA 8 mm, ale o dł. 4,5 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 6

Pakiet nr 8 – Akcesoria do elektrochirurgii

Pytanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zamiast żagielka roz. 15x25 mm, dł. 115 mm - Elektrode półpętle, przedłużoną, prostą, długość 143mm, trzonek Ø4mm, wymiar pętli 25mm x 25mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 7

Zadanie 8

Pytanie nr 1 Poz. 1 prosimy o dopuszczenie elektrody z hydrożelem, o wymiarach 150x120mm i powierzchni aktywnej 104 cm², w

przypadku spełniania pozostałych wymagań użytkowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 Poz. 2 prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 50 op.

a'100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 Poz. 4

Dotyczy: lancet prosty dł. części pracującej min. 154 mm

Prosimy o dopuszczenie dł. 100 mm i dł. ostrza 20 mm



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: półpętla śr 10 - 25 mm , dł 100 - 110 mm

Prosimy o dopuszczenie dł. 120 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: pętla zwykła śr 5 - 10 mm , dł 90 - 100 mm

Prosimy o dopuszczenie dł. 120 mm



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 Poz. 6 prosimy o dopuszczenie dostępnych dł. od 145 mm do 225 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie dł. 330 mm i końcówki 3 x 8 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie dł. 330 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 8

Pytanie nr 1 do ZADANIA NR 7 POZYCJA 3 Czy zamawiający dopuści w pozycji 3 zadanie 7 „BiClamp 201 T, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.