

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wyroby medyczne - nici chirurgiczne, siatki, materiały hemostatyczne dla wszystkich jednostek Szpitala.

Numer referencyjny: SZW/DZP/5/2024

**SPROTSTOWANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ W ZAKRESIE
PYTANIA NR 59, 72 I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), ZAMIESZCZA SPROSTOWANIE W ZAKRESIE UDZIELONYCH W DNIU 13.03.2024 R. ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PYTANIA NR 59, 72:

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z § 7 ust. 5, aby na fakturze VAT były zawarte informacje takie jak: data ważności, data zamówienia, numer i data dostawy oraz na dokumencie WZ: kod UDI, numer umowy, na podstawie której zrealizowano zamówienie, datę zamówienia oraz numer i datę dostawy?

Było:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Ma być:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający podtrzymuje wymóg umieszczenia ww. danych na fakturze oraz dokumencie WZ.

Pytanie nr 72

Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ – Zadanie 10, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1: Monofilamentowy szew haczykowy do bezwzględowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, zaopatrzony w igłę, szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. wchłaniający się między 120 a 180 dniem; o sile podtrzymania tkankowego: dla rozmiaru 3-0 i większych 80% po 2 i 4 tygodniach oraz 40%-70% po 6 tygodniach pierwotnej wytrzymałości; grubość szwu: 2/0; długość szwu: 15 cm, długość igły: 26mm, 1/2 koła, igła okrągła?

Było:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Ma być:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Piotr Nowicki