

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wyroby medyczne jednorazowego użytku dla wszystkich jednostek Szpitala cz. 1.

Numer referencyjny: SZW/DZP/154/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu,**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 59

Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw do autotransfuzji o składzie:

Zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów :

- końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo,
- butelka redona z przeciwwrotną zastawką,
- dren z uniwersalnymi końcówkami, kompatybilny ze wszystkimi drenami Redona, - możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów,
- filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania,
- worek z filterm 200 mikronów o pojemności 700 ml,
- sterylny, wolny od lateksu.

Zestaw obecnie dostarczany do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

pakiet 29 poz. 1 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek: cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

pak 39, poz. 1 - Czy Zamawiający w pakiecie 39 poz. 1 oczekuje cewnika do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. Wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF), optyczny-(czarne paski/znaczkę w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 3” (20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszywania. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w języku polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. Sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie 25 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 39 poz. 1 oczekuje aby kaniule były pakowane po 25sztuk w opakowaniu i zawierały instrukcje obsługi w każdym opakowaniu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Czy oferowane kaniule w pakiecie 39 poz. 1 dotętnicze mają posiadać informację o czasie utrzymywania do 30 dni umieszczoną w każdym opakowaniu handlowym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Zadanie nr 52, pozycja nr 3., : Ze względu na brak produktu w portfolio, proszę o wydzielenie lub wykreślenie pozycji z pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Pakiet nr 38 - Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o długości 23,7mm i przepływie 170ml/min objętość wypełnienia do 0,07 ml spełniając pozostałe parametry ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie W zadaniu nr 6, poz. 3 Producenta i nr katalogowego aktualnie używanego wyrobu, celem prawidłowego doboru produktu. W przeciwnym wypadku prosimy o zamieszczenie zdjęcia lub strony internetowej produktu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ICU Medical Portex ACE, ref. 11-1010

Pytanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie W zadaniu nr 6, poz. 1 Układu o długości 1,8 m, z dodatkową rozciągliwą rurą 1,8 m, pozostałe parametry zgodnie z swz. Długość 1,9 m jest charakterystyczna wyłącznie dla jednego producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Kara za nieterminową dostawę naliczana od zbyt wysokiej wartości %: Czy w § 11 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiedni do 0,5% i 25,00zł ? Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, kary umowne muszą spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy

Pytanie nr 11

Wniosek o dopisanie: Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 41 - worki stomijne pakowane i urostomijne pakowane po 30 szt., worki convex po 10 szt., worki o zwiększonej wydajności po 10 szt, worki pooperacyjne po 5 szt., płytki po 5 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych, jednak wyceny należy dokonać w oparciu o formularz asortymentowo-cenowy, tj. wskazując cenę jednostkową (za sztukę), a nie za opakowanie

Pytanie nr 13

dotyczy pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora jednorazowego użytku dla osoby dorosłej z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H₂O, rezerwuarem tlenu, z workiem o teksturowej powierzchni zapewniającej bezpieczny i lepszy chwyt, z uchwytem-rączką umożliwiającą obsługę jedną ręką, z maską twarzową z zaworem mankietu na górnej części aby zapewnić łatwy dostęp w celu optymalizacji uszczelnienia, z możliwością podłączenia zaworu PEEP z adapterem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

dotyczy pakietu 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika martwej przestrzeni o długości 17 cm złącza 22F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylne, bezlateksowy, bez szkodliwych ftalanów, z rury elastycznej karbowanej, z terminem przydatności 5 lat, z numerem katalogowym, serią i datą produkcji oraz ważności na opakowaniu jednostkowym w opakowaniu folia - papier ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

dotyczy pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania na 72 godziny, do rurek intubacyjnych o długości 54cm w rozmiarze Fr 10, 12, 14, 16 oraz do rurek tracheostomijnych o długości 30,5 cm w rozmiarze Fr 10, 12, 14, 16, w którym cewnik składa się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiający precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatraskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem

zapobiegającym utraty kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widelki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

dotyczy pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nebulizacji dla dorosłych składający się z nebulizatora, maski aerozolowej i drenu o przekroju gwiazdki, nie załamujący się pod wpływem gięcia, o długości 210 cm i zakończeniach uniwersalnych pasujących do każdego źródła tlenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

dotyczy pakietu 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych Guedela wykonanych z jednolitego odlewu, sterylnych, pakowanych pojedynczo, kodowanych kolorystycznie w rozmiarach : 1=65mm, 1,5 = 70 mm, 2 = 80mm, 3 = 90mm, 4 = 100 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

dotyczy pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z celulozowym wkładem, sterylny, o wydajności nawilżania 26,1 mg H₂O/L przy VT 500ml, z mniejszym oporem przepływu wynoszącym 0,4 cm H₂O/L przy 30 L/min, przestrzeń martwa 19 ml, waga 9 g, z centralnym zatrzaskowym portem do odsysania oraz z wbudowaną obrotową złączką tlenową ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

1.W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) jednak nie mniej niż 50 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówionego zareklamowanego towaru

2.W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru

3.W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne muszą spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 mógłby doprecyzować, czy oczekuje, aby zestaw umożliwiał przetoczenie krwi do pacjenta (za pomocą standardowego przyrządu) - bez konieczności rozłączenia silikonowego mieszka i worka na krew (do autotransfuzji).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 dopuści zestaw do autotransfuzji o składzie:

silikonowy mieszek, skalowany, o pojemności 400 ml z zastawką przeciw-zwrotną i z filtrem 200 µm, zintegrowany z drenem do pacjenta (dren z klamrą zaciskową i z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona);

2 dreny Redon z trokarami 14CH lub 16CH - do wyboru,

zawieszka przy mieszku podciśnieniowym;

worek na krew z filtrem 40 µm, pojemność 1000 ml, z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu,

dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta bez konieczności rozłączenia silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji (co czyni zestaw w pełni zamkniętym); zestaw bez przyrządu do przetoczenia krwi.

W zestawie etykieta do wpisu danych pacjenta. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Zadaniu 28 w pozycji 1 dopuści zestaw 3-komorowy (komora kolekcyjna, komora zastawki wodnej, komora wodnej regulacji siły ssania); posiadający bezigłowy port do komory kolekcyjnej - na tylnej ścianie zestawu; zestaw przezierny na przedniej ścianie zestawu; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Zadaniu 28 w pozycji 2 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej, jednorazowy, o parametrach: 3-komorowy, zestaw do drenażu (aktywnego i grawitacyjnego), z wodną regulacją siły ssania posiadający komorę zastawki wodnej z barwnikiem; komorę zbiorczą (niewymienną) o pojemności 2100 ml, komorę wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu; automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym; samouszczelniający się port bezigłowy (na tylnej ścianie zestawu) do pobierania próbek drenowanego płynu.

Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący (bezzleksowy) zabezpieczony przed zagięciem, dren z możliwością szybkiego odłączenia, klamra zaciskowa; w zestawie strzykawka do wypełnienia zastawki wodnej.

Zestaw sterylny, opakowany podwójnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 59 dopuści zestaw posiadający w składzie 2 dreny Redon z trokami 14CH lub 16CH - do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Pakiet nr 8 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie łącznik rurka prosta bez piktogramów z rozmiarami na opakowaniu oraz z terminem ważności 5 lat od daty produkcji ?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Pakiet nr 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski aerozolowej dla dorosłych z nebulizatorem i drenem o dł. 200cm zakończonym standardowym uniwersalnym złączem na króciec ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Pakiet nr 12 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę krtaniową z możliwością intubacji o poniższych parametrach :

- delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet
- fałd na koniuszku mankieta zabezpieczający przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem
- rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90?) i usztywnioną
- element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami
- znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych (w postaci poprzecznych kresek) umieszczonych na rurce
- znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski
- informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczone na rurce
- dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką
- 8 rozmiarów: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
- opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru,
- sama maska bez dodatkowych elementów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28

Pakiet nr 12 pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby maska krtaniowa posiadała znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych (w postaci poprzecznych kresek) umieszczonych na rurce ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Pakiet nr 12 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważną maskę krtaniową o poniższych parametrach :

- mocno uwypuklona kopuła i duży otwór oddechowy, co zgodnie z badaniami i praktyką skutecznie eliminuje ewentualną możliwość wklínowania nagłóśni.
- kanał wypełnienia mankietu luźny (swobodny), połączony na krótkim odcinku z rurką (tuż przy mankiecie) co umożliwia odsunięcie go od zgryzu pacjenta,
- balon kontrolny z ułatwiającymi stosowanie oznaczeniami: rozmiaru maski, objętości wypełnienia mankietu, wagi pacjenta, maksymalnego ciśnienia w mankiecie, umożliwiające podłączenie manometru.
- produkt sterylny,
- produkt kompatybilny z MRI (bezwzględnie), wyposażony w plastikową osłonę mankietu.
- materiał: mankiety, rurka, dren balonika kontrolnego, balonik: PCV (wolny od wszystkich ftalanów, w tym DEHP)
- rozmiary i zakresy wagowe: 1 (<5 kg); 1.5 (5-10 kg); 2 (10- 20 kg); 2.5 (20-30 kg); 3 (30-50 kg); 4 (50-70 kg); 5 (70-100 kg); 6 >100 kg)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30

Pakiet nr 12 - Czy Zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe posiadały znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych (w postaci poprzecznych kresek) umieszczonych na rurce ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31

Pakiet nr 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wymiennika z oporem przepływu 0,63cm H₂O przy 30l/min przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 32

Pakiet 38- Czy zamawiający dopuści- Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216ostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. "Wyrzut pozytywny" 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33

Pakiet 56- Czy zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody i oświadczenie Producenta) . W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Wyrób w całości sterylizowany promieniami gamma ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt Umowy §11 Kary umowne

Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej z 1% do poziomu 0,2%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne muszą spełniać również funkcję stymulująca do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 35

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt Umowy §11 Kary umowne

Prosimy o modyfikację zapisów §11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona

do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wskazana wartość stanowi odniesienia do wyliczenia matematycznego, nie ma zatem odniesienia do wartości korzyści ekonomicznej.

Pytanie nr 36

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt Umowy §11 ust. 6

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu przez zmniejszenie wysokości kar umownych dla każdej ze stron z poziomu 20% na 10%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne muszą spełniać również funkcję stymulującą do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 37

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Wzór Umowy § 9 ust. 3 oraz załącznik nr. 1 formularz oferty.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wyjaśniamy, że do decyzji Wykonawcy należy wskazanie odpowiednich osób tak aby proces składania zamówień, reklamacji i innych kwestii związanych z realizacją umowy przebiegał bezproblemowo. Kwestia jak to zostanie zapisane, ile osób wskazanych, czy wskazanie danych do kontaktu poprzez odpowiedni dział, pozostaje decyzją Wykonawcy.

Pytanie nr 38

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt Umowy §4 dotyczy pakietu nr.58

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury oraz WZ w wersji papierowej wraz z wysłanym towarem/zamówieniem oraz uznanie warunku w pkt 4 i 6 za spełniony gdy Wykonwca dostarczy tylko wersje papierową faktury.

Prosimy również o odstąpienie od poniższego zapisu

„, Niezależenie od postanowień zdania pierwszego powyżej, Wykonawca dołączy do Faktury VAT informację o zewidencjonowanym przez Wykonawcę poziomie kwotowego wykorzystania całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych. Ilekroć w Umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury oraz notę korygującą.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje obowiązek dostarczania faktur drogą elektroniczną, w wersji pdf na wskazany w umowie adres mailowy;

Zamawiający odstępuje do zapisu: „Wykonawca dołączy do Faktury VAT informację o zewidencjonowanym przez Wykonawcę poziomie kwotowego wykorzystania całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych.”

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Wzór umowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 39

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt Umowy §7, ust. 5, pkt. 5) dotyczy pakietu nr 58

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze nr WZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymóg

Pytanie nr 40

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ, Projekt Umowy dotyczy pakietu nr 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić taki zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia.

Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41

Dotyczy: Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 58, poz. 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Informacja o braku ftalanów (DEHP) winna być potwierdzona w instrukcji obsługi/kartach katalogowych/specyfikacji technicznej

Pytanie nr 42

Dotyczy: Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 58, poz. 1, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia:

„Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wężyki winny być kompatybilne i zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego

Pytanie nr 43

Dotyczy: Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 58, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44

Dotyczy: Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 58, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości materiałów, w ten sposób, aby ilość wężyków pacjenta była wielokrotnością liczby 100. Jedno opakowanie handlowe wyrobów, które chcemy zaoferować, zawiera 100 wężyków. Jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania i dostarczenia Zamawiającemu wymaganej przez niego ilości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wyceny 4600 szt. wężyków

Pytanie nr 45

Dotyczy: Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 58, poz. 2

W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że dopuści realizację dostaw częściowych w ilościach obejmujących pełne opakowania. Ze względu

na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: j.w.

Pytanie nr 46

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 12 poz 1 maski krtaniowe FASTRACH bez strzykawki i zelu w zestawie .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 12 poz 2 maski krtaniowej posiadającej silikonowy mankiet i rurkę z PCV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 15 zestaw do konikotomii składający się z rurki do konikotomii, silikonowej przestrzeni martwej, skalpela, strzykawki jednorazowej i opaski szyjnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 17 rurkę tracheotomijną z mankietem z odsysaniem z nad mankietu, z kątem 980, z obrotowym łącznikiem 15mm niwelującym siły skrętne, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankietu, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm. 6,5-10,0 .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 27 sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie o następujących parametrach : z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57;

750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej V_t - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H₂O.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51

Pakiet 7, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik posiadający wyłącznie

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łącznik gładki w środku wykonany z medycznego PVC
- Typ rozciągliwy wykonany z wysokiej jakości PE, EVA pozbawionego PCV
- Uniwersalne połączenie 22M/15F od strony pacjenta, umożliwiające podłączenie do szerokiej gamy kompatybilnych wyrobów
- Łącznik 15M lub 22F od strony maszyny, umożliwia połączenie do dowolnego kompatybilnego wyrobu
- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu i kontrolę ułożenia łącznika
- Podwójnie obrotowe kolanko
- Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką
- Dostępne typy: gładki w środku i rozciągliwy
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia/papier
- Opakowanie handlowe: 10 szt. folia ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52

Pakiet 7, Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje łącznika nierozciągliwego gładkiego w środku czy rozciągliwego karbowanego ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Pakiet 8, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik zawierający śladowe ilości ftalanó w, bez piktogramó w ze złączami ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Pakiet 10, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 60cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Pakiet 10, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH8 o długości 60cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Pakiet 10, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierające śladowe ilości ftalanów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 57

Pakiet 11, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem i drenem zakończonym uniwersalnym, stożkowym łącznikiem:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58

Pakiet 13, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści maski posiadające wyłącznie WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml
- Obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- Silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59

Pakiet 14, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Pakiet 25, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewodnice aluminiowe pokryte PCV w rozmiarze 3,3mm o długości 310mm i 4,7mm o długości 390mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61

Pakiet 25, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przewodnice pakowane w papier-folia, występujące w długościach 600 i 800mm, reszta zgodnie z SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Pakiet 26, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek o wymaganych długościach lecz oznaczonych jako inny rozmiar:

0	60 mm
1	70 mm
2	80 mm
3	90 mm
4	100 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 63

Pakiet 27, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik o właściwościach:

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- medium HME: PUR pokryte CaCl_2
- zatyczka portu CO_2 : PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V_T): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%

• opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

• skuteczność nawilżania:

$V_T = 500 \text{ ml}$	11,1 mg / l
$V_T = 750 \text{ ml}$	12,0 mg / l
$V_T = 1000 \text{ ml}$	13,9 mg / l

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO_2 zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 64

Pakiet 29, Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65

Pakiet 29, Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66

Pakiet 29, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 67

Pakiet 29, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'25sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68

Pakiet 30, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3cz luer-lock 3ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Pakiet 30, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml luer ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Pakiet 30, Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71

Pakiet 30, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72

Pakiet 31, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 27G 0,4x13mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73

Pakiet 31, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74

Pakiet 31, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 0,45x13mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 75

Pakiet 31, Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76

Pakiet 35, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści oczekuje wyceny 135 opakowań po 10szt? Ponieważ w opisie jest op a'10, a w kolumnie "3" op a'100szt ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wyceny 135 opakowań po 10 szt.; w kolumnie 3 wystąpiła omyłka. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 77

Pakiet 36, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x12mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 78

Pakiet 37, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach od 0,45x19mm do 1,20x19mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 79

Pakiet 37, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z igłą 23G 0,6mm i głębokości nakłucia 1,8mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80

Pakiet 37, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 81

Pakiet 37, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści lancet o długości końcówki 0,9mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 82

Pakiet 37, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'200sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 83

Pakiet 38, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łączniki posiadające wyłącznie właściwości:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 84

Pakiet 39, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'25sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 85

Pakiet 39, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości biokompatybilnego PUR (poliuretanu), spełniające pozostałe wymagania swz ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 86

Pakiet 44, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy wyłącznie w rozmiarach:

CH18
CH20
CH21
CH24
CH26
CH27
CH30
CH33
CH36

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 87

Pakiet 44, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem jak na zdjęciu:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 88

Pakiet 51, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika wyłącznie w rozmiarze 6 Fr ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 89

Pakiet 52, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez powłoki antybakteryjnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 90

Pakiet 52, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'200sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 91

pakiet 52 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowy bez zatyczki w zestawie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 92

pakiet 52 pozycja 2 – Zależnie od odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający dopuści cewnik bez zatyczki w zestawie, dopuszczając przy tym doliczenie równej ilości zatyczek (75 szt.) do pozycji 6 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 93

pakiet 52 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley silikonowy bez zatyczki w zestawie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 94

pakiet 52 pozycja 5 – Zależnie od odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający dopuści cewnik bez zatyczki w zestawie, dopuszczając przy tym doliczenie równej ilości zatyczek (5 szt.) do pozycji 6 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 95

Pakiet 8 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na łącznik podwójnie obrotowy bez piktogramów z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny spełniający pozostałe wymagania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet 27 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 30 mg H₂O/l, przestrzeni martwej 7 ml, wadze 9,5 g, oporach przepływu przy 30 l - ? 0,3 cm H₂O spełniający pozostałe wymagania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97

Dotyczy pakietu nr 60

Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany system do płukania pulsacyjnego i szczotkowania własnego oświetlenia ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 31 w poz. 1-3 dopuści wycenę za op. a'100sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 37 w poz. 2 dopuści wycenę za op. a'100sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 38 w poz. 1 dopuści możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 600 aktywacji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 38 w poz. 1 dopuści długość zaworu 2,5cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 29 w poz. 1 -4 dopuści tłok wykonany z polietylenu a cylinder z polipropylenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 29 w poz. 1-4 dopuści wycenę za op. a'100sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 104

Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością podłączenia zaworu PEEP za pomocą dodatkowej złączki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 105

Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z zaworem PEEP ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 106

Zadanie nr 6, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 1,83m i dodatkową rurą rozciągliwą do 1,2m ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 107

Zadanie nr 6, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ o wydajności ogrzania powietrza wdychanego i o oporze wdychanego i wydychanego powietrza +/-10% od podanych wartości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108

Zadanie nr 6, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ o wadze 190g bez akcesoriów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 109

Zadanie nr 6, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ z rurą wydechową o długości 50cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 110

Zadanie nr 6, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści układ pakowany w opakowanie folia-papier ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 111

Zadanie nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli łącznik podwójnie obrotowy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 112

Zadanie nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń, gładki wewnątrz z kominkiem podwójnie obrotowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113

Zadanie nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń, prosty - bez kominka, karbowany wewnątrz, nierozciągliwy, pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114

Zadanie nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń bez oznaczenia na opakowaniu jednostkowym rozmiarów złączy od strony pacjenta i maszyny ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 115

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 60cm (dla rurek intubacyjnych) oraz o długości 30cm (dla rurek tracheostomijnych) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 116

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania kodowany kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z niewielką zawartością ftalanów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118

Zadanie nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119

Zadanie nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach:

REF	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (cm)
122 06 00 2	CH 6	40
122 08 00 2	CH 8	40
122 10 00 2	CH 10	40
122 12 00 2	CH 12	60
122 14 00 2	CH 14	60
122 16 00 2	CH 16	60
122 18 00 2	CH 18	60
122 20 00 2	CH 20	60

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120

Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikiem żeńskim w kształcie lejka, o średnicy wew. w najszerszym miejscu 7mm i średnicy wew. w najwęższym miejscu 5mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 121

Zadanie nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Ergonomicznie ukształtowana rurka dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwia szybkie i skuteczne zakładanie maski u pacjenta

- Maski są sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i latexu, są jednorazowego użytku

- Maska posiada trzy kanały:

- ' Kanał gastryczny Przez port cewnika ssącego w mankiecie maski, można skutecznie usuwać płyny i treść żołądkową. Zmniejsza to ryzyko aspiracji do płuc. Port jest dostosowany do standardowych rozmiarów cewników

- ' Kanał do intubacji rurką intubacyjną umożliwia zaintubowanie pacjenta rurką intubacyjną przez maskę krtaniową LarySeal Pro. Maska posiada unikalny system prowadzenia rurki - poprzez struny głosowe

- ' Kanał drenu do napełniania mankietu maski, zakończony jest kontrolnym pilotem barwnym. Barwa pilota odpowiada kolorom na strzykawce do napełniania mankietu co znacznie przyspiesza proces dopasowania maski

- Rozmiary:

WAGA	ROZMIAR	KOLOR BALONA	MAX NUMER RURKI INTUBACYJNEJ ID	NUMER DRENU DO ODSYSANIA FR
<5kg	1	BIAŁY	3,5	8
5-10kg	1,5	NIEBIESKI	4	10
10-20kg	2	CZERWONY	5	12
20-30kg	2,5	ZIELONY	5,5	14
30-50 kg	3	POMARAŃCZOWY	7,5	16
50-70 kg	4	CZERWONY	8	16
70-100 kg	5	ŻÓŁTY	8	16



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 122

Zadanie nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści żel i strzykawkę dołączoną osobno do maski krtaniowej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 123

Zadanie nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonana z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ?; 2; 2 ?; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski. Maski sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124

Zadanie nr 13, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem posiadającą zawór jednokierunkowy między workiem a maską oraz z 2 otworami bocznymi posiadające nakładki silikonowe ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 125

Zadanie nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z dołączonymi tasiemkami zamocowanymi w szyldzie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 126

Zadanie nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z cewnikiem bez kontroli siły ssania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 127

Zadanie nr 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o parametrach:

- ruchomy szyld
- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku
- rozmiary:

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	długość L max [mm]
5.0	6.9	58
5.5	7.5	62

6.0	8.2	72
6.5	8.9	77
7.0	9.7	85
7.5	10.3	93
8.0	11.0	98
8.5	11.7	102
9.0	12.3	105
9.5	13.0	110
10.0	13.7	111
11.0	14.8	112

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 128

Zadanie nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną nie posiadającą systemu zapobiegającego wzrostowi ciśnienia w mankiecie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 129

Zadanie nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z końcówką dystalną oznaczoną znacznikami głębokości od 30mm od końca (widoczne w promieniach RTG) oraz posiadającą na całej długości rurki linię RTG, końcówka niezagięta, atraumatyczna ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 130

Zadanie nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną skalowaną co 1cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 131

Zadanie nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4,0 i 4,7 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 132

Zadanie nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę o długości 34cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 133

Zadanie nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę wykonaną z aluminium ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 134

Zadanie nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę niewzmocnioną, wykonaną z materiału posiadający podobne właściwości co przewodnice wzmacnione na całej długości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 135

Zadanie nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę pakowaną jednostkowo w opakowanie papier-folia z usztywnieniem zagiętej końcówki, następnie zbiorczo w kartonik ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 136

Zadanie nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (mm)
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100
5	110
6	120

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 137

Zadanie nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24mg przy $V_t 500\text{ml}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 138

Zadanie nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o oporze przepływu 0,5cm przy 30l/min ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 139

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o przepływie $>1000\text{ml} / 10\text{min}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 140

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z możliwością stosowania u pacjenta przez min. 7 dni lub 200 aktywacji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 141

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o długości roboczej 12,6 $\pm 0,02\text{mm}$ oraz długości całkowitej 23,2 $\pm 0,1\text{mm}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 142

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z przestrzenią martwą 0,13ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 143

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z zastosowaniem ciśnienia do 200kPa ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 144

Zadanie nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy z wejściem donaczyniowym niezabezpieczonym zatyczką ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 145

Zadanie nr 52, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley nie wyposażony w zatyczkę do cewnika ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 146

Zadanie nr 52, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z dołączoną osobno zatyczką do cewnika ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 147

Zadanie nr 52, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley bez powłoki antybakteryjnej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 148

Zadanie nr 45, Poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nefrostomii dwustopniowej - zestaw do drenażu przezskórnego metoda dwustopniową, według ulotki dołączonej do zapytania składający się z:

- kateter wykonany z poliuretanu widocznego w promieniach RTG, z końcówką Pigtail, w rozm 6F, 9F, 12F, 14F, 16F zakończenie dystalne typu luer-lock , dł. 26cm
- długa igła z trokarem
- przewodnik 0.035"
- igła krótka
- rozszerzacz
- przedłużacz pozwalający na połączenie z workiem na mocz
- kranik jednokierunkowy
- igła dwuczęściowa
- zacisk
- kołnierz

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 149

Zadanie nr 45, Poz. 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego - zestawy do cystostomii w składzie jak w załączonej ulotce katalogowej:

- kateter pigtail wykonany z poliuretanu, rozm 8F, 9F, 10F, 12F, 14F o dł. 45cm
- igła rozrywalna dł. 80mm i 120mm
- skalpel;
- strzykawka;
- kołnierz mocujący;
- opaska zaciskowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 150

Zadanie nr 47

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego - zestawy do cystostomii w składzie jak w załączonej ulotce katalogowej:

- kateter pigtail wykonany z poliuretanu, rozm 8F, 9F, 10F, 12F, 14F o dł. 45cm

- igła rozrywalna dł. 80mm i 120mm
- skalpel;
- strzykawka;
- kołnierz mocujący;
- opaska zaciskowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 151

Zadanie nr 50, Poz. 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na przewodnik super sztywny stalowy pokryty PTFE teflonem rozm 0,035" dł. 150cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 152

Pakiet 10 poz. 2

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga cewników zmrożonych z nadrukowanym i nazwą producenta ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 153

Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym z łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 154

Pakiet 13 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek sterylnych. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155

Pakiet 14 poz. 1-2

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga masek bez ftalanów ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga masek wolnych od ftalanów

Pytanie nr 156

Pakiet 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych Guedela w rozm: 0/60, 1/70, 2/80, 3/90, 4/100, 5/110. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 157

Pakiet 36 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły 0,45x16 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 158

Zadanie 9 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do rurek tracheostomijnych o długości 36cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 159

Zadanie 22 poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga rurek wolnych od ftalanów

Pytanie nr 160

Zadanie 24 poz.1. Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikiem głębokości w postaci pełnego pierścienia dookoła rurki ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 161

Zadanie 24 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga rurki z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicy mankieta na baloniku kontrolnym ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 162

dotyczy pakietu 60 - Czy Zamawiający dopuści system do płukania pulsacyjnego i szczotkowania do biodra i kolana bez własnego oświetlenia, który spełnia pozostałe parametry SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 163

Zadanie 6 Poz.1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8-1,9 m, z wydajnością ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., spełniającego pozostałe wymogi swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 164

Zadanie 6 Poz.2

Prosimy o sprecyzowanie czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania układu oddechowego z wydajnością ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., spełniającego pozostałe wymogi swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 165

Zadanie 9

Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem "kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych" Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym kompatybilnego z adapterem opisanym w zakresie zadania 7 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 166

Zadanie 11

Prosimy o doprecyzowanie czy przewód tlenowy ma być wyposażony w sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, co ułatwia podłączenie zestawu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 167

Zadanie 29 Poz. 1- 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych polskiego producenta firmy Margomed wyposażonych w dokładną i czytelną dwustonną skalę pomiarową rozszerzona do 3ml dla poj.2ml, do 6ml dla poj.5ml, do 12ml dla poj.10ml i do 24ml dla poj.20ml, posiadających przezroczysty cylinder, wykonanych z: polipropylenu PP korpus, polietylenu PE, z zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka, wolne od ftalanów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 168

Zadanie 29 Poz. 1- 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji , gwarantującym płynną podaż leku ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 169

Zadanie 29 Poz. 1- 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji produktu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 170

Zadanie 29 Poz.5

Prosimy o doprecyzowanie czy końcówka strzykawki maja być ścięte prosto, nie pod kątem ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 171

Zadanie 29 Poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 172

Zadanie 32 Poz. 1 i 2

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem "kompatybilna z posiadanymi pompami infuzyjnymi Prefusor Space BBraun" Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek wymienionych w mneu oraz w oryginalnej instrukcji użycia w/w pompy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 173

Zadanie 34 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr powinien być przeznaczony dla dorosłych, i posiadać powierzchnię filtracji 10cm² ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 174

Zadanie 34 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr powinien być przeznaczony dla dzieci, i posiadać powierzchnię filtracji 1,6cm² ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 175

Zadanie 34 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 176

Zadanie 34, Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie objętości wypełnienia 0,15 ml

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 177

Zadanie 34, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 178

Zadanie 34, Pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 179

Zadanie 34, Pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 180

Zadanie 38

Prosimy o doprecyzowanie czy łącznik bezigłowy ma cechować się neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencję klemowania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 181

Zadanie 38

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby do oferty zostały dołączone badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 182

Pakiet 45, Pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej o składzie: igła punkcyjna typu Chiba 18G, 2 częściowa o średnicy 1.3 mm i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy typu J wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, długość całkowita 260 mm, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, nacięcia (poprzeczne rowkowania) dla bezpiecznego zamocowania, cewnik z usztywniającym mandrynen oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035" długość 70 cm; łącznik do podłączenia worka na mocz oraz kranik Luer Lock. Rozmiary cewnika CH8 i CH9.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183

Zadanie 45, Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o opuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12 cm, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 184

Pakiet 46, Pozycja 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje cewnika z materiału innego niż poliuretan miękkiego na zewnątrz dla zwiększonego komfortu pacjenta i sztywnego w środku dla łatwiejszego wprowadzania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 185

Pakiet 46, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarach 4.8-7 Ch o długości w części prostej w zakresie 22-28 cm, ze sterownym popychaczem fabrycznie połączonym z cewnikiem, który umożliwia sterowanie cewnikiem nawet po wyjęciu prowadnicy (odpowiednik zamka). Rozłączenie zestawu następuje poprzez usunięcie wewnętrznego mandrynu popychacza.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 186

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystotomii w rozmiarze 10 lub 13 Ch - do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie rozrywalny trokar, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk oraz skalpel. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 187

Pakiet 52, Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 18-24 Ch.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 188

Pakiet 52, Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze 18-24 Ch z zatyczką dołączoną osobno.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 189

Pakiet 53

Czy Zamawiający dopuści cewniki Dufour z atraumatyczną, zaokrągloną, zamkniętą końcówką umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 190

Pakiet 53

Czy Zamawiający oczekuje aby cewnik posiadał powłokę hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 191

Zadanie 56

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w form cenowym tj. zaoferowanie 5 589 poj. po 340 ml), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu

etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 192

Zadanie 56

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 6500ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w form cenowym tj. zaoferowanie 2 924 poj. po 650 ml), ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 193

Zadanie 56

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie użytkowania sterylnej wody do nawilżania oraz ewentualne działanie niepożądane tlenu etylenu - oferowane pojemniki z wodą były sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 194

Zadanie 56

Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane wyroby medyczne mają posiadać badania kliniczne dowodzące bezpieczeństwa stosowania wody u pacjentów przez okres minimum 30 dni ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 195

zadanie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 58 cm, w rozmiarach 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr oraz do rurek tracheotomijnych o długości 36,5 cm, w rozmiarach 12 ; 14 i 16 Fr skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 4 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (nr 1) nr 118812-2024 z dnia 27.02.2024 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 14.03.2024 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 14.03.2024 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust.2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Piotr Nowicki