



Limanowa dnia: 2024-03-19

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy artykułów medycznych ujętych w 8 zadaniach"** – znak sprawy **NZ/15/D/P/A/2024**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Zadanie 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nebulizator czysty mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

Zadanie 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga produktów bez zawartości ftalanów (DEHP) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 3

Pytanie 1

Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc, długość cewnika 15 cm lub 25 cm, średnica 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, dodatkowo zestaw posiada igłę trokar 18 G/26 cm dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada wzmocnienie widoczne w rtg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Nabywca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 4:

Pytanie 1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający Wyraża zgodę

Pytanie 2

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na

towar bez wad za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 10 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niedostarczonej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający Wyraża zgodę

Pytanie 3

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto określonej w § 1 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od niniejszej umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1, 2 lub 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający Wyraża zgodę

Zestaw 5

Pytanie 1

Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga przyrządu posiadającego hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 ?m automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory, zabezpieczający przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie 5

Czy Zamawiający wydzieli po osobnego pakietu wzierniki jednorazowe do otoskopu Honsun HS-OT10N?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników do otoskopu Welch-Allyn za opakowanie a'34 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników do otoskopu Riester za opakowanie a'100 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Zestaw 6

Pytanie 1

Zadanie nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno pakowanej łyżki oraz rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Zadanie nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści źródło światła umieszczone w rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3

Zadanie nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękojeść metalową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta pod warunkiem zastosowania dodatkowych złączek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji wszystkich elementów z wyjątkiem rezerwuaru tlenu oraz drenu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową 1650 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w j. angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8

Zadanie nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta pod warunkiem zastosowania dodatkowych złączek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9

Zadanie nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji wszystkich elementów z wyjątkiem rezerwuaru tlenu oraz drenu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Zadanie nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w j. angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8

Zadanie nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w j. angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw 7

Pytanie1

Zadanie nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o nebulizatora z ustnikiem i drenem tak jak na zdjęciu , sterylne , dren długości 200 cm, nebulizator o pojemności 6 ml.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA