



Poznań, 04.04.2024 r.

ADZP-381-32/24

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**II_Wyjaśnienia treści SWZ
oraz zawiadomienie o zmianie SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji w przedmiocie: „**Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu**” – znak sprawy **ADZP-381-32/24**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Część 1 Rozdział VI Serwis szkolenie gwarancja pkt.17 oraz Część 2 Rozdział III Serwis szkolenie gwarancja pkt.15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał sprzętu zastępczego w zakresie części 1 i części 2. Wyjaśniamy, że naprawa statywu dla pacjenta (jak również akcesoriów do niego, kratki przeciwozprośeniowej) oraz cewki peryferialnej do aparatu MR Magnetom Vida polega na wymianie urządzeń w całości. W związku z długim terminem dostaw urządzeń, które są produkowane indywidualnie do konkretnego aparatu, potencjalne koszty kar będą bardzo wysokie.

Pozostawienie dotychczasowych zapisów, skutkuje u Wykonawcy koniecznością zakupu rezerwowego całego przedmiotu zamówienia i utrzymywania go we własnym magazynie, co w efekcie prowadzić będzie do wygenerowania dodatkowych kosztów, które Wykonawca musi doliczyć do ceny. W przypadku awarii softwaer'u dni naprawy są oczywiście akceptowalne. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że urządzenia będące przedmiotem zamówienia, są akcesoriami do urządzeń głównych i ich niesprawność w żaden sposób nie rzutuje na funkcjonowanie w dotychczasowym zakresie tych urządzeń (aparatu RTG i rezonansu magnetycznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał sprzętu zastępczego w zakresie części 1 i część 2.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- składania ofert, z dnia **05.04.2024 r. godz. 09:00** na dzień **12.04.2024 r. godz. 09:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **05.04.2024 r. godz. 10:00** na dzień **12.04.2024 r. godz. 10:00**.
- wykonawca jest związany ofertą do dnia **11.05.2024 roku**.

Ponadto Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią dokonał zmian następujących dokumentów:

- SWZ,
- Zał. nr 2 do SWZ - część nr 1,
- Zał. nr 2 do SWZ - część nr 2;
- Zał nr 5 do SWZ - PPU.

Wszystkie zmiany treści wskazanych wyżej dokumentu zostały oznaczone kolorem czerwonym. Zmienione dokument otrzymał nazwę:

- SWZ po zmianie_I
- Zał. nr 2 do SWZ - część nr 1 zmiana_I,
- Zał. nr 2 do SWZ - część nr 2 zmiana_I,
- Zał nr 5 do SWZ - PPU zmiana_I.

Z poważaniem

Dyrektor
/ - / Izabela Marciniak

Sprawę prowadzi: Katarzyna Józefiak, tel. +48 61 61 62 557, katarzyna.jozefiak@szoz.pl, zampub@szoz.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
ul. Adama Wrzosa 1
60-663 Poznań