

Suwałki, dnia 10/12/2024r.

L.dz. SZW.DZI.262.509/65/TP/AK/2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS:65/TP/AK/2024**

Dotyczy: **Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby pracowni bronchoskopii i pracowni endoskopii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie zastępcze dostarczane było w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 18 oraz Załącznik nr 4 – pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W okresie gwarancji trzy naprawę tego samego elementu / podzespołu powodują jego wymianę. (...)”?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7**

Pytanie dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 5 ustępu o poniższej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 8**

Dotyczy załącznika nr 4 dla pakiety nr 1 i 2 – pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 9**

Dotyczy załącznika nr 4 dla pakiety nr 1 i 2 – pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 10 dni roboczych ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 10**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 1 – pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Średnica zewnętrzna wziernika – max 11,6 mm

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 11**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 1 – pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach min:

góra: 120°

dół: 90°

lewo: 90°

prawo: 105°

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 12**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 1 – pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kompatybilnego procesora obrazu.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 13**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 12

Prosimy Zamawiającego o podanie modeli posiadanych videobronchoskopów.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada na wyposażeniu videobronchoskopy marki Pentax i Fujifilm.**

#### **Pytanie 14**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie parametru: Menu w języku polskim z wyświetlaczem LCD

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 15**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie myjni modułowej, każdy moduł posiada niezależną komorę na jeden endoskop

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 16**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 18

Prosimy o odpuszczenie parametru: przepływ środków pod stałym ciśnieniem

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie 17**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 24

Prosimy o odstąpienie od wymogu. Oferowane urządzenie nie wymaga podgrzewania środka dezynfekcyjnego, nie ma konieczności posiadania powiadomień o krytycznej temperaturze

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 18**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 25

Prosimy o dopuszczenie myjni umożliwiającej kontrolę procesu mycia i dezynfekcji trakcie cyklu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 19**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie myjni z pokrywą otwieraną i zamykaną manualnie

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 20**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 27

Prosimy o dopuszczenie urządzenia nie wymagającego samodezynfekcji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 21**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 28

Prosimy o dopuszczenie parametru: przepływ środka myjącego i dezynfekcyjnego przez kanały ze stałym ciśnieniem z trakcie zadanego czasu przepływu

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 22**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 35

Prosimy o dopuszczenie parametru: 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, po jednej w każdym zbiorniku, co powoduje stałe uzdatnianie wody

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 23**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 36

Prosimy o dopuszczenie: Identyfikacja endoskopów za pomocą kodów kreskowych lub czytnika RIFID

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 40

Prosimy o dopuszczenie parametru: automatyczne opróżnianie zbiornika na płyn dezynfekcyjny

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 25**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 41

Prosimy o dopuszczenie parametru: Możliwość ręcznego wypompowania środka myjącego

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 26**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie parametru: Możliwość ręcznego wypompowania alkoholu

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 27**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 45

Prosimy o dopuszczenie dwóch niezależnych zbiorników każdy z zanurzoną na stałe lampą UV

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 46

Prosimy o dopuszczenie: Funkcja sterowania dwoma komorami za pomocą dotykowych przycisków oddzielnie dla każdej z komór

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 29**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 47

Prosimy o dopuszczenie parametru. Każda z komór zasilana oddzielnym kablem. W przypadku awarii jednej komory druga może nadal pracować

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 30**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 48

Prosimy o dopuszczenie parametru: Niezależne zbiorniki na płyn myjący dla każdej z komór

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 31**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 49

Prosimy o dopuszczenie parametru: czytnik RFID oddzielny dla każdej z komór

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 50

Prosimy o dopuszczenie parametru: Przyłącze wody oddzielne dla każdej z komór. W przypadku awarii jednej komory druga może nadal pracować

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 33**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 51

Prosimy o dopuszczenie parametru: moduł bezpieczeństwa różnicowo prądowego (włącznik bezpieczeństwa) oddzielny dla każdej z komór

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 34**

Dotyczy załącznika nr 4 – część 2 – pkt. 52

Prosimy o dopuszczenie parametru: zestaw filtrów wstępnych wody dla każdej z komór.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i na <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

**Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 65/TP/AK/2024 z dnia 05/12/2024r.**

Z poważaniem,

**Adam Szałanda**

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika w Suwałkach