

Suwałki, dnia 21/05/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.169/35/TP/AK/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 35/TP/AK/2025**

Dotyczy: **Zakup i dostawa obłożen specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### UCZESTNIK 1

##### **Pytanie 1 Pakiet 01**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 5 szt. rozmiaru XL? Ilość taka jest wystarczająca do przeprowadzenia oceny jakościowej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

##### **Pytanie 2 Pakiet 03, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 3 Pakiet 03, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm, : folia PE 40 g/m<sup>2</sup> + wzmocnienie w strefie krytycznej włóknina PP, w części środkowej (owinięcie zestawu)

4 x Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 x Serweta na stół Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona

1 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

1 x Serweta otolaryngologiczna do zabezpieczenia głowy 100x100cm (turban 60x90cm) z dwoma wąskimi przylepcami, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

1 x Serweta 230x260cm z wycięciem „U” o wymiarach 20x100cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, zintegrowaną z 4 organizatorami przewodów po dwa otwory, ze wzmocnieniem o wymiarach 75x140cm, z dwoma wąskimi przylepnymi taśmami o szerokości 5 cm, i jedną taśmą o szerokości 15cm. W strefie mniej krytycznej odporność na przenikanie cieczy 120 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 110 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 56 N. W strefie krytycznej przenikanie cieczy 180 kPa, odporność na rozrywanie na sucho/mokro 180/172 kPa o współczynniku pylenia < 1,3 log<sub>10</sub> bez dwucentymetrowej nieprzylepnej końcówki przy paskach zabezpieczających taśmę lepną

5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4 Pakiet 03, pozycja 1**

Czy w związku z wydłużonym okresem przejściowym do 31.12.2028 r. na certyfikację wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 i tym samym na spełnienie odpowiednich wymogów regulacyjnych dotyczących UDI, Zamawiający dopuści zestaw z 4 etykietami z kodem EAN-13, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, do dokumentacji medycznej bez kodu UDI z etykietą umieszczoną w widocznym miejscu wewnątrz opakowania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UCZESTNIK 2****Pytanie 1 CZĘŚĆ 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 CZĘŚĆ 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z dołączonymi dwoma rękawkami w rozmiarze 30x40 cm wykonane z wysoko chłonnej, niepyłającej włókniny celulozowej o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 CZĘŚĆ 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z oznaczeniem rozmiaru poprzez nadruk bezpośrednio na fartuchu, na serwecie, w którą jest owinięty, oraz na naklejce?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 CZĘŚĆ 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporność na przenikanie cieczy min. 35 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające min. 3 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 CZĘŚĆ 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M – XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UCZESTNIK 3****Pytanie 1 Część 04**

Czy Zamawiający dopuści matę o absorpcji 4 l/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**


**UCZESTNIK 4****Pytanie 1 Część 1, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha z włókniny SMMMS posiadającego w okolicy karku rzep o długości 10 cm na jednej części i 10 cm na drugiej części fartucha, posiadającego oznaczenie rozmiaru za pomocą wszywki wszytej w fartuch widocznej przed rozłożeniem, posiadającego białą lamówkę, zgodność z normą EN 13795 potwierdzona dokumentami produktowymi, posiadającego dwa rękawiki w rozmiarze 30x40cm, wykonane z materiału spunlace o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 35 cm H<sub>2</sub>O, o wytrzymałości na wypychanie na sucho min. 80,6 kPa, o wytrzymałości na rozciąganie na mokro min. 82,10 N, posiadającego dwie naklejki typu TAG. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 Część 3, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu otolaryngologicznego o składzie i parametrach:



**1 140 × 190 cm**  
1 szt.



**2 80 × 145 cm**  
1 szt.



**3 100 × 150 cm**  
1 szt.



**4 200 × 290 cm**  
1 szt.



**5 30 × 40 cm**  
1 szt.

- 1 × **niebieska osłona na stół Mayo** 80×145cm, ze wzmocnieniem 60×145cm, składana teleskopowo
- 1 × **serweta na stół instrumentariuszki** 140×190cm, wzmocnienie 80×190cm,
- 1 × **serweta główna** o wymiarach 200×290cm z samoprzylepnym nycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7×65cm
- 1 × **serweta- turban** o wymiarach 100×150cm, z zakładką na dłoń oraz z wewnętrzną wzmocnioną serwetą do owinięcia głowy o wymiarze 80×130cm z przylepcami
- 1 × **kieszon jednokomorowa** z folii PE na instrumenty chirurgiczne 30×40cm

Servety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnionego włókniną Spunlace o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> (gramatura łączna 132g/m<sup>2</sup>), dobrze układającego się na pacjencie, w strefie krytycznej: odpornego na przenikanie płynów > 240 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałego na rozrywanie na mokro min. 200 kPa / sucho min. 340 kPa, wytrzymałego na rozciąganie wzdłużne na mokro min. 44N / sucho min. 168 N. Wszystkie servety pozbawione pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 2,4 log10). I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji min. półtoracentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna, taśmy lepne o szerokości 5 cm, zapewniające doskonałą przyczepność. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w torbę papierowo - foliową, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, oraz kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

## UCZESTNIK 5

### Pytanie 1 Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony ramienia C w rozmiarze 105x188 cm ±1 z trzema zintegrowanymi taśmami lepnymi do mocowania, wykonana z przezroczystej folii PE. Wyrób medyczny klasy I s. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy, zbiorczo pakowane po 20 szt./ karton. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

## UCZESTNIK 6

### Pytanie 1 Dotyczy pakiet 2

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Jednorazowa sterylna osłona na ramię C. Wymiary 104cm x 230 cm. Produkt posiadający rozcięcie ułatwiające zakładanie o długości 137cm oraz 2 pasy mocujące.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje iż zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-05-23 godz. 12:00 na dzień 2025-05-27 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2025-05-23 godz. 13:00 na dzień 2025-05-27 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 21/06/2025r. na 25/06/2025r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

**Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 35/TP/MN/2025 z dnia 14/05/2025r.**

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach