

Gdynia dnia: 2025-06-17

Pismo: CRZP/107/2025/AZP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawę chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym"** – znak sprawy **CRZP/107/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający w ramach zamówienia publicznego ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, prosimy o dopuszczenie równoważnych rozwiązań innych firm poza firmą Agilent.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na autosampler spełniający wszystkie parametry Zamawiającego, ale nie mający możliwości współpracy z systemami GC Agilent (6890N) oraz wyrazi zgodę na fabrycznie nowy komputer PC kompatybilny z oprogramowaniem równoważnym do OpenLab CDS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności nowego sprzętu z posiadanym już przez Zamawiającego systemem GC Agilent 6890N oraz zapewnienia ciągłości i spójności pracy z aktualnym oprogramowaniem i bazami danych analitycznych, Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie autosamplera oraz systemu komputerowego. Oferowany sprzęt i oprogramowanie muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym środowiskiem technologicznym Zamawiającego, w tym z chromatografem gazowym Agilent 6890N oraz z systemem OpenLab CDS, w celu zapewnienia ciągłości analiz, integralności danych oraz wymagań akredytacyjnych.

Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona