

Gdynia dnia: 2025-06-18

Pismo: CRZP/107/2025/AZP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawę chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym"** – znak sprawy **CRZP/107/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający wymaga, aby dostarczony autosampler był kompatybilny oraz w pełni sterowalny z aktualnie zainstalowanym oprogramowaniem we wspomnianym chromatografie gazowym 6890N?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany autosampler był w pełni kompatybilny oraz sterowalny z aktualnie zainstalowanym oprogramowaniem chromatografu gazowego Agilent 6890N. Wymóg ten ma na celu zapewnienie bezproblemowej integracji urządzenia z istniejącą infrastrukturą oraz zachowanie ciągłości procesów analitycznych.

2. Zamawiający wymaga, aby usterka usunięta w czasie 7 dni roboczych. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby wydłużyć ten czas, kiedy będzie konieczne ściągnięcie części z zagranicy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia usterki w wyjątkowych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy wymagane będzie sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach oraz przedstawienia szacowanego czasu realizacji. W pozostałych przypadkach termin 7 dni roboczych pozostaje wiążący.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu dotyczącego sprzętu zastępczego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku zapewnienia sprzętu zastępczego, mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia oraz możliwość tymczasowego wstrzymania pracy urządzenia bez istotnego wpływu na ciągłość funkcjonowania laboratorium. Odstąpienie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w których czas naprawy nie przekroczy racjonalnego okresu, o którym Wykonawca poinformuje niezwłocznie po stwierdzeniu usterki.

Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona