

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

I.dz.SZW.DZI.262.411/63/TP/WU/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.**

Numer referencyjny: **63/TP/WU/2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kapsułkę o parametrach: „Kapsuła do badania jelita cienkiego. Wymiary 25,4 x 11 mm. Waga 3,0 g. Ilość zapisywanych klatek na sekundę: 2-10 klatki/sekundę. Pole widzenia 172°. Żywotność baterii 12 godzin. Ilość pikseli obrazu: 512*512 pikseli. Oświetlenie 4 diod LED. Oferent w cenie zapewnia: użyczenie na okres wykonania badania zestawem do badania; każdorazowo na koszt wykonawcy; wykonanie przez wykonawcę odczytu i opracowania wyniku badania oraz przesłanie go do siedziby zamawiającego drogą elektroniczną oraz oryginału drogą pocztową na koszt wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublilco.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 63/TP/WU/2025 z dnia 20/08/2025r.

Zamawiający,
Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach