

Suwałki, dnia 14/10/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.521/73/PN/MN/2025

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 73/PN/MN/2025**

Dotyczy: **Zakup i instalacja oprogramowania do Tomografu Komputerowego i USG w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Dot. pkt. II. A. 3. Załącznika nr 5 PARAMETRY TECHNICZNE Oprogramowanie do Tomografu Komputerowego Canon TSX-303B/5K Aquilion Prime SP

W punkcie tym Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc. Jednakże, w opisie parametru omyłkowo pojawiły się wymogi dot. możliwości oceny przez moduł do subtrakcji płuc niedokrwienia jamy brzusznej/wątroby i węzłów chłonnych, co jest realizowane przez oprogramowanie do subtrakcji narządów miękkich, wymagane zapisami punktu 4 (wymogi dot. niedokrwienia jamy brzusznej/wątroby oraz węzłów chłonnych pojawiają się również w pkt. 4)

Pragniemy wskazać, że oprogramowanie do oceny płuc opisane w pkt. 3 nie ma możliwości oceny w wyżej wymienionym zakresie.

W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał, aby oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc i opisane w pkt. 3, zapewniało możliwość oceny niedokrwienia jamy brzusznej/wątroby oraz węzłów chłonnych i / lub poprawi oczywistą omyłkę pisarską i wykreśli z treści parametru w pkt. 3 wymóg dot. niedokrwienia jamy brzusznej/wątroby i węzłów chłonnych, zmieniając treść parametru w sposób następujący?:

3	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja i odejmowanie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, Możliwość oceny: dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu	TAK, opisać	
---	---	----------------	--

Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza i jednocześnie dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ w zakresie punktu II. A.. 3. Załącznika nr 5 PARAMETRY TECHNICZNE Oprogramowanie do Tomografu Komputerowego Canon TSX-303B/5K Aquilion Prime SP.

Pytanie 2.

Dot. pkt. II. A.. 4. Załącznika nr 5 PARAMETRY TECHNICZNE Oprogramowanie do Tomografu Komputerowego Canon TSX-303B/5K Aquilion Prime SP

W punkcie tym Zamawiający wymaga zaoferowania oprogramowania umożliwiającego wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze narządów miękkich. Jednakże, w opisie parametru omyłkowo pojawiły się wymogi dotyczące:

- *możliwości oceny obrazowania zaburzeń perfuzji płuc dla mikrozatorowości, co realizowane jest przez oprogramowanie do oceny subtrakcji płuc, wymaganej zapisami punktu 3 (wymóg dot. oceny mikrozatorowości pojawiają się również w pkt. 3);*
- *pakietu analizy blaszek miażdżycowych, pakietu oceny zwapnień naczyń wieńcowych, pakietu analizy funkcjonalnej lewej komory serca, pakietu automatycznej detekcji guzów płuc, pakietu oprogramowania analizy wątroby, które są wymagane do zaoferowania i realizowane przez oprogramowanie stacji diagnostycznych, opisane szczegółowo w pkt. B, C i D tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia.*

Pragniemy wskazać, że oprogramowanie do oceny narządów miękkich opisane w pkt. 4 nie ma możliwości oceny w wyżej wymienionym zakresie.

W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał, aby oprogramowanie do oceny narządów miękkich posiadało funkcje opisane powyżej i/lub poprawi oczywistą omyłkę pisarską, zmieniając treść parametru w sposób następujący?:

4	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną dla oceny narządów miękkich Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja i odejmowanie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, Możliwość oceny: dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą subtrakcyjną w obszarze narządów miękkich dla automatycznej oceny dystrybucji jodu w narządach miękkich, oceny perfuzji dla oceny guzów, zmian nowotworowych, zmian naczyniowych, niedokrwienia jamy brzusznej/wątroby, węzłów chłonnych, map przepływów, automatyczne: generowanie i prezentacja obrazu,	TAK, opisać	
---	---	----------------	--

Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza i jednocześnie dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ w zakresie punktu II. A.. 4. Załącznika nr 5 PARAMETRY TECHNICZNE Oprogramowanie do Tomografu Komputerowego Canon TSX-303B/5K Aquilion Prime SP.

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2025-10-20 godz. 12:00 na dzień 2025-10-22 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2025-10-20 godz. 13:00 na dzień 2025-10-22 godz. 13:00.
- termin związania ofert na dzień 2026-01-19

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ 2 zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i na www.e-propublicp.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 73/PN/MN/2025 z dnia 16/09/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach