

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

L.dz. SZW.DZI.262.635/89/PN/AK/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ z dnia 28/11/2025r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu i aparatury do diagnostyki obrazowej tj. RTG z ramieniem C w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Numer referencyjny: 89/PN/AK/2025

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że dokonuje sprostowania wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 28/11/2025r. w zakresie Uczestnika 2 pytanie 7. Pkt. 50. Załącznika nr 5 do SWZ; na to pytanie Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

7. Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada matrycę obrazu zapamiętanego 1520x1520 pikseli, 32 bit? Oferowany aparat posiada płaski detektor cyfrowy w technologii aSi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i na www.e-propublicp.pl. Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 89/PN/AK/2025 z dnia 27/10/2025r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

