

Suwałki, dnia 11/03/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.169/13/PN/AK/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 13/PN/AK/2026****Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy Zamówienia pn.: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Histopatologii tj. ciepłarka i dygestorium chemiczne w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Budżetu Województwa.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**UCZESTNIK 1****Pytanie nr 1****Pytania do część 2 Dygestorium chemiczne**

**Pytania do parametrów ogólnych: ad 1. W doborze dygestorium konieczny jest odpowiedni dobór materiału z jakich jest wykonana wykładka komory manipulacyjnej. Proszę o wskazanie materiału lub informację z jakimi odczynnikami w tym ich stężenie lub jakie procesy będą przeprowadzane wewnątrz dygestorium. ad**  
Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywał barwienie z wykorzystaniem alkoholu etylowego 99,9%, ksylen.

**ad 2. zapytanie do pkt. 3 Czy dopuszczą Państwo zastosowanie szyby hartowanej lub szyby z poliwęglanu.**  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Ad 3. zapytanie do pkt. 10 W odniesieniu do zapisu dotyczącego dostawy dygestorium z zintegrowanym wentylatorem zwracamy uwagę, że dobór wentylatora wymaga określenia parametrów instalacji wyciągowej (długość i średnica kanałów, liczba kolan, wymagany spręż dyspozycyjny, lokalizacja wyrzutu, odporność chemiczna wentylatora w tym czy stwierdzono ocenę ryzyka wybuchu). Bez tych danych nie jest możliwe prawidłowe określenie wydajności i sprężu wentylatora. Wnosimy o doprecyzowanie powyższych parametrów lub wnosimy o zmianę zapisu poprzez dopuszczenie dostawy dygestorium bez zintegrowanego wentylatora.**

Odpowiedź: Do wszystkich dygestorium zastosowano rurę spiro FI 160. Rura jest usytuowana w pionie z wyjściem na dach zakończona dwoma kolanami i kratką wylotową (z wyglądu fajka):



Długość pionów do około 3m.

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ** zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 13/PN/AK/2026 z dnia 18/02/2026 r.

Z poważaniem  
**Adam Szałanda**  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach