

Suwałki, dnia 08/04/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.228/30/TP/MN/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 30/TP/MN/2026**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Część I – aparat Echokardiograficzny na potrzeby Oddziału

Pytanie 1 dot. Lp. 68

Prosimy o potwierdzenie, że za spełniający wymagania zostanie uznany aparat mobilny posiadający zintegrowaną podstawę jezdną, o której mowa w punkcie 22, bez konieczności oferowania oddzielnego wózka transportowego - punkt 68.

Zastosowanie zewnętrznego wózka transportowego wymusza ofertowanie aparatu o konstrukcji laptopowej. Rozwiązanie to pozostaje jednak w bezpośredniej sprzeczności z pozostałymi parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UCZESTNIK 2

Pytania do Załącznik nr 5 do SWZ, część II -Aparat EKG

Pkt.41 - Czy Zamawiający omyłkowo wskazał w opisie akcesoria obejmujące przewody pacjenta (w tym dodatkowe komplety 3- i 7-odprowadzeniowe, 3-kanalowe), elektrody przyssawkowe i klipsowe oraz papier termiczny dla rejestratora holtera do EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, jednocześnie dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ tj. parametry techniczne poprzez Wykreślenie z opisu w/w wyposażenia w części II i przeniesienie go do części III czyli Holter EKG..

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie rozdziału 7.

Jest:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 35 dni roboczych.

powinno być:

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 35 dni.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublico.pl
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 30/TP/MN/2026 z dnia 03/04/2026r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach