

Suwałki, dnia 10/04/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.231/30/TP/MN/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 30/TP/MN/2026**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury kardiologicznej w ramach projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – OK I Krajowej Sieci Kardiologicznej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1**

Dotyczy: Część III – Holter EKG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z wymaganego wyposażenia elektrod przyssawkowych, elektrod klipsowych oraz papieru termicznego, mając na uwadze fakt, iż wskazany asortyment nie stanowi elementu wyposażenia holtera EKG?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w/w zapisu. Jednocześnie dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ tj. parametry techniczne.**

W związku z powyższym Zamawiający zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2026-04-13 godz. 12:00 na dzień 2026-04-14 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2026-04-13 godz. 13:00 na dzień 2026-04-14 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 12/05/2026r. na 13/05/2026r.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl)  
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 30/TP/MN/2026 z dnia 03/04/2026r.

Z poważaniem

**Włodzimierz Żaworonok**

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach