

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu do badań endoskopowych, urologicznych oraz okulistycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790319362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 562 95 82 ; 562 95 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SP ZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych, urologicznych oraz okulistycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f523194-3e64-4fcb-96ae-ac39299ee15c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00213854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042650/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Dostawa sprzętu do badań endoskopowych ,urologicznych oraz okulistycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=4cb2d0ee-edcb-462f-89f2-bd3f1bdf5987>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://e-propublico.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępni tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/TP/MN/2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 1,5m, ?1,5mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji szt. 2

2 Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, ?2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Ureterorenoskop kompaktowy (zintegrowana optyka 12°), średnica/rozmiar maks. części roboczej 9.9 charr., średnica/rozmiar dystalny maks. 8 charr., dł. robocza 430 mm, kanał roboczy "na wprost" do instrumentów o rozmiarze min. 5 charr., możliwość niezależnego wprowadzenia min. dwóch instrumentów (np. cewników, sond) o rozm. maks. 3 charr. szt. 1

2 Ureterorenoskop kompaktowy (zintegrowana optyka 5°), średnica/rozmiar maks. części roboczej 7.5 charr., średnica/rozmiar dystalny maks. 6 charr., dł. robocza 430 mm, kanał roboczy "na wprost" do instrumentów o rozmiarze min. 4 charr., możliwość niezależnego wprowadzenia min. dwóch instrumentów (np. cewników, sond) o rozm. maks. 2.2 charr. szt. 1

3 Ureterorenoskop kompaktowy (zintegrowana optyka 5°), średnica/rozmiar maks. części roboczej 6.5 charr., średnica/rozmiar dystalny maks. 4.5 charr., dł. robocza 430 mm, kanał roboczy "na wprost" do instrumentów o rozmiarze min. 3 charr. szt. 1

4 Optyka do resektoskopu, kąt patrzenia 30°, średnica 4 mm, dł. robocza optyki 300÷305 mm szt. 1

5 Optyka do resektoskopu XL, kąt patrzenia 25°, średnica 4 mm, dł. robocza optyki 340÷350 mm szt. 1

6 Elektroda tnąca (petla) monopolarna, do resektoskopu 22/24 Fr., średnica drutu 0.35 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. szt. 10

7 Elektroda koagulacyjna (wałek) monopolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. szt. 5

8 Elektroda koagulacyjna (kulka) monopolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. szt. 5

9 Elektroda tnąca (petla) bipolarna, do resektoskopu 22/24 Fr., średnica drutu 0.35 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. szt. 10

10 Elektroda tnąca (petla) bipolarna, do resektoskopu 24/26 Fr., średnica drutu 0.35 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. szt. 10

11 Elektroda koagulacyjna (wałek) bipolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., średnica wałka 1.2 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. szt. 5

12 Elektroda hakowa bipolarna, do resektoskopu 22/24 Fr. i 24/26 Fr., średnica wałka 1.2 mm, do optyk rozm. 4 mm i 12°/30°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. szt. 2

13 Elektroda tnąca (petla) monopolarna, do resektoskopu 24 Fr. - wydłużonym płaszczem, średnica drutu 0.3 mm, do optyk rozm. 4 mm i 25°, kolor kodu: zielony, wielorazowego uż. szt. 2

14 Elektroda koagulacyjna (wałek) monopolarna, do resektoskopu 24 Fr. - z wydłużonym płaszczem, do optyk rozm. 4 mm i 25°, kolor kodu: niebieski, wielorazowego uż. szt. 2

15 Płaszcz zewnętrzny do resektoskopu 22/24 Fr., z dziurkami irygacyjnymi w części dystalnej oraz bruzdami wzdłuż osi płaszcza tzw. „ryflowanie”, płaszcz z dwoma przyłączami typu luer oraz kranikami regulującymi (dopływ/odpływ), kraniki wymienne wykonane z tworzywa wpinane zatrzaskowo szt. 1

16 Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu 22/24 Fr., systemem zapięcia zatrzaskowego do elementu roboczego, końcówka dystalna skośna wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła szt. 1

17 Płaszcz zewnętrzny do resektoskopu 24/26 Fr., z dziurkami irygacyjnymi w części dystalnej oraz bruzdami wzdłuż osi płaszcza tzw. „ryflowanie”, płaszcz z dwoma przyłączami typu luer oraz kranikami regulującymi (dopływ/odpływ), kraniki wymienne wykonane z tworzywa wpinane zatrzaskowo szt. 1

18 Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu 24/26 Fr., systemem zapięcia zatrzaskowego do elementu roboczego, końcówka dystalna skośna wykonana z czarnego materiału ceramicznego umożliwiająca stosowanie skupionego strumienia irygacyjnego i zapobiegająca odbijaniu światła szt. 1

19 Płaszcz resektoskopu XL - wydłużony, obrotowy, rozm. 24 Fr. szt. 1

20 Element roboczy resektoskopu monopolarnego, aktywny, z zamkniętym uchwytem, do optyk rozm. 4 mm i 0°/12°/30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu szt. 1

21 Element roboczy resektoskopu bipolarnego, aktywny, z zamkniętym uchwytem, do optyk rozm. 4 mm i 0°/12°/30°, automatyczne i intuicyjne mocowanie elektrody dzięki zamkowi zatrzaskowemu szt. 1

22 Światłowód do optyk, dł. robocza min. 2300 mm, średnica wiązki światłowodowej 2.5-3.0 mm, wpinany na klik/zatrzask szt. 2

23 Uszczelka gumowa do kanałów roboczych/irygacyjnych m.in. cystoskopów i ureterorenoskopów, z otworem 0.8 mm, pomarańczowa (1 op.=10 szt.) op. 2

24 Membrana uszczelniająca do m.in. cystoskopów i ureterorenoskopów, średnica 7.5 mm, do stosowania instrumentów w rozm. 1 do 5 mm, żółta (1 op.=10 szt.) op. 2

25 Wkład roboczy - kleszcze chwytające urologiczne, bransze typu „szczęki szczupaka” wydłużone, średnica 5 Fr., dł.

- robocza 550 mm, do uchwytu serii HySafe R.Wolf szt. 2
- 26 Wkład roboczy - kleszcze chwytające urologiczne, bransze typu „zab myszy”, średnica 5 Fr., dł. robocza 550 mm, do uchwytu serii HySafe R.Wolf szt. 4
- 27 Wkład roboczy - kleszcze chwytające urologiczne, bransze typu „zab myszy”, średnica 4 Fr., dł. robocza 550 mm, do uchwytu serii HySafe R.Wolf szt. 4
- 28 Uchwyt do modułowych wkładów roboczych kleszczy chwytających HySafe, uchwyt z zabezpieczeniem przed przeciążeniem szt. 1
- 29 Włókno do lasera holmowego MegaPulse70+, rozm. 272 µm, wielorazowego uż. szt. 15
- 30 Włókno do lasera holmowego MegaPulse70+, rozm. 365 µm, wielorazowego uż. szt. 15
- 31 Włókno do lasera holmowego MegaPulse70+, rozm. 550 µm, wielorazowego uż. szt. 10
- 32 Zestaw drenów (wąż ssący + klamra), do posiadanej pompy ssącej Piranha 2208, jednorazowego uż., pakowane sterylne (1 op.=10 szt.) op. 1
- 33 Pojemnik/pułapka na skrawki morcelowanej tkanki, do posiadanej pompy ssącej Piranha 2208, jednorazowego uż. (1 op.=10 szt.) op. 1
- 34 Strzykawka urologiczna, dopęcherzowa (żaneta) 150 ml ze stałym stożkiem ,dł. 248 mm, wielorazowego uż. szt. 1
- 35 Zapasowy cylinder strzykawki dopęcherzowej 150 ml szt. 2
- 36 Ureterorenoskop giętki cyfrowy, wielorazowego uż., z limitowanym czasem pracy maks. 21h, kanał roboczo-irygacyjny 3.6 Fr./1.2 mm, kąt wygięcia końcówki G/D: 270°/270°, średnica wziernika: 8.5 Fr (końcówka dystalna 7.5 Fr), dł. robocza: 670 mm, pole widzenia: 110° szt. 15
- 37 Adapter do fiksacji włókna światłowodowego do urs, z dodatkowym portem umożliwiającym podłączenie irygacji, jednorazowego uż., pakowany sterylne (1 op.=25 szt.) op. 10
- 38 Szczotka czyszcząca do endoskopów giętkich (urs), do kanału roboczego o średnicy 1.0 - 1.5 mm, średnica szczotki 2 mm, dł. części czyszczącej 20 mm, dł. całkowita 1200 mm, jednorazowego uż. (1 op.=10 szt.) op. 10
- 39 Kleszcze chwytające - giętkie, rozm. maks. 3 Fr., bransze płaskie ząbkowane tzw. „zęby aligatora”, obie bransze ruchome, długość robocza 920 mm, wielorazowego uż. szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- 1 Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, 24/26 Fr., op 6 szt. szt. 1
- 2 Optyka HOPKINS 0st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt. 1
- 3 Optyka HOPKINS 30st, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna szt. 2
- 4 Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm szt. 2

5 Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opak. 10 szt. op. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Głowica U/S fakoemulsyfikacji i lansektomii szt. 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- 1 Nożyczki zagięte 23G, ostra końcówka 23G, długość części roboczej 19-20mm. Długość całkowita narzędzia 123mm. Narzędzie wykonane z tytanu szt. 2
- 2 Blefarostat Rabkin 0.5mm, 1x2 ząbki, platforma robocza prosta 6mm. Długość całkowita narzędzia 115mm. Narzędzie wykonane z tytanu szt. 2
- 3 Pęseta typu Kelman-McPherson o długości części roboczej 9.5mm, końcówka zagięta po kątem 45 stopni, długość końcówki 10.5mm. Długość całkowita narzędzia 90mm. Narzędzie wykonane z tytanu szt. 2
- 4 Imadło lekko zagięte, część robocza o grubości 9mm, bez zamka, okrągła rękojeść. Długość całkowita 109mm. Narzędzie wykonane z tytanu szt. 2
- 5 Rozwórka typu Liebermann rozkręcana 10mm, blansze otwarte. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 6 Rozwórka typu Liebermann rozkręcana 15mm, blansze otwarte. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 7 Haczyk typu Axenfield z trzema zębami, ostro zakończony, długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2
- 8 Haczyk typu Axenfield z trzema zębami, tępo zakończony, długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 9 Marker okulistyczny jednorazowy. W opakowaniu 5 sztuk op. 10
- 10 Pęseta typu Bonn zagięta z platformą roboczą o długości 5mm. Długość całkowita narzędzia 95mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2
- 11 Pęseta ddo spojówki typu Fechtner, pierścienie części roboczej o średnicy 0.8mm. Długość całkowita 105mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2
- 12 Pęseta typu Tuebingen zagięta z platformą roboczą o długości 6mm. Długość całkowita narzędzia 100mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 13 Pęseta typu Kelman-McPherson o długości części roboczej 7.5mm, końcówka zagięta po kątem 45 stopni. Długość całkowita narzędzia 100mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 14 Pean okulistyczny typu Mosquito prosty. Długość całkowita narzędzia 145mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2
- 15 Imadło typu Castroviejo proste, wymiary szczęk 14.0mm x 1.0mm, bez zamka. Długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 16 Imadło typu Castroviejo proste, wymiary szczęk 10.0mm x 1.0mm, bez zamka. Długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 17 Imadło typu Castroviejo proste, wymiary szczęk 10.0mm x 0.75mm, z zamkiem. Długość całkowita 140mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 18 Imadło typu Barraquer zagięte szczęki. Wymiary szczęk 9mm x 0.6mm, bez zamka. Długość całkowita narzędzia 100mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 19 Imadło typu Barraquer zagięte szczęki. Wymiary szczęk 10mm x 0.6mm, bez zamka. Długość całkowita narzędzia 135mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2
- 20 Nożyczki typu Jaffe zagięte, ostre końcówki, długość cięcia 8.0mm. Długość całkowita narzędzia 115mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 21 Nożyczki typu Vannas zagięte, ostrza ostre o długości 10mm, długość cięcia 8.0mm. Długość całkowita narzędzia 115mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 2
- 22 Nożyczki typu Westcott zagięte, ostrza tępe o długości 5mm. Długość całkowita narzędzia 145mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 23 Nożyczki typu Vannas zagięte, ostrza ostre o długości 7mm. Długość całkowita narzędzia 85mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 24 Nożyczki do kapsulotomii typu Vannas wygięte, ostrza ostre o długości 5mm. Długość całkowita narzędzia 85mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 25 Nożyczki do kapsulotomii typu Uriben-Stern zagięte do przodu, wklęsłe, ostrza zakrzywione. Długość całkowita narzędzia 85mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 26 Nożyczki oczne zagięte, tępe końcówki, duże oczka części chwytnej. Ostrza o długości 225mm. Długość całkowita 95mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 27 Nożyczki Knapp zezowe proste, końce tępe-tępe. Ostrza o długości 31mm. Długość całkowita narzędzia 103mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1
- 28 Osłonka na oko twardówkowa duża o wymiarach 22mm x 30mm. Para. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej szt. 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1 Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 poz. 1620 t.j.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszającymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy).

Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 7/04/2022 Dz. U. z 2024 poz. 1620 t.j.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty.

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.

Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ

pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-05-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://e-propublico.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-05-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-06-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3