

Kraków dnia: 2026-05-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków
DZP-271-14/26-545.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (22 grupy) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/.

Numer referencyjny: DZP-271-14/26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11

GRUPA 7 - Aparat do znieczulenia - 2 szt.

Dotyczy SWZ:

1. Pkt 10.03 - W związku z modyfikacją zapisu w punkcie 10.3 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych także dla Grupy 7.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych z wyjątkiem zadań:

- zad. 4 poz. 23, 26, 29, 36;
- zad. 7 poz. 40, 51, 87, 90, 91, 141, 143, 147;
- zad. 12 poz. 3, 12, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 47;
- zad. 13 poz. 50;
- zad. 14 poz. 3, 4, 13, 14, 46, 47;
- zad. 18 poz. 28, 52.

Dotyczy Załącznika nr 1 - zestawienie warunków i parametrów wymaganych - Grupa 7

1. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści zintegrowane z aparatem dwustopniowe oświetlenie przestrzeni roboczej z płynną regulacją światła LED?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V i czy dodatkowo ze względów bezpieczeństwa gniazda elektryczne mają posiadać automatyczne indywidualne bezpieczniki oraz w celu dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej mają być wyposażone w transformator separacyjny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści **minimum 3** dodatkowe gniazda elektryczne 230V i czy dodatkowo ze względów bezpieczeństwa gniazda elektryczne mają posiadać automatyczne indywidualne bezpieczniki oraz w celu dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej mają być wyposażone w transformator separacyjny.

3. Pkt 11. Prosimy o potwierdzenie, że prezentacja ciśnień gazów na ekranie głównym aparatu dotyczy zarówno gazów zasilających z instalacji centralnej jak i butli rezerwowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

4. Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej i. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści szybką zmianę stężeń O2, przepływu świeżych gazów sterowaną przy pomocy pokręteł?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny sterowany elektronicznie mieszalnik świeżych gazów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. Pkt 20. Czy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa podczas stosowania techniki minimal i low flow Zamawiający oczekuje wyświetlania wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

8. Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z przepływem wdechowym o zakresie do 120l/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat do znieczulenia z przepływem wdechowym o zakresie **min. 120l/min.**

9. Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści dodatkowy zbiorczy przepływomierz świeżych gazów który daje możliwość odczytu przepływu świeżych gazów w razie wystąpienia awarii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

10. Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez podgrzewanego układu oddechowego natomiast z podgrzewanymi czujnikami przepływu (bez możliwości wyłączenia podgrzewania przez użytkownika)? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

11. Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do tlenoterapii biernej stosowanej podczas znieczuleń przewodowych z przepływem do 10 l/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

12. Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści regulowaną zastawkę nadciśnieniową APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie z koniecznością skręcania do minimum?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

13. Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności 1,37l z możliwością wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu i sygnalizacja odłączenia pochłaniacza.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności **min. 1,37l** z możliwością wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu i sygnalizacja odłączenia pochłaniacza

14. Pkt 40. Czy Zamawiający przyzna również punkty za unikalny tryb wentylacji PSV Pro z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej na wypadek bezdechu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

15. Pkt 43. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z funkcją pauzy na 1 min, z prezentacją czasu pozostałego do zakończenia pauzy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

16. Pkt 44. Czy w związku z protekcyjną wentylacją płuc w trakcie znieczulenia przy stosowaniu manewru rekrutacji wielostopniowej ma być również wyświetlana wartość podatności płuc przy każdym etapie procedury?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

17. Pkt 45. Czy Zamawiający dopuści zakres PEEP: wyłączony, 4 - 30 cm H₂O

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

18. Pkt 46. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu od 2:1 do 1:8?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

19. Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji częstości oddechowej od 4 do 100 odd/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

20. Pkt 48. Czy zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego od min 5 do 60 cmH₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

21. Pkt 49. Czy Zamawiający dopuści regulacje ciśnienia wspomagania od 2 do 40 cmH₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza regulacje ciśnienia wspomagania od **min. 2 do 40** cmH₂O

22. Pkt 50. Czy Zamawiający dopuści regulację objętości oddechowej od 20 do 1500 ml w trybach objętościowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

23. Pkt 51. Czy Zamawiający przyzna również punkty za zakres objętości oddechowej w trybie ciśnieniowo zmiennym PCV od 5 do 1500ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

24. Pkt 52. Czy Zamawiający dopuści regulacje czasu wdechu od 0,2 do 5,0 sek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

25. Pkt 53. Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją szybkości narastania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

26. Pkt 55. Czy Zamawiający dopuści aparat z wyzwaniem przepływowym w zakresie 0,2 do 10 l/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aparat z wyzwaniem przepływowym w zakresie **min. 0,2 do 10 l/min.**

27. Pkt 56. Czy Zamawiający dopuści aparat z wyzwaniem przepływowym w zakresie 0,2 do 10 l/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca zadał pytanie co do treści punktu 55, w którym Zamawiający dopuszcza aparat z wyzwaniem przepływowym w zakresie 0,2 do 10 l/min. Wymóg SWZ opisany w punkcie 56 pozostaje bez zmian.

28. Pkt 65. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością zapisu 250 alarmów? Większa ilość zapisów dostępna jest w trybie serwisowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

29. Pkt 68. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z prezentacją wdechowej i wydechowej objętości minutowej MV na podstawie której można wyliczyć przeciek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

30. Pkt 76. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie 3 krzywych jednocześnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wyświetlanie do **min. 3 krzywych** jednocześnie.

31. Pkt 79. Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora niewbudowany w korpus aparatu o przekątnej 15 " o rozdzielczości 1024 x 768?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

32. Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów graficznych i numerycznych Plateau i Pmean, ale z trendami podatności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

33. Pkt 83. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie trendów w osobnej zakładce na ekranie aparatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

34. Pkt 84. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością kopiowania dzienników błędów zdarzeń, alarmów do pamięci USB?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

35. Pkt 85. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia ze stale wyświetlanym na ekranie czasie oraz z wbudowanym stoperem umożliwiającym monitorowanie czasu trwania zabiegu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

36. Pkt 86. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez funkcji timera? Funkcja timera dostępna jest zazwyczaj w monitorach funkcji życiowych które wchodzi w skład stanowiska do znieczulenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

37. Pkt 87. Czy Zamawiający przyzna również punkty za możliwość zapisu min. 6 - ciu pętli spirometrycznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści możliwość zapisu **min. 6 - ciu pętli spirometrycznych**, ale bez przyznania punktów.

38. Pkt 90. Czy Zamawiający przyzna również punkty za prezentację ciśnień gazów, objętości oddechowej na ekranie głównym aparatu do znieczulenia? Jest to rozwiązanie dużo bardziej ergonomiczne

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

39. Pkt 91. Prosimy o wykreślenie tego punktu ponieważ jest to cecha charakterystyczna tylko jednego producenta aparatów do znieczulenia, co znacznie ogranicza złożenia konkurencyjnej oferty

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

40. Pkt 97. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacją podciśnienia napędzany powietrzem, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

41. Pkt 98. Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający dopuści automatyczny z interakcją użytkownika test kontrolny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

42. Pkt 100. Czy Zamawiający dopuści aparat i monitor różnych producentów bez kompatybilności modułowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Załącznika nr 1 - Warunki gwarancji i serwisu

43. Pkt 1 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

" eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

" samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

" celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,

" uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy"

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis pkt 1 „Warunków gwarancji i serwisu”, który otrzymuje brzmienie:

Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt (i oprogramowanie – dotyczy grupy 4) na okres min. 24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.

44. Pkt 3 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

"Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji."?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Pkt 4 Z uwagi na specyfikę urządzenia medycznego czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby weryfikacja złożonej reklamacji odbywała się w ciągu 48 godzin w dni robocze?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

46. Pkt 5 Z uwagi na specyfikę urządzenia medycznego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalną diagnostykę (np. poprzez rozmowę telefoniczną z inżynierem serwisu lub połączenie zdalne z urządzeniem)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na połączenie telefoniczne, nie wyraża zgody na połączenie zdalne.

47. Pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:

"Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy po 3 nieskutecznej naprawie tego podzespołu w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis złącznika nr 6 do SWZ pkt. 6 - warunki gwarancji i serwisu, który dla GRUPY 7 otrzymuje brzmienie: "Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy po 3 nieskutecznej naprawie tego podzespołu w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."

48. Pkt 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wyłącznie w wersji elektronicznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy wzoru umowy:

49. §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność wynagrodzenia nastąpiła do 45 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

50. §9 ust. 2 ppkt 1), 2) i 3)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od

umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

51. §9 ust. 3

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

52. §9 ust. 6

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Dodatkowo wskazujemy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie przewidzianym we wzorze Umowy jest sprzeczne z celem i istotą tego postanowienia. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 17

1 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów, pkt. 5 „Pojemność komory min. 72 litrów”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wielkości komory 145l? Pozwoli to na jednoczesne procesowanie większej ilości butów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów, pkt. 8 „3 dysze obrotowe oraz 7 stałych dysz natryskowych”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ramiona myjące? Dysze są bardziej odpowiednie dla wsadu typu kaczk i baseny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów, pkt. 11 „Mycie i dezynfekcja parą w całym urządzeniu (w tym w komorze, zbiorniku na wodę oraz spuszcie) przy minimalnym zużyciu wody i energii”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji dezynfekcji parą? Dezynfekcja parowa jest popularna w urządzeniach do dezynfekcji kaczek i basenów a nie obuwia operacyjnego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

4 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów, pkt. 19 „Maksymalna moc 7,5 kW +/- 5%.”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 9,3 kW?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów, pkt. 26 „Pompa cyrkulacyjna min 600 l/min.”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pompą o mocy 500l/min.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów

Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?

Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na jego jakość np. (blokada obrotu ramion spowodowana wystawianiem elementów ładunku, strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów

Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga, aby zasobnik na sól regeneracyjną o pojemności przynajmniej 2 kg umiejscowiony był w drzwiach?

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w pozycji wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków, aby uzyskać dostęp do zbiornika na sól.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9 – dotyczy grupy 17 – Myjnia do butów

W placówkach medycznych coraz częściej używane jest obuwie operacyjne z wyjmowanymi wkładkami również poddawanych dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość mycia w jednym cyklu zarówno butów jak i wkładek do butów, umieszczanych na osobnym koszu w specjalnie przystosowanym do tego stelażu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE 18

Pytanie dotyczące grupy nr 11:

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach:

pęseta mikrochirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, zakrzywiona długość całkowita 150mm, średnica końcówki roboczej 0,3mm, końcówka bez oczka, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana, narzędzie zbalansowane (wyważone)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE 19

Dotyczy „Grupa 1 - Zestaw do laparoskopii – Blok operacyjny ginekologiczny”.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, nie starszy niż 2025 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/installacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pytania dotyczą Załącznika nr 6 „Warunki gwarancji i serwisu”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: **Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt (i oprogramowanie – dotyczy grupy 4) na okres**

min. 24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie gwarancji poprzez wykreślenie sformułowania „bez wyłączeń” oraz doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej.

Aktualne brzmienie zapisu prowadzi do nieograniczonego rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy, obejmującego także okoliczności pozostające poza jego kontrolą, co jest niezgodne z naturą gwarancji oraz standardami rynkowymi.

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o: usunięcie zapisu „bez włączeń”, wprowadzenie katalogu sytuacji, w których gwarancja nie znajduje zastosowania.

Proponujemy uzupełnienie postanowień umowy poprzez wskazanie, że gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- ingerencji osób trzecich, w tym nieautoryzowanego serwisu lub napraw,
- eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub warunkami technicznymi,
- naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych,
- uszkodzeń wynikających ze zdarzeń zewnętrznych (np. przepięcia, zalania, siła wyższa).

W ocenie Wykonawcy powyższa zmiana zapewnia zachowanie równowagi kontraktowej stron oraz odpowiada standardom rynkowym, nie ograniczając jednocześnie uprawnień Zamawiającego w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis pkt 1 „Warunków gwarancji i serwisu”, który otrzymuje brzmienie:

Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt (i oprogramowanie – dotyczy grupy 4) na okres min. 24 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.

PYTANIE 20

1. Czy Zamawiający w zakresie Grupy 10, 16 i 18 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający w zakresie Grupy 10 poz. 8 „Zestawienie warunków i parametrów wymaganych” wyrazi zgodę na wykreślenie „Elektroda nosowa, igłowa, bipolarna, zagięta, dł. rob. 10 cm z powodu braku dostępności produktu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i w „Zestawieniu warunków i parametrów wymaganych” w Grupie 10 wykreśla pozycję nr 8 „Elektroda nosowa, igłowa, bipolarna, zagięta, dł. rob. 10 cm.

II. Zamawiający koryguje odpowiedź nr 3 dla PYTANIA 5.3 w piśmie „Wyjaśnienia treści SWZ” z dnia 08.05.2026 r. /nr pisma DZP-271-14/26-517.AF/, która otrzymuje brzmienie:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, Rozporządzeniu MDR obowiązkowi oznakowania znakiem CE ani innym specjalnym wymogom posiadania atestów, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Wyroby te Spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i przeznaczone są przez producenta do pracy w środowisku bloku operacyjnego/sali operacyjnej, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawki VAT 23% w pozycjach 25 i 64 w grupie 18.

Zamawiający
Dyrektor
Dr n. o zdr. Jacek Żak