



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Suwałki, dnia 22/06/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.440/59/TP/AK/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 59/TP/AK/2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia pn.: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia mebli medycznych w Poradni Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach: zadanie nr 1. projektu pn.: " Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027**

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Część 2. Stół do gipsowania –1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół do gipsowania o parametrach jak niżej?:

Cztero - segmentowa powierzchnia robocza (segment głowy, pleców,siedziska,segment nożny)
Napęd stołu elektromechaniczny,
Stół osadzony na elektromechanicznej regulowanej kolumnie
Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego
Podstawa stołu, kolumna oraz spodnie części segmentu głowy, pleców, siedziska obudowane tworzywową osłoną w kolorze białym która gwarantuje łatwość i szybkość dezynfekcji .
Jezdna podstawa -kółka 75mm z indywidualną blokadą hamulcami
Podstawa wyoblona bez wystających ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego o Długość x szerokość podstawy fotela 900 x 600mm .
Całkowita długość stołu w pozycji leża 2000mm
Szerokość powierzchni roboczej leża 620mm
Regulacja wysokości elektromechaniczna 650-950mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz nożnego przewodowego panelu sterującego
Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna -10/+70° sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz nożnego przewodowego panelu sterującego
Regulacja rozdzielnego segmentu nożnego 0/-85° za pomocą uchwytów sprężyn gazowych
Manualna regulacja segmentu głowy +/-30° za pomocą przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców
Pozostałe niezbędne wyposażenie do stołu : -para euro listew na segmencie pleców do montażu wyposażenia dodatkowego 1 para; -wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt 1;
Możliwość wyboru koloru tapicerki min 20 kolorów
Nośność stołu 180kg



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 25/06/2026r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 26/06/2026r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą: 24/07/2026r.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: **59/TP/AK/2026** z dnia 16/06/2026 r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach