

Suwałki, dnia 07/07/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.459/64/TP/WU/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 64/TP/WU/2026

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczającą tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania.**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytania do pakietu 15

OPZ załącznik 5

Pkt 6

Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od wymogu przystąpienia do naprawy niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 36 godzin od przyjęcia zgłoszenia, w przypadku, gdy zostanie dostarczony sprzęt zastępczy lub gdy dany produkt został wycofany z produkcji i nie jest już objęty wsparciem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pkt 7

Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie od wymogu zakończenia naprawy w ciągu 3 dni lub – w przypadku braku takiej możliwości – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim pisemnym

zawiadomieniu o przyczynach opóźnienia, w sytuacji gdy zostanie dostarczony sprzęt zastępczy lub gdy dany produkt został wycofany z produkcji i nie jest już objęty wsparciem producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pkt 9

Czy Zamawiający odstąpi od postanowień dotyczących możliwości zlecenia tzw. wykonania zastępczego w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii lub przeprowadzenia konserwacji/przeglądu technicznego, w sytuacji gdy opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z braku dostępności części zamiennych lub ograniczeń po stronie producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę , po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

Pkt 10

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu określającego, że w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia awarii wynosi 7 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego, mając na uwadze, że czas dostawy części zamiennych może być uzależniony od producenta lub dystrybutora i pozostaje poza kontrolą Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pkt 12

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu zobowiązującego Wykonawcę do dostarczenia dokumentu potwierdzającego zakup części zamiennych użytych do naprawy aparatury medycznej w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania przesłanego pocztą elektroniczną (e-mail)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza protokół naprawy producenta aparatury medycznej

Pkt 15

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu określającego, że termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia lub dostarczenia sprzętu do siedziby Wykonawcy w przypadku wysyłki, w sytuacji gdy zostanie dostarczony sprzęt zastępczy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

UCZESTNIK 2

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, mając na uwadze wybór najkorzystniejszej oferty oraz

zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług serwisowych, wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 5 pozycję 5 (szyna do ćwiczeń biernych CPM K1 Standard) do odrębnego pakietu, biorąc pod uwagę, że są to

wyspecjalizowane wyroby medyczne znacząco różniące się od pozostałych urządzeń objętych pakietem pod

względem technologii, oprogramowania, wymagań producenta oraz specyfiki obsługi serwisowej, a ich wydzielenie umożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis posiadający odpowiednie certyfikaty, personel regularnie

szkolony przez producenta, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz aktualną wiedzę techniczną dotyczącą

najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych tych urządzeń, co gwarantuje realne i rzetelne wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami producenta oraz przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pacjentów i personelu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu,

zagwarantowania wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami

producenta oraz potwierdzenia znajomości aktualnej budowy technicznej urządzeń, zmian konstrukcyjnych,

procedur serwisowych, aktualizacji oprogramowania, komunikatów bezpieczeństwa oraz innych zmian wprowadzanych przez producenta, wprowadzi wymóg przedstawienia aktualnych certyfikatów potwierdzających

odbycie przez personel serwisowy szkoleń producenta w okresie ostatnich 24 miesięcy, co da gwarancję, że czynności serwisowe będą wykonywane przez osoby posiadające dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej, narzędzi diagnostycznych, oprogramowania i procedur producenta, a tym samym zapewniające utrzymanie urządzeń w stanie zgodnym z wymaganiami dla wyrobów medycznych oraz bezpiecznym dla pacjentów i użytkowników?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 2:

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1;

3) za niewykonanie naprawy/przeglądu okresowego w wysokości 5% wartości brutto danej naprawy/przeglądu okresowego liczonej wg. zaakceptowanej kalkulacji wstępnej/wartości danego przeglądu;

4) za zwłokę w sporządzeniu kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto umowy;

5) za niesporządzenie kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto danej naprawy; za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _____ na adres e-mail: _____.]

Odpowiedź: Tak, faktury@szpital.suwalki.pl

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §1 ust. 11 - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu: „Po godzinach pracy Zamawiającego i w dni nie robocze - soboty, niedziele i święta dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne, które niezwłocznie zostaną potwierdzone zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 32

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §1 ust. 12 - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu: „Natomiast w przypadku wykonania usługi w serwisie Wykonawcy, **raport serwisowy zostanie przesłany po wykonaniu usługi wraz z urzędzeniem**”.

Powyższa prośba wynika z faktu, że raporty serwisowe wysyłane są automatycznie z systemu rozliczania usług Wykonawcy na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, dlatego nie ma

możliwości przekazania bezpośrednio dokumentów Użytkownikowi wraz z urządzeniem.

Odpowiedź: . Zamawiający dopuszcza zarówno wysyłkę raportu serwisowego z urządzeniem jak i również pocztą elektroniczną. **Załącznik nr 2 - §1 ust. 12 otrzymuje brzmienie :**

„Wykonanie napraw określonych niniejszą umową następuje po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem **Zamawiającego**, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie raportu serwisowego zawierającego szczegółowy zakres wykonanych czynności i użytych części zamiennych, potwierdzonego czytelnym podpisem i pieczętą imienną osoby upoważnionej przez Wykonawcę wraz z datą wykonania, bezpośrednio po wykonaniu usługi, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po wykonaniu usługi. Natomiast w przypadku wykonania usługi w serwisie Wykonawcy, raport serwisowy zostanie przesłany po wykonaniu usługi wraz z urządzeniem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: d.michalowska@szpital.suwalki.pl”

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §1 ust. 14 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu (nieobjętego zaleceniami producenta danego urządzenia), Wykonawca przedstawi każdorazowo Zamawiającemu informację o tym fakcie oraz **kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin według stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy oraz** koszty wymiany części zamiennych. Wymiana nastąpi po akceptacji wyceny przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis , który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu (nieobjętego zaleceniami producenta danego urządzenia), **Wykonawca** przedstawi każdorazowo **Zamawiającemu** informację o tym fakcie oraz kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin według stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy **oraz** koszty wymiany części zamiennych. Wymiana nastąpi po akceptacji wyceny przez Zamawiającego”.

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §2 ust. 6 - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu: „po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym”.

Faktury będą wystawiane za pośrednictwem systemu KSeF, w związku z czym Wykonawca nie ma możliwości dołączenia do nich dodatkowych załączników.

Odpowiedź: Potwierdzeniem wykonania usługi przez Wykonawcę będzie raport serwisowy wysłany drogą elektroniczną.

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §2 ust. 11 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca zobowiązuje się wymienić je po pisemnym zaakceptowaniu **kosztorysu naprawy** przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §3 ust. 4 - dla pakietu nr 32

1. *Prosimy o wydłużenie terminu do **7 dni roboczych** na dostarczenie sprzętu zastępczego.*
2. *Prosimy o dodanie zapisu: „Każdorazowo konieczność użyczenia sprzętu zastępczego powinna wynikać z pisemnego zgłoszenia Zamawiającego na adres mailowy: ats.acp@bbraun.com”.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 32

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §4 ust. 1 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do **7 dni roboczych** od otrzymania zlecenia w formie e-maila **lub od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy**”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 32

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §4 ust. 3 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę zapisu na: „Sporządzenie kalkulacji cenowej naprawy musi nastąpić w ciągu **5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy**”.

Wykonanie diagnostyki i przedstawienie kosztorysu naprawy ze względów technicznych jest możliwe tylko w siedzibie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 32

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §4 ust. 4 - dla pakietu nr 32

1. Prosimy o zmianę terminu z 10 na **21 dni roboczych** od momentu akceptacji kalkulacji w sytuacji, gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy.
2. Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu: „Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)” lub alternatywnie dopuszcza pisemne oświadczenie Wykonawcy w ramach potwierdzenia zamówienia części z zagranicy?

Przedstawienie dowodu zakupu przez Wykonawcę jest niemożliwe z uwagi na zakup części w różnych okresach oraz umowę koncernową, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wydłużonym terminie wykonania naprawy.

Odpowiedź: W przypadku wydłużającej się naprawy i braku możliwości potwierdzenia u dostawcy zagranicznego Zamawiający wyraża zgodę na pisemne oświadczenie Wykonawcy o wydłużającym się okresie naprawy.

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §4 ust. 5 - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu w §4 ust. 5. W przypadku konieczności wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądu technicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębny kosztorys, który po akceptacji Zamawiającego będzie zafakturowany jako usługa naprawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §4 - dla pakietu nr 32

Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku konieczności przesłania aparatury do serwisu producenta (poza granice RP) termin przedstawienia zakresu i kosztów naprawy wydłuża się do 21 dni roboczych. Wykonawca na czas przedstawienia kosztów i realizacji naprawy zobowiązany jest dostarczyć

nieodpłatnie aparaturę zastępczą, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż aparatura naprawiana lub zabrana do naprawy/przeglądu na prośbę Zamawiającego. Jeżeli warunkiem prawidłowego działania aparatury jest kompatybilność z innymi urządzeniami, to aparatura zastępcza również musi być z nimi kompatybilna”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 32

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §5 ust. 4 - dla pakietu nr 32

1. Prosimy o zmianę zapisu na: „Każda naprawa poprzedzona będzie **płatną** diagnostyką i **przygotowaniem przez Wykonawcę kosztorysu naprawy** z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w § 7), **płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy**”.
2. Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki powiększonymi o stawkę podatku VAT w wysokości 23%”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §5 ust. 5 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku napraw z wykorzystaniem części zamiennych Wykonawca przedstawi do akceptacji **kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin według stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy oraz koszty wymiany części zamiennych**, które będą rozliczone na jednej fakturze **jako usługa naprawy**”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - §9 - dla pakietu nr 32

Prosimy o dodanie zapisu: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 2 lit. e - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu, że kosztorys naprawy zawiera termin wykonania usługi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z terminami wskazanymi w §4.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 6 - dla pakietu nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że czas przystąpienia do naprawy w ciągu 36 godzin jest rozumiany jako kontakt z użytkownikiem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 7 - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia naprawy według terminów wskazanych w §4.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 10 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę terminu na **21 dni** roboczych od dnia akceptacji kosztorysu naprawy. Jednocześnie wskazujemy na rozbieżności pomiędzy terminem wskazanym w OPZ (7 dni roboczych) a terminem w umowie - §4 ust. 4 (10 dni roboczych).

Odpowiedź: Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 10 zostaje poprawiony i otrzymuje brzmienie:

"Jeśli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia awarii wynosi 10 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia kosztorysu naprawy przez Zamawiającego."

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 12 - dla pakietu nr 32

Prosimy o usunięcie zapisu w OPZ ust. 12 Powyższa prośba wynika faktu, iż jako autoryzowany serwis mamy podpisaną umowę koncernową, w której jest mowa o tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności danych. Gwarantujemy, że ceny części zamiennych użytych do napraw nie będą wyższe od cen sugerowanych przez producenta oraz cen rynkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza protokół naprawy producenta aparatury medycznej

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 5 (OPZ) - ust. 14 - dla pakietu nr 32

Prosimy o zmianę okresu gwarancji z 12 na **6 miesięcy**.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy pakietu nr 32

1. *Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład zestawów z poz. 1, 2, 5, 6, 7.*
W skład w/w zestawów z pewnością wchodzi różne elementy, a każdy z nich musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.
2. *Prosimy o podanie brakujących numerów seryjnych urządzeń z poz. 3 - GA670, poz. 18 - GN640.*
3. *W poz. 10 - GA676 Zamawiający wyszczególnił 2 szt. w kolumnie „ilość”, natomiast w kolumnie „Typ” podano tylko 1 numer seryjny - prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego w zakresie ilości lub podanie drugiego numeru seryjnego.*
4. *Prosimy o zmianę ilości przeglądów w formularzu asortymentowo-cenowym z 2 na 1 dla poz. 2, 3, 6, 10, 11, 15 (elementy Zestawu Acculan 3Ti) lub alternatywnie potwierdzenie wykonania przeglądów tych pozycji do grudnia 2027 roku z uwagi na wycofanie urządzeń z obsługi serwisowej i brak dostępu do części zamiennych.*

stanowiła skumulowaną wartość przeglądów wszystkich urządzeń z tego zestawu.

Pozycja	Nazwa produktu	Produkt	Nr seryjny	Umowa	Grupa produktowa
---------	----------------	---------	------------	-------	------------------

1	MICROSPEED UNI SILNIK TREPA- NACYJNY	GD685	767	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI KABEL SILN.D.STEROW.NOŻNY	GD672	4463	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI XS SILNIK HIGHSPEED	GD675	731	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI XS SILNIK HIGHSPEED	GD675	735	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI JEDN.STE- ROW.Z JEDN.CHŁOD.	GD670	4121	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	HI-LINE XS UCHWYT KRANIO- TOMU	GB740R	3219	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI KABEL SILN.D.STEROW.NOŻNY	GD672	4476	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI XS SILNIK HIGHSPEED	GD675	734	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI SILNIK TREPA- NACYJNY	GD685	752	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI JEDN.STE- ROW.Z JEDN.CHŁOD.	GD670	4116	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI JEDN.STE- ROW.Z JEDN.CHŁOD.	GD670	4117	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI STEROWANIE NOŻNE 1 PEDAL	GD668	1330	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI STEROWANIE NOŻNE 1 PEDAL	GD668	1311	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI STEROWANIE NOŻNE 1 PEDAL	GD668	1308	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny

1	MICROSPEED UNI KABEL SILN.D.STEROW.NOŻNY	GD672	4525	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI SILNIK TREPA- NACYJNY	GD685	4463	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI XS SILNIK HIGHSPEED	GD675	758	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
1	MICROSPEED UNI KABEL SILN.D.STEROW.NOŻNY	GD672	4467	umowa gene- ryczna	Zestaw Micro- speed Uni
1	MICROSPEED UNI SILNIK TREPA- NACYJNY	GD685	751	umowa gene- ryczna	Zestaw Neuro- chirurgiczny
2	ACCULAN 3TI NASADKA FREZU HARRIS	GB654R	3365	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI NA- SAD.WIERTN.OPR.TRÓJSZ.DUŻY	GB638R	9461	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI WIERTARKA I FRE- ZARKA	GA672	5239	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI NASADKA FREZU HARRIS	GB654R	2322	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI PIŁA OSCYLA- CYJNA	GA673	4582	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI NASADKA DRUTU SZPIKOW.UNIW.	GB643R	4357	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH	GA676	26932	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH	GA676	26906	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
2	ACCULAN 3TI ŁADOWARKA	GA677	8299	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti

3	ACCULAN 3TI DERMATOM	GA670	712	umowa gene-ryczna	Zestaw Accu-lan 3Ti
4	PROJEKTOR ZIMNEG.ŚWIATŁA STD 150W 230V.	OP915	1789	umowa gene-ryczna	Zestaw Laparo-skopowy
5	ACCULAN 3TI DERMATOM	GA670	244	umowa gene-ryczna	Zestaw Accu-lan 3Ti
5	ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH KRÓTKI	GA666	1906	umowa gene-ryczna	Zestaw Accu-lan 3Ti
5	ACCULAN 3TI ŁADOWARKA	GA677	4611	umowa gene-ryczna	Zestaw Accu-lan 3Ti
5	ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH KRÓTKI	GA666	1867	umowa gene-ryczna	Zestaw Accu-lan 3Ti
5	ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH KRÓTKI	GA666	3411	umowa gene-ryczna	Zestaw Accu-lan 3Ti
6	19" MONITORA PŁASKIEGO	PV949	08-126208	umowa gene-ryczna	Zestaw Arto-sroskopowy
6	ZRÓDŁO ŚWIATŁA KSENO-NOW.300 WATT	OP932	2228	umowa gene-ryczna	Zestaw Laparo-skopowy
6	POMPA PLUCZACA FLUID3 STE-ROW.CISNIEN.	PG070	811CE153	umowa gene-ryczna	Zestaw Laparo-skopowy
6	MONITOR LCD 23" FULL HD	PV944	08-125046	umowa gene-ryczna	Zestaw Laparo-skopowy
6	FLOW40 INSUFLATOR	PG080	0801CE6147	umowa gene-ryczna	Zestaw Laparo-skopowy

6	OPTYKA SZEROKOKATNA SR.10MM O ST.330MM	PE889A	516564	umowa gene- ryczna	Zestaw Laparo- skopowy
6	WÓZEK DO ENDOSKOPII Z IZO- CZUJNIKIEM	PV881	1090	umowa gene- ryczna	Zestaw Arto- sroskopowy
6	FULL HD CMOS JEDNOSTK.STE- RUJĄCA KAMERĄ	PV470	593556	umowa gene- ryczna	Zestaw Laparo- skopowy
6	FULL HD CMOS KAM.GLOW.Z OBIEKT.ZMIENN.	PV472	592913	umowa gene- ryczna	Zestaw Laparo- skopowy
7	ACCULAN 4 WIERTARKA I FRE- ZARKA	GA330	384	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
8	ACCULAN 4 PIŁA OSCYLACYJNA	GA331	383	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
9	ACCULAN 3Ti AKUMULATOR NIMH	GA676	46234	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
10	ACCULAN 3Ti AKUMULATOR NIMH	GA676	46238	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
11	ACCULAN 4 NA- SAD.WIERTN.OPR.TRÓJSZ.UNIW.	GB620R	236	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
12	ACCULAN 4 NASADKA DRUTU SZPIKOW.UNIW.	GB641R	341	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4

13	ACCULAN 4 NASADKA FREZU HARRIS	GB670R	184	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
14	Siatkownica do skóry kpl.	BA720R	5110	umowa gene- ryczna	Zestaw Accu- lan 3Ti
15	ACCULAN 4 ŁADOWARKA	GA320	1518	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
16	ACCULAN 4 DERMATOM	GA340	245	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
17	ACCULAN 4 AKUMULATOR LIT.- JONOWY KRÓTKI	GA346	829	umowa gene- ryczna	ACCULAN 4
18	diatermia	GN640			

51	Nazwa aparatury	Typ(model aparatury)	Producent	Ilość sztuk	ilość
Lp					prze- glądów
1	System napędowy do neurochirurgii czaszki	zestaw n/s 4121,4117,4116,4138	Aesculap Chifa	1	2
2	Wiertarka akumulato- rowa	zestaw	Aesculap Chifa	1	2
3	Dermatom	Acculan 3Ti GA 670 s/n 244, 245	Aesculap Chifa	2	2
4	Zestaw Kleinsassera	OP 91151	Aesculap Chifa	1	2
5	Wiertarka, frezarka piła	Acuson 3 TI	Aesculap Chifa	1	2

6	Laparoskop	zestaw	Aesculap Chifa	1	2
7	Wiertarka i frezarka	Acculan 4 GA330 s/n 384	Aesculap Chifa	1	2
8	Piła oscylacyjna	Acculan 4 GA331 s/n 383	Aesculap Chifa	1	2
9	Akumulator	Acculan 3TI GA676 s/n 46234	Aesculap Chifa	1	2
10	Akumulator	Acculan 3TI GA676 s/n 46238	Aesculap Chifa	1	2
11	Nasadka wiertn.opr.Trójsz	UNI GB8620R s/n 236	Aesculap Chifa	1	2
12	Nasadka drutu szpikowego	UNIW GB614R s/n 341	Aesculap Chifa	1	2
13	Nasadka frezu	Acculan4 Harris GB670R s/n 184	Aesculap Chifa	1	2
14	Siatkownica do skóry	BA720R s/n 5110	Aesculap Chifa	1	2
15	Ładowarka	Acculan 4 GA320 s/n 1518	Aesculap Chifa	1	2
16	Dermatom	Acculan 4 GA340 s/n 245	Aesculap Chifa	1	2
17	Akumulator	Acculan 4 GA346 s/n 829	Aesculap Chifa	1	2
18	Diatermia elektrochirurgiczna	GN 640 s/n 3386	B Braun	1	2

Odpowiedź: W przypadku braku dostępu do części zamiennych od producenta aparatury medycznej do wykonania usługi wynikającej z zawartej umowy na Wykonawcy nie będzie ciążył obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny, na który dostęp do części został zakończony przez producenta.

UCZESTNIK 4

PYTANIA DO WZORU UMOWY:

§1 ust. 6

Wykonawca wnosi o ograniczenie okresu, w którym Zamawiający może żądać dokumentów, o których mowa w ww. postanowieniu do maksymalnie 1 miesiąca od zakończenia umowy. Bezterminowy obowiązek przechowywania i udostępniania świadectw generuje po stronie Wykonawcy nieproporcjonalne ry-

zyko archiwizacyjne. Wprowadzenie 1-miesięcznego terminu po zakończeniu umowy zapewnia proporcjonalną granicę obowiązku Wykonawcy.

Prosimy zatem o następującą modyfikację postanowienia:

6. Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy oraz jeden miesiąc po jej zakończeniu ma prawo wglądu w świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych oraz testerów wymaganych do wykonywania przeglądów okresowych, które były wykorzystywane w czasie trwania umowy a Wykonawca ma obowiązek przedstawienia ww. dokumentów na wezwanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

§3 ust. 4

Podmioty świadczące usługi serwisowe sprzętu medycznego nie oferują co do zasady w ramach usługi przeglądu/naprawy zapewnienia (użyczenia) sprzętu zastępczego - jest to usługa dodatkowa, niebędąca elementem typowego zakresu serwisu na rynku. Nałożenie na Wykonawcę bezwarunkowego obowiązku zapewnienia takiego sprzętu, niezależnie od jego faktycznej dostępności, wykracza poza standard rynkowy i powinno być uzależnione od

rzeczywistego dysponowania przez Wykonawcę sprzętem zastępczym w danym momencie. W przeciwnym razie obowiązek będzie skutkować nieproporcjonalnym ryzykiem finansowym podlegającym doliczeniu do ceny oferty ponoszonej przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację: W przypadku konieczności wykonania przeglądu i/lub naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zapewnić Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż posiadany przez Zamawiającego, na czas trwania przeglądu/naprawy bez dodatkowych opłat. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądu/naprawy w możliwie najkrótszym terminie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§4 ust. 4 zdanie ostatnie

Jeśli naprawa, a tym samym zamówienie części u dostawcy zagranicznego jest warunkowana akceptacją kalkulacji przez Zamawiającego, dopiero od tego momentu Wykonawca faktycznie może podjąć działania zmierzające do potwierdzenia dostępności i zamówienia części, wobec czego termin na przedstawienie dokumentów powinien być liczony od akceptacji kalkulacji, a nie od zgłoszenia awarii. Dodatkowo, dla zachowania spójności z pozostałymi terminami określonymi w postanowieniu, termin ten powinien być wyrażony w dniach roboczych, a nie w godzinach i wynosić co najmniej 2 dni robocze. Prosimy w związku z powyższym o następującą zmianę postanowienia:

Brak przedstawienia ww. dokumentów w terminie 2 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego oznacza, że obowiązuje termin podstawowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis na:

„**Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie **do 3 dni roboczych** od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennych w terminie **do 5 dni roboczych** od momentu akceptacji kalkulacji. W sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy **do 10 dni roboczych** od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas

dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 2 dni od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni).”

§6 ust. 1

Obecne brzmienie ww. zapisu, ogranicza wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie do okoliczności zawinionych przez Zamawiającego, co jest węższe niż ustawowy standard odpowiedzialności kontraktowej wyrażony w art. 471 KC, zgodnie z którym dłużnik odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (a nie wyłącznie za które odpowiada wierzyciel). Dostosowanie zapisu do treści art. 471 KC eliminuje ryzyko przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności surowszej niż ustawowa, m.in. za zdarzenia losowe, działania osób trzecich czy siłę wyższą, za które Wykonawca obiektywnie nie ponosi winy ani odpowiedzialności. Prosimy zatem o następującą zmianę brzmienia postanowienia: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych niniejszą umową, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§9 ust. 2 pkt 1)

Odstąpienie od umowy na usługi odnosi zasadniczo skutek ex nunc (por. wyrok SN o sygn. V CSK 30/07), co oznacza, że dotyczy wyłącznie niewykonanej/niezrealizowanej części umowy. Świadczenia już zrealizowane w sposób prawidłowy pozostają skuteczne i nie podlegają unieważnieniu, a Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia. W związku z tym, że kara umowna stanowi sankcję za „niewykonanie” lub „nienależyte wykonanie” zobowiązania (art.

483 § 1 KC) nie znajduje uzasadnienia ani podstawy prawnej naliczanie kary od części umowy, która została zrealizowana zgodnie z warunkami umowy i rozliczona przez strony. Naliczanie kary od wartości całkowitej, obejmującej również część wykonaną i rozliczoną prowadziłoby naszym zdaniem do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się o dostosowanie postanowienia jak niżej:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej niezrealizowanej wartości umowy netto, wskazanej w § 2 ust. 1;

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§9 ust. 2 pkt 4)

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w sporządzeniu kalkulacji cenowej naprawy z 1% do „0,2%” wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zastrzeżona wysokość kary umownej za zwłokę w sporządzeniu kalkulacji cenowej naprawy (1%) jest rażąco wygórowana w porównaniu do stawki przewidzianej w umowie za zwłokę w wykonaniu samej naprawy (0,1%) mimo że etap sporządzenia kalkulacji stanowi

jedynie czynność przygotowawczą, o wielokrotnie niższym znaczeniu dla realizacji przedmiotu umowy niż faktyczne wykonanie naprawy. Ustalenie wysokości kary na poziomie 0,2%, zapewnia proporcjonalność sankcji do wagi i skutków poszczególnych naruszeń, zgodnie z zasadą miarkowania kar umownych wyrażoną w art. 484 § 2 KC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§9 ust. 2 pkt 5)

Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. postanowienia w całości. Kara umowna za niesporządzenie kalkulacji cenowej naprawy w określonym terminie stanowi nieuzasadnione dublowanie sankcji przewidzianej już we wcześniejszym punkcie 4) za zwłokę w sporządzeniu kalkulacji. Wobec czego karanie tego samego naruszenia dwiema odrębnymi

podstawami prowadzi do nieuzasadnionej kumulacji sankcji za jedno i to samo uchybienie. Z kolei zdanie drugie odnosi się do obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, którego treść Wykonawca objął odrębnym wnioskiem o zmianę, wnosząc o uzależnienie tego obowiązku od faktycznych możliwości Wykonawcy. W konsekwencji utrzymanie kary umownej prowadziłoby do nieuzasadnionego wzrostu ryzyka kontraktowego i kosztów po stronie Wykonawcy, niewspółmiernych do realnej możliwości jego wykonania.

Odpowiedź: Dostarczenie sprzętu zastępczego nie jest obowiązkiem Wykonawcy, jeżeli naprawa zostanie wykonana w terminie określonym w §4 ust. 4. Zamawiający modyfikuje §9 ust. 2 pkt 5) , który otrzymuje brzmienie:

„Za niesporządzenie kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 3 w wysokości 10% wartości brutto danej naprawy.”

§9 ust. 2 ust. 3

Wykonawca zwraca się o zmianę ww. postanowienia poprzez obniżenie maksymalnego limitu kar umownych do „20%” wartości umowy brutto, jako rozwiązania w pełni proporcjonalnego i zgodnego z art. 16 Pzp. Obecny poziom 30% stanowi nadmierne obciążenie ryzykiem finansowym, które wykonawcy zmuszeni są uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej, co może skutkować wyższymi cenami ofert. Wprowadzenie limitu na poziomie 20% w dalszym ciągu w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego i zachowuje funkcję dyscyplinującą dla zastrzeżonych kar, jednocześnie sprzyja jednak uzyskaniu korzystniejszych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§10 ust. 4

Odstąpienie od umowy jest każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego w skutkach rozwiązaniem. Wezwanie do prawidłowej realizacji jest w stanie zapobiec potrzebie anulowania umowy. Nieskorzystanie z wezwania w praktyce może prowadzić do odstąpienia w sytuacjach, w których przyczyna uchybień miała charakter przejściowy lub możliwy do niezwłocznego usunięcia. Zwracamy się w związku z powyższym z propozycją uzupełnienia ust. 1 poniższym zdaniem ostatnim: Przed odstąpieniem od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 2) i 3) Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji obowiązków umownych i wyznaczy mu termin min. 3 dni roboczych od dnia wezwania na usunięcie naruszeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

§13 ust. 2 pkt 5)

Wykonawca zwraca uwagę, że w trakcie wielomiesięcznej umowy trudno jest precyzyjnie prognozować poziom przyszłej, możliwej zmiany cen materiałów, kosztów oraz innych istotnych czynników. Stąd też obecny limit waloryzacji może okazać się niewystarczający dla zapewnienia realnej ochrony interesu Wykonawcy. Warto również zauważyć, że racjonalnie skonstruowany mechanizm waloryzacyjny może być korzystniejszy dla Zamawiającego niż

konieczność zawierania nowej umowy na aktualnych warunkach cenowych. Pozostawienie limitu na poziomie „5%” może w naszej ocenie doprowadzić do sytuacji, w której dalsza realizacja umowy stanie się ekonomicznie nieopłacalna, jeśli realna potrzeba podwyżek będzie przewyższać pułapy umowne. Dlatego też prosimy o podniesienie dopuszczalnego limitu waloryzacji do poziomu minimum 20%, co pozwoli lepiej dostosować umowę do możliwych

warunków rynkowych. Wskazujemy, że interes Zamawiającego pozostaje zabezpieczony, gdyż ewentualna indeksacja warunkowana jest przesłankami określonymi w ust. 2.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

§13 ust. 2 pkt 9)

Wykonawca zwraca się o zmianę ww. postanowienia poprzez wskazanie, że zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia złożenia wniosku o waloryzację, a nie od daty zawarcia aneksu do umowy. Obecny mechanizm umożliwia Zamawiającemu odsuwanie w czasie skutków finansowych waloryzacji poprzez sterowanie zawarciem aneksu i w praktyce może prowadzić do pozbawienia Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia za okres pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem aneksu. W związku z powyższym prosimy o następującą zmianę postanowienia:

9) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie złożenia wniosku o aneks do umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

RODO

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub czy udostępni swój wzór z możliwością zadania dodatkowych pytań, albo czy umożliwi opiniowanie jego treści na etapie realizacji umowy głównej?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z SZBI

§1 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, że zakres okresowych przeglądów technicznych oraz bieżących napraw obejmuje wyłącznie czynności przewidziane przez producenta dla danego urządzenia (zgodnie z instrukcją serwisową, harmonogramem lub zaleceniami producenta), natomiast wszelkie naprawy wymagające wy-

miany elementów lub czynności niewskazanych w zaleceniach producenta będą każdorazowo wyceniane i rozliczane odrębnie po akceptacji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

§5 ust. 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy przez 'bezpłatną diagnostykę' Zamawiający rozumie wyłącznie diagnostykę zdalną (np. analizę zgłoszenia, dokumentacji, historii serwisowej). Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli diagnostyka zdalna nie będzie możliwa i konieczna będzie wizyta serwisanta u Zamawiającego, wówczas czas pracy inżyniera z dojazdem będą rozliczane zgodnie ze stawką roboczogodziny określoną w umowie.

Odpowiedź: Diagnostyka wykonana w siedzibie Zamawiającego będzie wliczona w przyszłą naprawę, na którą Wykonawca przedstawi kosztorys naprawy

UCZESTNIK 5

Pytanie nr 1

Dotyczy: wzór umowy § 3 ust.4 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy: wzór umowy § 4 ust.1 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości dni do 7 dni roboczych na zrealizowanie przeglądu technicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Każde wykonanie przeglądu technicznego jest poprzedzone zleceniem wysłanym przez Zamawiającego z wyprzedzonym terminem przypadającego przeglądu technicznego

Pytanie nr 3

Dotyczy: wzór umowy § 4 ust.4 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości dni na naprawę sprzętu niewymagającej wymiany części do 14 dni roboczych po akceptacji kalkulacji naprawy, do 21 dni roboczych w przypadku kiedy zachodzi konieczność

sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych, do 30 dni roboczych w przypadku kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców zagranicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy: wzór umowy § 4 ust.4 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego konieczności przedstawienia dokumentów

potwierdzających braku dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego

zawierający kraj wysyłki?

Odpowiedź: Wykonawca odstąpi od tego wymogu dla pakietu 5

Pytanie nr 5

Dotyczy: wzór umowy § 5 ust.4 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ punkt 2 j pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ punkt 2 k pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ punkt 9 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ punkt 12 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ punkt 14 pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę gwarancji na 3 miesiące na wykonaną usługę ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy: załącznik nr 4 do SWZ pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu aparatury marki Richard Wolf GmbH?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 6

Pytanie – możliwość wydzielenia urządzeń z pakietów nr 5 i 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie urządzeń do odrębnych części zamówienia lub dopuści możliwość składania ofert na wybrane urządzenia objęte pakietami nr 5 i 18?

Uzasadnienie:

Pakiety nr 5 i 18 obejmują urządzenia pochodzące od różnych producentów oraz reprezentujące różne grupy aparatury medycznej. Dla części urządzeń Zamawiający wymaga autoryzacji producenta, natomiast wykonywanie przeglądów i napraw pozostałych urządzeń również wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, dostępu do dokumentacji technicznej oraz części zamiennych.

W praktyce wykonawcy specjalizują się w obsłudze urządzeń określonych producentów lub konkretnych grup aparatury medycznej. Bardzo trudno jest, aby jeden wykonawca posiadał kompetencje oraz zaplecze techniczne umożliwiające świadczenie usług dla wszystkich urządzeń objętych wskazanymi pakietami. Dopuszczenie składania ofert na wybrane urządzenia lub wydzielenie ich do odrębnych części zamówienia zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi realizację usług przez wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje dla danego rodzaju aparatury.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 7

dotyczy część 10 i 11

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 6

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1

Mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Stronę, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy netto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 2.3)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wartości 5 %.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 2.4)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wartości 0,5 %.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 2.5)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wartości 5 %.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika 5 do SWZ - OPZ pkt. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do usuwania awarii do 72 godzin od otrzymania zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika 5 do SWZ - OPZ pkt. 12

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentu zakupu części zamiennych użytych do naprawy aparatu medycznego z uwagi na tajemnicę handlową firmy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza protokół naprawy producenta aparatury medycznej

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika 5 do SWZ - OPZ pkt. 14

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie okresu gwarancji należytego wykonania naprawy do 6 miesięcy.

Odpowiedź: . Zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika 5 do SWZ - OPZ pkt. 15

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia wad w trybie gwarancyjnym do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonywania samych przeglądów technicznych bez napraw, a jeśli wymaga wykonania napraw to wyłączenie po akceptacji przedstawionej oferty cenowej, która będzie uzależniona od dostępności części.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

UCZESTNIK 8

Dotyczy: Załącznik nr 2; Pakiet nr 17; § 2

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość wprowadzenia zapisu do umowy w § 2, zgodnie z poniższym:

12. Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu zapłaty upoważnia Wykonawcę do wstrzymania usług bądź realizacji zobowiązań umownych za przedpłatą.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy: Załącznik nr 2; Pakiet nr 17; § 4

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość wprowadzenia modyfikacji terminów zapisanych w umowie w § 4, zgodnie z poniższym:

1. *zamiast 3 dni roboczych – 7 dni roboczych*
3. *zamiast 3 dni roboczych – 7 dni roboczych*
4. *zamiast 3 dni roboczych – 7 dni roboczych*
zamiast 5 dni roboczych – 14 dni roboczych
zamiast do 10 dni roboczych – do 21 dni roboczych
zamiast 48 godzin – 72 godziny robocze
zamiast 3 lub 5 dni – 7 lub 14 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu 17

Dotyczy: Załącznik nr 2; Pakiet nr 17; § 9

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość obniżenia kar umownych o połowę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

UCZESTNIK 9

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 4, 6, 11 i 24; Rozdziału 8, ust. 2 pkt 4 tiret 2 SWZ; załącznika nr 5 ust. 16 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Częściach nr 4, 6, 11 i 24 wykonawcy dysponującego aktualną autoryzacją innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej.

Jedynie zgoda Zamawiającego pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez Wykonawców profesjonalnych, o niezbędnym doświadczeniu, niezależnych od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Informujemy, iż odpowiedzi na zapytania oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propubliilco.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 64/TP/WU/2026 z dnia 26/06/2026 r.

Zamawiający,

Włodzimierz Żaworonok

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach