

Suwałki, dnia 10/07/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.465/53/PN/MN/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 53/PN/MN/2026**

Sprostowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ z dnia 08/07/2026r.

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań
mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że dokonuje sprostowania odpowiedzi treści SWZ z dnia 08/07/2026r w poniższym zakresie:

UCZESTNIK 10

Jest:

Pytanie 4 Pakiet 6 poz. 10

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wymaga żyłek mikrotomowych przeznaczonych do skrawania cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną, wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Dozownik zawierający 50 ostrzy. Obecny opis nożyków jest nieprawidłowy i niemożliwy do spełnienia przez żadnego wykonawcę. Ostrze żyłki platerowane platyną jest ostrzem jakościowo lepszym i przede wszystkim różni się sposobem wykonania od ostrza typu "pink-technology". Wnosimy o modyfikację opisu poprzez określenie prawidłowego rodzaju ostrza tj. platerowanego platyną wraz z odpowiednim dla tej technologii 35° kąta ostrzenia.

Odpowiedź: tak.

Powinno być:

Pytanie 4 Pakiet 6 poz. 10

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wymaga żyłek mikrotomowych przeznaczonych do skrawania cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną, wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Dozownik zawierający 50 ostrzy. Obecny opis nożyków jest nieprawidłowy i niemożliwy do spełnienia przez żadnego wykonawcę. Ostrze żyłki platerowane platyną jest ostrzem jakościowo lepszym i przede wszystkim różni się sposobem wykonania od ostrza typu "pink-technology". Wnosimy o modyfikację opisu poprzez określenie prawidłowego rodzaju ostrza tj. platerowanego platyną wraz z odpowiednim dla tej technologii 35° kąta ostrzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Jest:

Pytanie 7 Pakiet 6 poz. 27

Czy zamawiający oczekuje zestawu do wykrywania amyloidu Congo Red składającego się z czterech składników w butelkach po 30 ml?

Odpowiedź: tak.

Powinno być:

Pytanie 7 Pakiet 6 poz. 27

Czy zamawiający oczekuje zestawu do wykrywania amyloidu Congo Red składającego się z czterech składników w butelkach po 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminów:

- składania ofert, z dnia 2026-07-15 godz. 12:00 na dzień 2026-07-17 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2026-07-15 godz. 13:00 na dzień 2026-07-17 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 12/10/2026r. na 14/10/2026r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propubilco.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 53/PN/MN/2026 z dnia 08/06/2026r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora d/s. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach
Włodzimierz Zaworonok