

Suwałki, dnia 17/07/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.508/69/TP/MN/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 69/TP/MN/2026**

Dotyczy: **Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej zabiegowo -diagnostycznej dla Poradni Dermatologicznej w ramach projektu pn.: " Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

(część II Wideodermatoskop, pkt. 31) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie licencji obowiązującej wyłącznie przez okres trwania gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z którymi moduł analizy znamion z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji ma zostać dostarczony wraz z licencją bezterminową.

Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z funkcjonalności modułu przez cały okres eksploatacji urządzenia, niezależnie od okresu obowiązywania gwarancji.

Jednocześnie Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

termin składania ofert: z dnia 20/07/2026 r. godzina 12:00 na dzień 22/07/2026r. godz. 12:00

termin otwarcia ofert: z dnia 20/07/2026 r. godzina 13:00 na dzień 22/07/2026r. godz. 13:00

Termin związania ofertą: 20/08/2026r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania www.e-propublico.pl Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 69/TP/MN/2026 z dnia 10/07/2026r.

Z poważaniem

Algiment Józef Wołyniec

Pełnomocnik ds. Zarządzania lecznictwem
w Szpitalu Wojewódzkim
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach