

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przeglądy, naprawy, konserwacja urządzeń Aesculap i BBraun - powtórka.  
Numer referencyjny: SZW/DZP/76/2026

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” **SWZ**”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy SWZ -Załącznik nr 2a - ust. 2**

Prosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi **udostępni Zamawiającemu link online do portalu z aktualnymi instrukcjami** obsługi urządzeń wraz z zaleceniami producenta odnośnie harmonogramu wykonywania przeglądów technicznych oraz wymiany części eksploatacyjnych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. Zamawiający dopuści przekazanie linku online do portalu z aktualnymi instrukcjami.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy SWZ -Załącznik nr 2a - ust. 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w celu spełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji, o którym mowa w powyższym zapisie, wystarczające będzie przekazywanie Zamawiającemu po wykonaniu usługi raportów serwisowych oraz protokołów zawierających terminy kolejnych przeglądów i konserwacji

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie nr 3**

**Dotyczy SWZ -Załącznik nr 2a - ust. 15**

Prosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w terminie maksymalnie do 48 godzin od momentu zgłoszenia, **przy czym przez przystąpienie do realizacji rozumie się także jako kontakt technika serwisu z Użytkownikiem w celu ustalenia zakresu usterki i dalszego toku postępowania.**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza, że kontakt technika serwisu z użytkownikiem może stanowić przystąpienie do usunięcia Awarii, jeżeli obejmuje rzeczywiste czynności diagnostyczne odpowiednie do charakteru usterki.

### **Pytanie nr 4**

**Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4**

Prosimy o potwierdzenie/dodanie zapisu: "Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów i napraw w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie strony pokrywa Wykonawca".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie Przeglądów i Napraw w siedzibie Wykonawcy, jeżeli wymagają tego względy techniczne, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego i protokolarnym przekazaniu Urzędu. Wykonawca pokrywa koszty bezpiecznego transportu w obie strony i ponosi odpowiedzialność za powierzone Urządzenie zgodnie z § 5 ust. 5–6 Umowy. Odpowiednio doprecyzowano § 8 ust. 1 Umowy.

### **Pytanie nr 5**

**Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §5 ust. 4**

Prosimy o usunięcie zapisu w §5 ust. 4.

Przedstawienie dowodu zakupu przez Wykonawcę jest niemożliwe z uwagi na zakup części w różnych okresach oraz umowę koncernową, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 5 ust. 4 Umowy. Postanowienie to wymaga dokumentów potwierdzających pochodzenie i zgodność części, a nie w każdym przypadku faktury zakupu. Udokumentowanie ceny nabycia jest wymagane wyłącznie w razie braku oficjalnego cennika producenta, zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy; dokument może ograniczać się do danych niezbędnych do weryfikacji danej części i jej ceny.

#### **Pytanie nr 6**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §5 ust. 9 i 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów w §5 ust. 9 i 10 w całości? Wykonawca wskazuje, że obowiązek bieżącego monitorowania poziomu wykorzystania Budżetu Naprawczego oraz informowania o osiągnięciu określonych progów został przeniesiony wyłącznie na Wykonawcę, podczas gdy kontrola realizacji budżetu powinna pozostawać również po stronie Zamawiającego jako dysponenta środków.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego obowiązku lub alternatywnie dopuszczenie nadzorowania przez obie strony z uwzględnieniem przygotowania raportów na wniosek Zamawiającego.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 5 ust. 9–10 Umowy. Obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy pozostają w mocy. Nie wyłączają one kontroli wykorzystania Budżetu Naprawczego prowadzonej przez Zamawiającego; odpowiednio doprecyzowano § 5 ust. 9 Umowy.

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9**

Prosimy o dodanie zapisu: "W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki oraz kosztami wysyłki, powiększonymi o stawkę podatku VAT w wysokości 23%".

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Diagnoza, ekspertyza techniczna i kosztorys nie podlegają odrębnej opłacie także w razie rezygnacji z Naprawy. Koszty transportu w obie strony ponosi Wykonawca zgodnie z § 5 ust. 6 Umowy.

#### **Pytanie nr 8**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9 ust. 1**

Prosimy o zmianę zapisu na:

Awarię może zgłosić wyłącznie upoważniony pracownik Działu Aparatury Medycznej telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną na dane wskazane w § 22. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia **mailowo w ciągu 48 godzin (liczone w dni robocze) od otrzymania zgłoszenia.**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu potwierdzenia zgłoszenia do 48 godzin. Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia i nadaje mu numer niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin w czasie dostępności serwisu, zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy.

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9 ust. 2**

Prosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca przystąpi do usunięcia Awarii w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia. Przez przystąpienie rozumie się podjęcie realnych czynności diagnostycznych zdalnie albo na miejscu, stosownie do charakteru Awarii, a nie wyłącznie kontakt administracyjny. **Kontakt zdalny rozumiany jest również jako kontakt technika serwisu z Użytkownikiem w celu ustalenia zakresu usterki.**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że kontakt technika serwisu z użytkownikiem może stanowić przystąpienie do usunięcia Awarii, jeżeli obejmuje rzeczywiste czynności diagnostyczne odpowiednie do charakteru usterki. Samo przyjęcie zgłoszenia lub ustalenie terminu wizyty nie spełnia tego obowiązku. Odpowiednio doprecyzowano § 9 ust. 2 Umowy.

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9 ust. 3**

Prosimy o zmianę zapisu na:

Diagnoza, ekspertyza techniczna i kosztorys są wykonywane bez odrębnego wynagrodzenia. Kosztorys zostanie przekazany nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od uzyskania dostępu do Urządzenia **lub 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy.**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 5 Dni Roboczych dla urządzeń przekazanych do serwisu Wykonawcy. Obowiązuje termin 2 Dni Roboczych od uzyskania dostępu do Urządzenia, zgodnie z § 9 ust. 3 Umowy.

Jednocześnie prosimy o usunięcie w §9 ust. 3 pkt. 1-5 z uwagi na wykorzystywany przez Wykonawcę system informatyczny, który automatycznie generuje kosztorys naprawy. Standardowy kosztorys

naprawy Wykonawcy zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym nr katalogowe, nazwę urządzenia, koszty części, liczbę roboczogodzin niezbędnych do przeprowadzenia naprawy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 3 pkt 1–5 Umowy. Dopuszcza kosztorys według wzoru Wykonawcy, pod warunkiem przekazania wszystkich informacji wymaganych Umową i Załącznikiem nr 4. Dane nieuwjęte w formularzu Wykonawcy mogą zostać przekazane w dokumencie uzupełniającym. Odpowiednio doprecyzowano § 9 ust. 3 Umowy.

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9 ust. 4**

Prosimy o usunięcie zapisu w §9 ust 4.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w kosztorysach stawek roboczogodziny określonych w ofercie.

Jednocześnie zwracamy uwagę na brak możliwości przedstawienia wszystkich części, które mogą być wykorzystane podczas świadczenia usług.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 4 Umowy. Postanowienie to określa również zasady wyceny części niewymienionych w formularzu cenowym, dlatego nie wymaga przedstawienia w ofercie wszystkich części, które mogą zostać wykorzystane w okresie obowiązywania Umowy.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9 ust. 6**

Prosimy o usunięcie zapisu z §9 ust. 6 z uwagi na fakt, że w przypadku przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego usługa taka nie może być wykonana na miejscu bez wcześniejszej akceptacji. W takim przypadku konieczny będzie przyjazd ponowny technika

w celu wykonania usługi po akceptacji Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający poniesie koszty ponownego dojazdu i musi go uwzględnić w wycenie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 6 Umowy. Jeżeli Naprawa jest wykonywana podczas tej samej wizyty co Przegląd lub czynności gwarancyjne, dodatkowy koszt dojazdu nie przysługuje. Odrębny, uzasadniony przyjazd po akceptacji kosztorysu może zostać rozliczony według stawki ofertowej, jeżeli został ujęty w zaakceptowanym kosztorysie i Zleceniu Naprawy oraz nie zachodzą wyłączenia z § 9 ust. 5 Umowy.

### **Pytanie nr 13**

#### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §9 ust. 7**

Prosimy o usunięcie zapisu w §9 ust. 7 dotyczącego zaakceptowania przez Zamawiającego częściowo kosztorysu naprawy, ponieważ w takiej sytuacji usługa, którą zaoferuje Wykonawca nie będzie mogła być wykonana prawidłowo.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 7 Umowy. Doprecyzowano, że częściowa akceptacja może dotyczyć wyłącznie zakresu technicznie i funkcjonalnie samodzielnego, pozwalającego osiągnąć uzgodniony rezultat przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa. Nie oznacza obowiązku wykonania naprawy niepełnej lub nieskutecznej.

### **Pytanie nr 14**

#### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §10 ust. 1**

Prosimy o zmianę zapisu na:

1. Skuteczna Naprawa zostanie wykonana w terminie:

1) do 5 Dni Roboczych od dnia **akceptacji Kosztorysu** Naprawy - jeżeli wymagane części są dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) do 14 Dni Roboczych od dnia **akceptacji Kosztorysu** Naprawy - jeżeli obiektywnie konieczny jest import części spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia terminy określone w § 10 ust. 1 Umowy: 5 Dni Roboczych albo 14 Dni Roboczych w przypadku obiektywnej konieczności importu części. Terminy biegą od Zlecenia Naprawy. Akceptacja kosztorysu rozpoczyna ich bieg, jeżeli została udzielona przez osobę upoważnioną i jednocześnie zawiera jednoznaczne zlecenie wykonania Naprawy w formie wymaganej Umową.

### **Pytanie nr 15**

#### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §10 ust. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w §10 ust. 2? Alternatywnie,

w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia potwierdzającego zamówienie części zamiennych wraz z informacją o wydłużeniu terminu naprawy?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 10 ust. 2 Umowy. Dopuszcza oświadczenie Wykonawcy w formie pisemnej lub dokumentowej, jeżeli w ciągu 2 Dni Roboczych od Zlecenia Naprawy podano: oznaczenie części, źródło dostawy, datę jej zamówienia i przewidywany termin dostawy. Samo oświadczenie nie uprawnia do przekroczenia terminu 14 Dni Roboczych.

#### **Pytanie nr 16**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §10 ust. 4**

Prosimy o zmianę zapisu na:

Jeżeli Skuteczna Naprawa nie zostanie zakończona w terminie 5 Dni Roboczych (**lub 14 dni roboczych w przypadku importu części z zagranicy**) albo Zamawiający uzna to za konieczne dla ciągłości świadczeń, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi w terminie **5 Dni Roboczych** od wezwania **na adres mailowy** Wykonawcy, urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż Urządzenie naprawiane, wraz z niezbędnym wyposażeniem i instruktażem.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Urządzenie zastępcze należy zapewnić na zasadach określonych w § 10 ust. 4 Umowy, również, gdy Naprawa wymaga importu części. Obowiązuje termin 2 Dni Roboczych od wezwania Zamawiającego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dodanie w §10 ust. 4 zapisu:

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania Naprawy ani nie wyłącza kar umownych należnych za zwłokę.

#### **Pytanie nr 17**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §11 ust. 1**

Czy w ramach spełnienia wymogu określonego w §11 ust. 1 Zamawiający dopuszcza przedstawianie raportów serwisowych według wzoru Wykonawcy wraz z wszelką dokumentacją potwierdzającą wykonanie usługi, zgodnie z zaleceniami producenta?

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza Raporty Serwisowe według wzoru Wykonawcy, jeżeli raport wraz z dokumentami uzupełniającymi zawiera wszystkie informacje wymagane w § 11 Umowy i Załączniku nr 5. Pozostałe obowiązki dokumentacyjne i zasady odbioru pozostają bez zmian. Odpowiednio doprecyzowano § 11 ust. 1 Umowy.

#### **Pytanie nr 18**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §12**

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia maksymalnej wartości, o której mowa w §12 w zakresie napraw? Wówczas decyzja o naprawie będzie należeć do Zamawiającego, który zobowiązuje się przesłać odrębne zlecenie naprawy realizowane poza umową.
- 2) Czy Zamawiający zobowiązuje się do kontrolowania wartości przeznaczonej na naprawy oraz informowania Wykonawcy w przypadku przekroczeniu tej wartości?

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

- 1) Zamawiający nie dopuszcza automatycznego przekroczenia limitów wynagrodzenia ani Budżetu Naprawczego. Ewentualne zwiększenie zakresu wymaga uprzedniego spełnienia przesłanek zmiany Umowy przewidzianych w PZP albo udzielenia odrębnego zamówienia zgodnie z prawem. Zamawiający nie zobowiązuje się do zlecania napraw poza Umową.
- 2) Zamawiający kontroluje rozliczenia Umowy. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązków określonych w § 5 ust. 9–10 Umowy. Wykonawca nie może realizować napraw prowadzących do przekroczenia obowiązujących limitów.

#### **Pytanie nr 19**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §13 ust. 3**

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w §13 ust. 3 dotyczącego obowiązku przesyłania numeru KSeF faktury oraz jej wizualizacji. Po wprowadzeniu faktury do KSeF Zamawiający uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem systemu, dlatego weryfikacja i obsługa faktur

w KSeF powinny pozostawać w zakresie obowiązków Zamawiającego.

Jednocześnie nadmieniamy, że bieżące monitorowanie i pobieranie dokumentów pozostaje po stronie Zamawiającego i mieści się w zakresie organizacji jego wewnętrznego obiegu dokumentów.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie obowiązku przesyłania numeru KSeF, wizualizacji faktury i dokumentów rozliczeniowych. Obowiązek ten służy identyfikacji i rozliczeniu usług; numer i wizualizacja mają charakter pomocniczy i nie przesuwają ustawowej daty otrzymania faktury ani terminu płatności. Przesyła się je najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po nadaniu numeru KSeF. Odpowiednio zmodyfikowano § 13 Umowy.

#### **Pytanie nr 20**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4 - §14 ust. 1**

Prosimy o zmianę terminu gwarancji z 12 na **6 miesięcy**.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagany okres gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy, zgodnie z § 14 ust. 1 Umowy.

#### **Pytanie nr 21**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4**

Prosimy o dodanie do treści umowy poniższych zapisów.

Dotyczy pakietów 1 (Zestaw laparoskopowy), 4 (Diatermia), 5 (Stymulatory nerwów):

Prosimy o dodanie zapisu: "W przypadku konieczności przesłania aparatury do serwisu producenta (poza granice RP) termin przedstawienia zakresu i kosztów naprawy wydłuża się do 21 dni roboczych. Wykonawca na czas przedstawienia kosztów i realizacji naprawy zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie aparaturę zastępczą, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż aparatura naprawiana lub zabrana do naprawy/przeglądu na prośbę Zamawiającego. Jeżeli warunkiem prawidłowego działania aparatury jest kompatybilność z innymi urządzeniami, to aparatura zastępcza również musi być z nimi kompatybilna".

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu przedstawienia diagnozy i kosztorysu do 21 Dni Roboczych. Obowiązują terminy określone w Umowie. Zamawiający potwierdza, że urządzenie zastępcze musi być kompatybilne z innymi urządzeniami lub systemami, jeżeli jest to niezbędne do jego prawidłowego użytkowania. W tym zakresie doprecyzowano § 10 ust. 4 Umowy.

#### **Pytanie nr 22**

##### **Dotyczy SWZ - Załącznik nr 2 - dla pakietów 1, 3, 6**

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietów 1 (Zestaw laparoskopowy),

3 (Dermatom - niezbędne oprzyrządowanie), 6 (Piła do cięcia mostka - niezbędne oprzyrządowanie).

W skład w/w zestawów z pewnością wchodzi różne elementy. Każdy z nich musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zadanie 1 Zestaw laparoskopowy:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Insuflator PG 080                    | SN:1510CE0332 |
| Pompa ssąco-płuczająca PG 145        | SN:1509CE0350 |
| Generator HF dwubiegunowy            | SN:002183     |
| Jednostka sterująca kamery EA 000017 | SN:G00440     |
| Źródło światła EV2 000021            | SN:600468     |
| Monitor 3D EV-000047                 | SN:UAAA7257   |

Monitor 3D VAAB BO55  
Monitor 2D EV-000046 SN:UAAA1116  
Głowica kamery 0 st. EV2-000053 SN:492360  
Głowica kamery 30 st. EV2-000054 s/n: 490958  
Głowica kamery SN: 717081 elsa

**Zadanie 3 Dermatol:**

Siatkownica do skóry BA720R SN3027,  
AkumulatorNiMh GA666 SN10230;10193  
Ładowarka GA677 SN6174

**Zadanie 6 Piła do cięcia mostka:**

Akumulator GA 676 sn 28542  
Nóżka podporowa GB 436R  
Akumulator NiMH GA666 sn 10230

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowy (Tabela cen i stawek rozliczeniowych)**

1) Z uwagi na różne stawki roboczogodziny dla urządzeń B. Braun (pakiety 2, 5) i Aesculap (pakiety 1, 3, 4, 6) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania dwóch stawek w tabeli cen i stawek rozliczeniowych.

2) Prosimy o usunięcie pkt. 10 z tabeli (maksymalny narzut).

3) Prosimy o usunięcie zapisu w uwagach rozliczeniowych: "diagnoza, ekspertyza i kosztorys Naprawy są nieodpłatne".

Diagnostyka jest elementem składowym naprawy i zostanie uwzględniona w kosztorysie. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z naprawy, Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami wykonania diagnostyki.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

- 1) Zamawiający dopuszcza wpisanie dwóch stawek w tabeli;
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody;
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody. Diagnostyka, ekspertyza techniczna i kosztorys nie podlegają odrębnej opłacie.

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy (Kosztorys/ ekspertyza techniczna / zlecenie naprawy)**

W związku z wcześniejszym pytaniem Wykonawcy dotyczącym modyfikacji zapisu w §9 ust. 3, prosimy o usunięcie Załącznika nr 3 z postępowania. Standardowy kosztorys naprawy Wykonawcy zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Alternatywnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie kosztorysu według wzoru Wykonawcy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza kosztorys według wzoru Wykonawcy, pod warunkiem przekazania wszystkich informacji wymaganych Umową i Załącznikiem nr 4. Dane nieuwjęte w formularzu Wykonawcy mogą zostać przekazane w dokumencie uzupełniającym.

#### **Pytanie nr 25**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 do Umowy (Minimalna treść raportu serwisowego)**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie raportów serwisowych według wzoru Wykonawcy wraz z wszelką dokumentacją potwierdzającą wykonanie usługi, zgodnie z zaleceniami producenta?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma odwrotną pocztą.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza Raporty Serwisowe według wzoru Wykonawcy, na zasadach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 17, z zachowaniem wszystkich wymagań § 11 Umowy i Załącznika nr 5.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2026/BZP 00460095 z dnia 2026-09-29.

*Zamawiający  
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu  
Dr hab. n. med.- prof. UZ  
Dawid Murawa*