Poznań dnia: 2026-11-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:	Dostawa sprzętu jednorazowego dla wszystkich jednostek Szpitala.
Numer referencyjny:	SZW/DZP/81/2026

W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I S W Z - 4

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej**" SWZ**") wraz z wyjaśnieniami:

Uwaga dotycząca sposobu wypełniania formularza asortymentowo-cenowego

W przypadku gdy Wykonawca, wypełniając formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ/załacznik nr 1 do umowy), powołuje się na wyjaśnienia lub modyfikacje treści SWZ, w szczególności dotyczące dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub odmiennych od pierwotnie określonych w OPZ, zobowiązany jest przy odpowiednim parametrze wskazać numer pytania oraz powołać się na treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi, stanowiącej podstawę przyjęcia danego rozwiązania.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania **w pakiecie nr 41 w pozycji 5** urządzenie do inflacji balonów przełykowo – jelitowych, współpracujące ze strzykawkami 60 cc, pozwalający na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia do inflacji balonów przełykowo – jelitowych o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania **w pakiecie 41 pozycja 6** Balony do poszerzania zwężeń przełykowo – jelitowych , o zmiennej średnicy, wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem), długość balonu: 5,5 cm, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza: 240 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie balonów do poszerzania zwężeń przełykowo – jelitowych o parametrach opisanych w pytaniu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr: 744087-2026, data publikacji: 27/10/2026

Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa