



Poznań, dnia 12-07-2017r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę ciepłarek laboratoryjnych i chłodziarek – II partie, nr sprawy 907/PN/23/17.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

„Czy zamawiający dopuści do oceny ciepłarki laboratoryjne ze sterownikiem mikroprocesorowym PID bez graficznego wyświetlacza LED, proponowane urządzenia wyposażone są w prosty wyświetlacz LCD Wyświetlający aktualną i zadaną temperaturę.
Rozwiązanie to jest bez awaryjne, nie wymaga obsługi i konserwacji oraz zwiększa konkurencyjność postępowania co może przynieść korzyść zamawiającemu.”

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania ze względu na zbyt małą precyzyjność sprzętu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Na podst. pełnomocnictwa Prorektora UAM

mgr Janusz Brzeziński