

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
Ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/46/2017/4

Poznań dnia: 2017-07-13

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 2017-07-07 do 2017-07-10 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Sukcesywną dostawę akcesoriów do różnego sprzętu medycznego posiadanego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu**,

Treść wspomnianych próśb jest następująca :

Pyt 1 pakiet 4

Prosimy o wydzielenie z pakietu 4 pozycji 2, 3 i 4 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. pak 3

Czy zamawiający oczekuje aby Waga wkładu bez proszku żelującego wynosiła maksymalnie 60g (niskie koszty utylizacji) a z proszkiem maksymalnie 110g. **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Dot. pak 3

Czy zamawiający oczekuje aby wkład był sprasowany do grubości 5-6 cm dzięki czemu zajmuje mało miejsca podczas magazynowania. **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Dot. pak 3

Czy zamawiający oczekuje aby wkład był sklejonny za pomocą spinek które się rozrywają podczas rozprężania wkładu w kanistrze? **Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.

Dot. Formularza Oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

Dot. Formularza Oferty

W związku z pojawieniem się wątpliwości, prosimy Zamawiającego o doprecyzowania oczekiwanego zapisu terminu dostawy od złożenia zamówienia: godzinach bądź dni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania terminu dostawy w dniach – zgodnie z formularzem ofertowym.

Dot. upoważnienia

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty.

Dot. § 7 ust 1 wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej umowy, a nie od wartości umowy brutto**. Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu na zapis:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10 % wartości **netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia,** gdy któraś ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę, **z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.** **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, podtrzymuje zapisy umowy.

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Pzp oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast przedstawione pytanie nie jest wątpliwością do zapisów specyfikacji. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 4

W związku z tym, że producent czujników saturacji jednopacjentowych, neonatologicznych firma Masimo z dniem 01.01.2017 zaprzestała produkcji czujników z połączeniem LNOP, czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 zadania 4 czujniki z połączeniem typu LNCS kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kablami i urządzeniami pracującymi w technologii Masimo SET? **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2 – dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 rozmiar mankietów w przedziale 7,0 - 13,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3 – dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 rozmiar mankietów w przedziale 6,0 - 11,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 6 – WZÓR UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1 tiret 2

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu poprzez obniżenie kar umownych w nim określonych do 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że zwłoka nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po upływie ww. określonego terminu Zamawiający dokona zakupu sprzętu jednorazowego tej samej ilości i tego samego gatunku u innego wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży wykonawcę. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu, podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 2 – dotyczy §8 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób:

„Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia a w szczególności w przypadkach:

- a) stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej dostarczonego asortymentu,
- b) zgłoszenia przez Zamawiającego **trzech** reklamacji na dostarczony przez Wykonawcę asortyment,
- c) co najmniej **trzykrotnego** dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu asortymentu innego niż wskazany w ofercie lub zamówieniu Zamawiającego,

gdy Wykonawca **trzykrotnie** dopuści się opóźnień w dostarczeniu Zamawiającemu asortymentu, przekraczającego **5 dni** od dnia wynikającego ze złożonego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu, podtrzymuje zapisy umowy

Zadanie częściowe nr 10

Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 7,0-13,0 cm. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poz. 3. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 6,0-11,0 cm. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 4,0-8,0 cm. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poz. 5. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 3,0-6,0 cm. **Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 1 – dotyczy § 7 wzoru umowy pkt.1 zdanie drugie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzoru umowy pkt.1 na następujący:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- „w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż takie opóźnienie nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę”. **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu, podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie nr 2 – zapisów siwz pkt. 18.2 dotyczy § 2 wzoru umowy pkt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia w godzinach/dniach **roboczych**? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o odpowiednią modyfikację formularza ofertowego i wzoru umowy. **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga podania terminu dostawy w dniach – zgodnie z formularzem ofertowym.

Zadanie częściowe nr 3, poz. 1,2

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe), równoważny system do odsysania, producent brytyjski?

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta ma śr. wew. 7mm, jest gładki, rozszerzający się (kompatybilny z drenami o różnej średnicy); Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie częściowe nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wieszak z mechanizmem śrubowym, do szybkiego montażu bez użycia narzędzi, kompatybilny z oferowanym systemem? **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie częściowe nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik do połączenia z próżnią, kompatybilny z gniazdem wkładu w oferowanym systemie? **Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zadania 13

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa w §7 ust. 1 z 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu na 1%? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu, podtrzymuje zapisy umowy.


3. Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie filtrów w opakowaniach zbiorczych po 25 szt., gdyż tylko tak producent pakuje swoje wyroby? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania i przeliczenie ilości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtrów w opakowaniach zbiorczych po 25szt. na etapie realizacji umowy.

Zamawiający informuje, iż w związku z treścią udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert, oraz godziny i miejsce pozostają bez zmian – tj. 19.07.2017r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13-07-2017r.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora d/s Administracyjnych



mgr inż. Janusz Bonowski